

Znak sprawy: Te 2300-20/2022

Pleszew, dn.02.09.2022r.

## Do Wszystkich Zainteresowanych

Dotyczy: Dzierżawa analizatora wraz z odczynnikami do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

### Pytanie 1

**Dotyczy SWZ, Cz. IV, Opis przedmiotu zamówienia, pkt. 9,**

Prosimy o potwierdzenie, że deklaracje zgodności, certyfikaty CE, wpisy do rejestru wymagane są tylko dla tych wyrobów, których to dotyczy zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 255).

**Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie 2

**Załącznik Nr 2, Wymagania i parametry techniczne, pkt.18**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści analizator wyposażony w czujnik detekcji uderzenia, który jest równoważnym rozwiązaniem, spełniającym funkcję wykrywania zakorkowanych próbek (zasygnalizowany, poprzez komunikat na ekranie analizatora, sygnał dźwiękowy oraz świetlny), uniemożliwiający wykonanie dalszego badania bez interwencji operatora?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie detekcji zakorkowanych próbek.**

### Pytanie 3

**Załącznik Nr 2, Wymagania i parametry techniczne, pkt.27**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści karty żelowe z terminem ważności nie krótszym, niż 6 miesięcy, pod warunkiem, że są pakowane nie więcej niż po 50 sztuk w opakowaniu oraz krwinki wzorcowe i kontrole codzienne z terminem nie krótszym, niż 4 tygodnie.

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza karty żelowe z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy pod warunkiem, że są pakowane nie więcej niż po 50 sztuk w opakowaniu oraz krwinki wzorcowe i kontrole codzienne z terminem nie krótszym niż 4 tygodnie.**



Pleszewskie Centrum Medyczne  
w Pleszewie  
Sp. z o.o.



Szpital  
Akredytowany



#### Pytanie 4

##### Załącznik Nr 2, Wymagania i parametry techniczne, pkt.28

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści kontrolę kwartalną pochodzącą z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza kontrolę pochodząca z IHIT.

#### Pytanie 5

##### Załącznik Nr 2, Wymagania i parametry techniczne, pkt.30, Załącznik Nr 4 Projekt umowy dzierżawy, §2, pkt 8 i 9

Prosimy o potwierdzenie, że obowiązujące wymagania dotyczące dostępności serwisu Zamawiający opisał w Projekcie umowy dzierżawy, §2, pkt 8 i 9.

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza w/w. zapis.

#### Pytanie 6

##### Załącznik Nr 4, Projekt umowy dzierżawy, §2, pkt 8

Prosimy o modyfikację zapisu umowy: „zapewnienie możliwości telefonicznego zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu” na „zapewnienie możliwości zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poprzez e-mail lub telefonicznie”

Odp.: Tak zamawiający zgadza się na zgłaszanie awarii również drogą elektroniczną (e-mail).

#### Pytanie 7

##### Załącznik Nr 2, Wymagania i parametry techniczne, pkt. 31

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie dyspensera oraz pipet wraz z końcówkami, które są wyrobami laboratoryjnymi ogólnego zastosowania, w związku z czym nie podlegają przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i nie posiadają deklaracji zgodności?

Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza w/w sprzęt laboratoryjny.



Pleszewskie Centrum Medyczne  
w Pleszewie  
Sp. z o.o.



Szpital  
Akredytowany



### Pytanie 8

#### Dotyczy: Załącznik nr 3 Formularz cenowy

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania środków do dekontaminacji i konserwacji urządzenia?  
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zaoferowanie do tego celu podchlorynu sodu, który jest produktem ogólnego zastosowania i nie podlega przepisom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i nie posiada deklaracji zgodności?

**Odp.: Tak, Zamawiający dopuszcza podchloryn sodu do dekontaminacji i konserwacji, jeżeli producent analizatora zawarł taką informację w instrukcji obsługi.**

### Pytanie 9

#### Dotyczy: Załącznik nr 3 Formularz cenowy, pkt.2

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania kart do badania grupy krwi noworodka zawierające kolumnę BTA oraz kart do potwierdzenia grupy krwi noworodka?

**Odp.: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania kart do badania grupy krwi noworodka zawierające kolumnę BTA oraz kart do potwierdzenia grupy krwi noworodka.**

### Pytanie 10

#### Dotyczy: Załącznik nr 3 Formularz cenowy, pkt.6

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania kart do dziennej kontroli grupy krwi noworodka?

**Odp.: Ta, Zamawiający wymaga zaoferowania kart do dziennej kontroli grupy krwi noworodka.**

### Pytanie 11

#### Dotyczy: § 6 ust. 2 Załącznik nr 4 – Projekt umowy dzierżawy

Zamawiający w § 6 ust. 2 zawarł zapis:

„W przypadku nie usunięcia awarii urządzenia, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia, lub nie dostarczenia w tym okresie sprzętu zastępczego, o parametrach nie gorszych od parametrów urządzenia uszkodzonego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień braku możliwości eksploatacji urządzenia ponad termin 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii”.

Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że sankcja: 2 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień braku możliwości eksploatacji urządzenia wydaje się niewspółmierna i sprzeczna z art. 431 PZP mówiącym o obowiązku współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy w celu należytej realizacji zamówienia.



Pleszewskie Centrum Medyczne  
w Pleszewie  
Sp. z o.o.



Szpital  
Akredytowany



W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisu poprzez alternatywne sformułowanie

„W przypadku zwłoki w usunięciu awarii urządzenia lub zwłoki w dostarczeniu sprzętu zastępczego, o parametrach nie gorszych od parametrów urządzenia uszkodzonego wynikających z winy Wykonawcy przekraczającej 7 dni od zgłoszenia awarii, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień braku możliwości eksploatacji urządzenia”.

**Odp.: Zamawiający nie zmienia treści zapisu zawartego w § 6 ust. 2 załącznik nr 4 – Projekt umowy dzierżawy.**

Treść niniejszego pisma staje się częścią specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są ją uwzględnić w swoich ofertach.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
PCM w Pleszewie Sp. z o.o.

*Błażej Sórczyński*

Sporządziła:  
Aleksandra Prażucha