



**Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny
im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu**



ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147
61-545 Poznań
tel. 61 83 10 331/132
fax 61 83 34 421
orsk@orsk.pl
<https://orsk.pl>



nr ref.: O-RSK.SZP.23.1.(DT-SERW/38/ZO).2023.A.G.

Poznań, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Strona internetowa prowadzonego postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: **”Dostawa środków ochrony radiologicznej” nr ref. SZP/DT-SERW/38/2023 -ZO**

WYJAŚNIENIE TREŚCI WZ NR 1

W związku z zapytaniami dotyczącymi treści Warunków Zamówienia, Zamawiający, tj. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Pytanie nr 1

Warunki zamówienia, rozdział 3, pkt. 3

"Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny oraz dopuszczony do obrotu i używania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974), Dyrektywą Unii Europejskiej 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylecia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG. "

Wnosimy o usunięcie tego wymogu, ponieważ zgodnie z polskimi przepisami fartuchy i osłony RTG są dopuszczane do obrotu i używania na obszarze RP na podstawie Rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej PPE 2016/425 (poprzednio obowiązująca dyrektywa 89/686/EWG). Zaoferowane środki ochrony indywidualnej spełniają regulacje Rozporządzenia PPE 2016/425, posiadają dokumenty CE, są dopuszczone do stosowania w placówkach zdrowia na terytorium Polski oraz są zgodne z normą IEC 61331-1:2014 oraz IEC 61331-3:2014.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmianie ulega pkt. 3 Rozdziału III Warunków Zamówienia i przyjmuje on następującą treść:

Zaoferowany przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu i używania na obszarze RP na podstawie Rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej PPE 2016/425, posiadać certyfikat CE, dopuszczenie do stosowania w placówkach zdrowia na terytorium RP oraz musi być zgodny z normą IEC 61331-1:2014 oraz IEC 61331-3:2014.

Pytanie nr 2

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie okularów ochronnych o poniższych parametrach:

Okulary ochronne, masa: 75g +/- 2 g

- Wymienne noski, miękkie zauszniki dla większego komfortu

Wymiary:

- mostek: 19 mm +/- 1mm

- szerokość ramki: 142 mm +/- 1mm

- zausznik: 117 mm +/- 1mm

- szerokość soczewki: 50 mm +/- 1mm

- wysokość soczewki: 33 mm +/- 1mm

Eq PB: 0,75 mm,

Materiał: tworzywo

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego, podtrzymuje zapisy wskazane w opisie wymaganych parametrów.

Dokument podpisany elektronicznie

Opracowała: A. Gotter

Sporządzono w 1 egzemplarzu

1 egz. strona internetowa prowadzonego postępowania /aa