

**Do wszystkich wykonawców**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: **Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu: „Doposażenie i zwiększenie dostępności do świadczeń POZ w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicznym w Lublinie”**

Działając w oparciu o zapisy art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie Nr 1**

Dotyczy: część 2 – poz. 5, 7, 11, część 3 – poz. 1, 2, 3, 4, 5, 7

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w w/w pozycjach sprzętu niebędącego wyrobem medycznym? Są to produkty sklasyfikowane jako wyroby niemedyce, posiadają stawkę VAT 23% i nie podlegają przepisom ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 2**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie poz. 15 z Części 2 w celu utworzenia z niej odrębnego pakietu bądź o umożliwienie składania oferty na poszczególne pozycje w Części 2. Produkt wyspecyfikowany w poz. 15 (przenośne urządzenie do pomiaru parametrów chemicznych krwi) należy do innej grupy asortymentowej niż pozostałe produkty wyspecyfikowane w z Części 2. Pozostawienie Pakietu 2 w obecnym kształcie znacznie zawęzi konkurencję asortymentowo-cenową wyłącznie do podmiotów oferujących pełny asortyment wyspecyfikowany w Części 2 poz. 15, wpływając na bardzo ograniczoną liczbę ofert przetargowych i zawyżenie cen ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 15 do osobnego pakietu z powodów technicznych. W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie ma możliwości dodawania nowych części.

**Pytanie Nr 3**

Prosimy o określenie jaką liczbę testów paskowych Zamawiający zamierza zakupić do urządzenia wyspecyfikowanego w Części 2 poz. 15.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wraz z dostawą urządzenia wymaga pakietu startowego pasków w ilości 50 szt. tj. 1 opakowania.

**Pytanie Nr 4**

Dotyczy: Części nr 4

Załącznik nr 3 §2 ust.3 pkt. d) Czy Zamawiający poprzez pojęcie dokumentacja techniczna uzna dostarczenie wypełnionego paszportu technicznego; harmonogramu przeglądów technicznych; wykazu materiałów zużywalnych rekomendowanych przez producenta oraz instrukcji obsługi w języku polskim?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający poprzez pojęcie dokumentacja techniczna uzna dostarczenie wypełnionego paszportu technicznego; harmonogramu przeglądów technicznych; wykazu materiałów zużywalnych rekomendowanych przez producenta oraz instrukcji obsługi w języku polskim.

**Pytanie Nr 5**

Dotyczy: Części nr 4

Załącznik nr 3 §5 ust.4 Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku kryterium „czas reakcji” kontakt telefoniczny z użytkownikiem wraz z diagnostyką zdalną (jeżeli dotyczy)? W wielu przypadkach doświadczony serwis jest w stanie zdiagnozować usterkę i przedstawiać kosztorys naprawy po konsultacji z użytkownikiem aparatu.

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający uzna kontakt telefoniczny z użytkownikiem wraz z diagnostyką zdalną za spełnienie warunku.

**Pytanie Nr 6**

Dotyczy: Części nr 4

Załącznik nr 3 §5 ust.4 Czy Zamawiający zmieni zapis z „Czas reakcji, licząc od momentu zgłoszenia awarii, (przyjęcie zgłoszenia, podjęcie naprawy) serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godzin.” na „Czas reakcji, licząc od momentu zgłoszenia awarii, (przyjęcie zgłoszenia, podjęcie naprawy) serwisu gwarancyjnego w ciągu 48 godzin w dni robocze.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 3 § 5 ust.4 w następujący sposób: „Czas reakcji, licząc od momentu zgłoszenia awarii, (przyjęcie zgłoszenia, podjęcie naprawy) serwisu gwarancyjnego w ciągu 24 godzin w dni robocze.”

**Pytanie Nr 7**

Dotyczy: Części nr 4

Załącznik nr 3 §5 ust.5 Czy Zamawiający zmieni zapis z „Czas skutecznej naprawy niewymagającej użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii w ciągu 48 godzin.” na „Czas skutecznej naprawy niewymagającej użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii w ciągu 3 dni roboczych.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 3 § 5 ust.5 w następujący sposób: „Czas skutecznej naprawy niewymagającej użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii w ciągu 2 dni roboczych.”

### Pytanie Nr 8

Dotyczy: Części nr 4

Załącznik nr 3 §5 ust.6 Czy Zamawiający zmieni zapis z „Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii w ciągu 5 dni roboczych.” na „Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii w ciągu 7 dni roboczych.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie Nr 9

Dotyczy: Części nr 4

Załącznik nr 3 §5 ust.15 Czy Zamawiający zmieni zapis „Wszelkie interwencje serwisowe przedłużają okres gwarancji o czas niesprawności urządzenia” na „Wszelkie interwencje serwisowe przedłużają okres gwarancji o czas niesprawności urządzenia pomijając sytuację w której Wykonawca dostarczy aparat/ głowicę zastępczą”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie Nr 10

Dotyczy: Części nr 4

Załącznik nr 3 §5 ust.20 Czy Zamawiający zmieni zapis z „Wykonawca w wypadku skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu uprawnienia w postaci żądania usunięcia wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia żądania.” na „Wykonawca w wypadku skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu uprawnienia w postaci żądania usunięcia wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia żądania.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapis w załączniku nr 3 w § 5 ust.20 w następujący sposób: „Wykonawca w wypadku skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu uprawnienia w postaci żądania usunięcia wad lub usterek w ramach rękojmi lub gwarancji zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy 7 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia żądania.”

### Pytanie Nr 11

Dotyczy: Części nr 4

Załącznik nr 3 §6 ust.1,2. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,5% na 0,2%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### Pytanie Nr 12

Dotyczy: Części nr 4

Załącznik nr 3 §6 ust.3. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 4% na 2%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 13**

Dotyczy: Części nr 4

Załącznik nr 3 §10 Czy Zamawiający usunie zapisy §10? Powyższe zapisy nie dotyczą aparatu USG.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 14**

Dotyczy: Załącznik nr 9.1 do SWZ aparat bezręczowy do mierzenia ciśnienia

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat bezręczowy do pomiaru ciśnienia o wadze 584 g i zasilany bateriami 3x AA na wyposażeniu? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 15**

Dotyczy: Załącznik nr 9.3 do SWZ lodówka do gabinetu zabiegowego

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lodówkę z rejestratorem temperatury z systemem powiadamiania z podstawową licencją trwającą 36 miesięcy? Producent urządzenia wycofał system SmartCoolingHub i zastąpił go powyższym rozwiązaniem.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 16**

Dotyczy: Załącznik nr 9.2 opis przedmiotu zamówienia poz. 11 skaner z podajnikiem do ekg  
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania skaner z podajnikiem do ekg z regulacją rozmiaru podajnika, która obsługuje karty plastikowe ale bez dedykowanego slotu na plastikowe karty ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 17**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z automatycznym rozpoznawaniem podłączonych narzędzi wraz z automatycznym przywołaniem trybów pracy i nastaw właściwych dla podłączonego instrumentu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 18**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z regulacją głośności sygnałów dźwiękowych (stopnie 1- 99) w zakresie 40 - 70 dBA ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 19**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 14. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez urządzenie trybu cięcia bipolarnego i dopuści do zaferowania urządzenie z trybem koagulacji bipolarnej z mocą do 120W oraz trybem cięcia monopolrnego z mocą maksymalna do 200W?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 20**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 15. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie z częstotliwością pracy 333kHz?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie Nr 21**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 16. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie ze znamionowym poborem mocy 600VA?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 22**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 18. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie o wymiarach 385 x 141 x 305 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 23**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 19. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie wyposażone w zestaw elektrod elektrochirurgiczny o różnych długościach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 24**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 20. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie, które nie wymaga adaptera do pracy bipolarnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie Nr 25**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 23. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie z zestawem elektrod neutralnych jednorazowego użytku o wymiarach 176-122 mm, które

są najbezpieczniejszym dostępnym na rynku rozwiązaniem w przypadku elektrod neutralnych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

#### **Pytanie Nr 26**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania uchwyt wielorazowego użytku z przyciskami do cięcia i koagulacji?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie Nr 27**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z regulacją efektu z krokiem co 1 w zakresie 1-30, z krokiem co 5 powyżej 30?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie Nr 28**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z automatyczną regulacją mocy wyjściowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie Nr 29**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z obudową z metalu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie Nr 30**

Dotyczy: Części nr 5 – Diatermia chirurgiczna Punkt nr 35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie zestawem elektrod: lancet kątowy, lancet kątowy romboidalny, pętla druciana średnica 10mm, kulka kątowna średnica 4mm, pętla druciana średnica 5mm – 2 szt, pętla druciana średnica 10mm, pętla druciana średnica 14mm, nożowa o dł. ostrza 25mm, kulka prosta średnica 2mm; wózkiem kompatybilnym z oferowanym urządzeniem z szafką na akcesoria?

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.