



.....
.....

Znak: AE/ZP-27-27/24

Tarnów, 2024-04-12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej progi unijne (powyżej 221.000 EURO) na dostawę nadłóżkowych poziomych paneli zasilających pojedynczych 2 szt., podwójnych 8 szt. oraz potrójnych 2 szt.

W związku z zapytaniami Wykonawcy o następującej treści:

1. Czy Zamawiający dysponuje deklaracją zgodności na wyrób medyczny dla instalacji gazów medycznych?
2. Czy Zamawiający dopuści montaż paneli o głębokości (grubości) korpusu $60 \pm 5\%$ mm?
3. Czy Zamawiający dopuści montaż paneli o wysokości korpusu $252 \pm 5\%$ mm?
4. W jaki system przyzywu należy wyposażyć panele nadłóżkowe?
5. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie całego postępowania jest dostawa 4 szt. półek pod kardiomonitor.
6. Czy Zamawiający dopuści dostawę półki o wymiarach 450x320, obciążenie maksymalne netto 10 kg.
7. Czy Zamawiający dopuści dostawę półki o wymiarach 430x360, obciążenie maksymalne netto 40 kg.
8. Czy w przypadku pomieszczenia S3 i S4 należy zdemontować gniazda tlenowe i próżniowe?
9. Proszę o potwierdzenie, że postępowanie nie obejmuje prac budowlanych.
10. Czy oddział ortopedii wyposażony jest w strefowy zawór kontroli, stanowiący zespół zaworów odcinających, zamontowany na korytarzu?

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1

Zamawiający informuje, iż posiada niezbędne deklaracje zgodności dla instalacji gazów medycznych.

Ad.2

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie paneli posiadających grubość korpusu jednostki $60 \pm 5\%$ mm.

Ad.3

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie paneli posiadających wysokość korpusu $252 \pm 5\%$ mm.

Ad.4

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ zaoferowane panele nie będą wyposażone w system przyzywowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż na Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii przewiduje się bezprzewodowy system przyzywowy.

Ad.5

Zamawiający informuje, iż zgodnie z wymogiem określonym w pkt.24 Załącznika Nr 5 do SWZ Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 4 szt. półek pod kardiomonitor.

Ad.6

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie półki pod kardiomonitor o wymiarach 450mm x320mm posiadającej obciążenie maksymalne netto 10 kg.

Ad.7

Zamawiający dopuszcza również zaoferowanie półki pod kardiomonitor o wymiarach 430mm x360mm. Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie półki pod kardiomonitor posiadającej obciążenie maksymalne netto 40 kg.



Ad.8

Zamawiający informuje, iż w Sali Nr S3 i Sali Nr S4 gniazda tlenowe i próżniowe są wpuszczone w ścianę. Zgodnie z wymogiem określonym w SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamontował i uruchomił zaoferowane panele, tym samym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca m.in. podłączył zaoferowane panele do istniejących gniazd tlenowych i próżniowych.

Ad.9

Zgodnie z wymogiem określonym w SWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zamontował i uruchomił zaoferowane panele, tym samym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał wszystkie czynności związane z montażem i uruchomieniem zaoferowanych paneli, w tym m.in. ewentualne wykucie bruzd pod instalacje wraz z zatynkowaniem i przygotowaniem w/w miejsc do ostatecznego malowania ścian (przedmiot zamówienia nie obejmuje malowania ścian).

Ad.10

Zamawiający informuje, iż Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii na którym Wykonawca montował będzie zaoferowane panele wyposażony jest w zawory odcinające.

Otrzymują:

- 1/ Platforma Zamawiającego
- 2/ a/a

DYREKTOR
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika
w Tarnowie

Marcin Kuta

