

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**I. Przedmiot zamówienia** – dzierżawa analizatora do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z odczynnikami, kartami z mikrokolumnami i krwinkami oraz pozostałymi materiałami niezbędnymi do realizacji zadania.

### II. Zamawiający

„Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie” Sp. z o.o. , ul. Poznańska 125a , 63-300 Pleszew  
Adres strony internetowej zamawiającego: [www.szpitalpleszew.pl](http://www.szpitalpleszew.pl),  
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpleszew>  
Adres poczty elektronicznej: [przetargi@szpitalpleszew.pl](mailto:przetargi@szpitalpleszew.pl)  
Telefon/faks: (62) 74 20 700 / 74 20 700 wew. 8  
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:00

### III. Tryb udzielenia Zamówienia

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej w treści SWZ „ustawą”, a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.
2. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp.
7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 Pzp.
8. Z uwagi na fakt, iż do niniejszego postępowania stosuje się przepisy dotyczące nabywania dostaw, Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (art. 95 ust. 1 Pzp).
9. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 Pzp.
10. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy „ustawy”.

### IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa analizatora do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z odczynnikami, kartami z mikrokolumnami i krwinkami oraz pozostałymi materiałami niezbędnymi do realizacji zadania.
2. Zamówienie obejmuje:
  - a) dostawę analizatora do siedziby Zamawiającego,
  - b) instalację i uruchomienie dostarczonego analizatora,
  - c) sukcesywne dostawy odczynników, kart z mikrokolumnami i krwinek oraz pozostałych materiałów niezbędnych do realizacji zadania
  - d) przeprowadzenie szkolenia dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji dostarczonego sprzętu – w siedzibie Zamawiającego,
  - e) serwis techniczny dostarczonego sprzętu.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia formularzu „Wymagania i parametry techniczne”.
4. W załączonym do niniejszej SWZ „Formularzu cenowym” Zamawiający określił liczbę oznaczeń, na podstawie której Wykonawca skalkuluje cenę oferty.
5. Analizator wraz z odczynnikiem, kartami z mikrokolumnami i krwinkami oraz pozostałymi materiałami niezbędnymi do realizacji zadania dostarczony zostanie transportem Wykonawcy, na jego ryzyko i koszt bezpośrednio do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej PCM w Pleszewie.
6. Podane w „Formularzu cenowym” ilości oznaczeń są wielkościami szacunkowymi. W trakcie realizacji umowy ilość zamawianych artykułów zależeć będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
7. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP. Oferowane artykuły muszą być zgodne z opisem przedstawionym w „Formularzu wymagania i parametry techniczne”. Jeżeli w ofercie zostaną przedstawione artykuły niespełniające wymagań tam określonych oferta na cały pakiet (zadanie) zostanie odrzucona, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.
8. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców.
9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie, na żądanie Zamawiającego, zobowiązany dostarczyć dokumenty dopuszczające do stosowania wszystkie oferowane artykuły z zadań, których dotyczy będzie umowa (np. deklaracje zgodności, certyfikaty CE, wpisy do rejestru).
10. W przypadkach, w których do określenia zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uczyniono to jedynie, aby przybliżyć przedmiot zamówienia, zawsze jednak dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tzn. na artykuły o walorach użytkowych i funkcjonalności nie gorszych niż posiadają opisane urządzenia.
11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.
12. Części zamówienia – nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
13. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
  - a) 38434000-6 Analizatory.
  - b) 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne.
14. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców.
15. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę).
16. Wymagania stawiane Wykonawcy:
  - a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
  - b) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
  - c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
17. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
  - a. Zamawiający dopuszcza powierzenie dowolnej części zamówienia podwykonawcy.
  - b. Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

18. Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy zobowiązani są przeanalizować wszystkie elementy SWZ i w razie wątpliwości zwrócić się do Zamawiającego w celu uzyskania wyjaśnień.
19. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłyną do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia odpowiednio ofert.
20. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.
21. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa wyżej, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
22. **Termin wykonania zamówienia:** zamówienie będzie realizowane przez okres 48 miesięcy od daty dostawy, instalacji i uruchomienia analizatora.

**V. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:**

1. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
  - Maria Bierła – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej – tel. 62 74 20 876
  - Magdalena Janicka – specjalista ds. zamówień publicznych – tel. 62 74 20 719, e-mail: [przetargi@szpitalpleszew.pl](mailto:przetargi@szpitalpleszew.pl)
  - Aleksandra Prażucha – referent – tel. 62 74 20 719
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Ofertę, oświadczenia oraz inne dokumenty dotyczące niniejszego postępowania, w tym podmiotowe środki dowodowe Wykonawca przekazuje odpowiednio jako dokument elektroniczny bądź cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym (dokument w formatach danych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpleszew>.
5. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym postępowania.
6. W sytuacjach awaryjnych, w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej, Zamawiający dopuszcza również komunikację za pomocą poczty elektronicznej: [przetargi@szpitalpleszew.pl](mailto:przetargi@szpitalpleszew.pl) (z zastrzeżeniem składania ofert, dla których jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przekazanie za pośrednictwem platformy zakupowej).
7. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy zakupowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
8. Komunikacja za pośrednictwem Platformy zakupowej wymaga założenia konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika, konieczne jest posiadanie przez użytkownika (Wykonawcę) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

9. Komunikacja poprzez komendę „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników).
10. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
11. Wykonawca ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
12. Dla skutecznego przesłania dokumentów elektronicznych w niniejszym postępowaniu koniecznym jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
13. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
14. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
15. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.
16. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej, dostępnym pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> oraz Instrukcji dla Wykonawców dostępnej pod adresem: <https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4sIS4t76IZVKPbkyD/view>.
17. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
  - 1) akceptuje warunki korzystania z <https://platformazakupowa.pl/>;
  - 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji, o której mowa w pkt 15.
18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu.

## **VI. Warunki udziału w postępowaniu:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ.
2. Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

## **VII. Podstawy wykluczenia z postępowania**

1. Na podstawie Art. 108. 1. ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
  - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
  - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
  - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
  - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
  - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
  - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie Art. 109. 1. pkt 4 ustawy, z postępowania zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
- a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt 3 teże ustawy,
  - b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt 3 teże ustawy,
  - c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka o którym mowa w art. 1 pkt 3 teże ustawy.

#### **VIII. Sposób oraz termin składania ofert**

- 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami Wykonawca składa pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpleszew>.
- 2. Ofertę należy złożyć do dnia: 30.09.2022r. godzina: 10:00.
- 3. Za datę i godzinę wpływu (odbioru) oferty, przyjmuje się datę i godzinę złożenia wygenerowaną dla tej oferty przez Platformę zakupową.
- 4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
- 5. W przypadku zmiany terminu składania ofert Zamawiający poinformuje niezwłocznie o tym fakcie na stronie internetowej prowadzonego postępowania (zakładka „Komunikaty”).

#### **IX. Otwarcie ofert;**

- a. Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie plików składających się na ofertę, złożonych za pośrednictwem Platformy Zakupowej w dniu 30.09.2022r. o godzinie 10:10.
- b. Otwarcie ofert jest niepubliczne.
- c. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
- d. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- e. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
  - 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte,
  - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
- f. Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie prowadzonego postępowania.
- g. Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

#### **X. Termin związania ofertą:**

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert, tj. do dnia 29.10.2022r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

**XI. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych** – Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe (do wyboru przez Wykonawcę): opisy, katalogi, karty techniczne w języku polskim potwierdzające wymagane w opisie przedmiotu zamówienia parametry. Z dołączonych opisów, folderów, katalogów lub próbek musi jednoznacznie wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w SWZ. Zamawiający może wezwać do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

#### **XII. Podmiotowe środki dowodowe**

1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp).
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej (oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) w części odnoszącej się do braku podstaw wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni następujących dokumentów:
  - 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  - 2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu.
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. W takiej sytuacji Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu (np. w formie oświadczenia) sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia zostały złożone.
5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
6. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

**XIII. Wymagania dotyczące wadium** – w tym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

**XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert**

1. Wybór oferty najkorzystniejszej dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga	Symbol kryterium
1	<b>Cena</b>	<b>80%</b>	<i>C</i>
2	<b>Wybrane parametry techniczne</b>	<b>20%</b>	<i>J</i>

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wyniki zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku i będą traktowane jako wartość punktowa oferty.

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:

$$C_n = C_{min}/C_x * 80$$

gdzie:  $C_n$  – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Cena”

$C_{min}$  – cena najtańszej oferty

$C_x$  – cena badanej oferty

$$J_n = J_x/J_{max} * 20$$

gdzie:  $J_n$  – ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę w kryterium „Wybrane parametry techniczne”

$J_{max}$  – najwyższa liczba punktów\* uzyskana przez Wykonawcę

$J_x$  – liczba punktów\* uzyskana przez badanego Wykonawcę

\* – przez „liczbę punktów” Zamawiający rozumie sumę uzyskaną w wyniku analizy wypełnionej tabeli znajdującej się w Formularzu cenowym.

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w polskich złotych, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeżeli występuje.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.
4. Wykonawca cenę oferty podaje w odpowiednio wypełnionym Formularzu oferty i Formularzu cenowym, stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji.
5. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i



usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. **Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.**

8. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.

#### **XV. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez Wykonawcę w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 577 Pzp.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

**XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy** - Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,** - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik do SWZ.

#### **XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
  - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:
  - 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

## **XIX. Pozostałe informacje:**

### **I. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO**

1. Zgodnie z **art. 13 ust. 1 i 2** Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej **RODO**), uprzejmie informujemy że:
  - 1) **administratorem** Pani/Pana danych osobowych jest **Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.**, z siedzibą przy **ul. Poznańskiej 125a, 63-300 Pleszew**;
  - 2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z **Inspektorem Ochrony Danych**, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres **ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew**, pocztą elektroniczną na adres mail: [i.nowacka@szpitalplewszew.pl](mailto:i.nowacka@szpitalplewszew.pl), tel. 62 74 20 714
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie **art. 6 ust. 1 lit. c RODO** w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na **Zamawiającym**;
  - 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o **art.18 oraz art. 74 ustawy PZP**;
  - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **art. 78 ust. 1 PZP**, przez okres **4 lat** od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  - 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących

jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do **art. 22 RODO**;
  - 8) posiada Pani/Pan:
    - a. na podstawie **art. 15 RODO** prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - b. na podstawie **art. 16 RODO** prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
    - c. na podstawie **art. 18 RODO** prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w **art. 18 ust. 2 RODO**, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
    - d. prawo do wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy **RODO**;
  - 9) nie przysługuje Pani/Panu:
    - a. w związku z **art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO** prawo do usunięcia danych osobowych;
    - b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
    - c. na podstawie **art. 21 RODO** prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest **art. 6 ust. 1 lit. c RODO**;
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

**XX. Załączniki** stanowiące integralną część specyfikacji:

- załącznik nr 1 Druk oferty;
- załącznik nr 2 Wymagania i parametry techniczne;
- załącznik nr 3 Formularz cenowy;
- załącznik nr 4 Projekt umowy dzierżawy;
- załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
- załącznik nr 6 Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Sporządziła  
Aleksandra Prażucha

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY****Dane dotyczące wykonawcy**

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Adres poczty elektronicznej: .....

Numer telefonu / faksu: .....

Numer REGON: .....

Numer NIP .....

Osoba do kontaktu z Zamawiającym / stanowisko:  
.....

Adres e-mail: .....

Nr telefonu: .....

**Dane dotyczące zamawiającego**

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o

Poznańska 125a

63-300 Pleszew

**Zobowiązania wykonawcy**

Nawiązując do ogłoszenia na dzierżawę analizatora do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z odczynnikami, kartami z mikrokolumnami i krwinkami oraz pozostałymi materiałami niezbędnymi do realizacji zadania dla Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o. o. (Znak sprawy Te 2300-23/2022), oferujemy wykonanie zamówienia objętego zamówieniem za cenę brutto wynoszącą

Cena brutto..... zł

(zgodnie z załączonym formularzem wymagania i parametry techniczne)

**Działając w imieniu Wykonawcy oświadczam, że:**

- 1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
- 2) Oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związaną z realizacją zamówienia.
- 3) Oferowane przez nas wyroby spełniają wymogi określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz posiadają atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP.
- 4) Wszystkie oferowane wyroby medyczne posiadają – odpowiednio do ich klasy – aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności i wpisy do rejestru wyrobów medycznych.
- 5) Zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt 3 i 4 na jego wezwanie.
- 6) Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji warunków zamówienia.
- 7) W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawrzeć z Zamawiającym umowę na warunkach określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- 8) Oświadczam, że zamierzam powierzyć następującym podwykonawcy/om wykonanie następujących części zamówienia:

.....  
.....  
.....  
(należy wskazać części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć oraz nazwy firm podwykonawców - o ile są znane ).

- 9) Wybór niniejszej oferty będzie /nie będzie (**niewłaściwe skreślić**) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania powyższego obowiązku podatkowego ..... oraz wartość tego towaru lub usługi bez kwoty podatku wynoszącą .....

(brak wskazania rozumiany będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego powyższego obowiązku podatkowego)

- 10) Oświadczam, że w rozumieniu przepisów art. 104-106 ustawy z dnia 02. 07. 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. - Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.) jestem:

- a) mikro przedsiębiorcą
- b) małym przedsiębiorcą
- c) średnim przedsiębiorcą
- d) dużym przedsiębiorcą

**(zaznaczyć właściwe)**

- 11) Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

- 12) Wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO<sup>1</sup> wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.<sup>2</sup>

### **Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej**

Nazwisko, imię .....

Stanowisko .....

Telefon.....Fax.....

### **Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

### **Zastrzeżenie wykonawcy**

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

.....  
.....

Inne informacje wykonawcy:

<sup>1</sup> Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

<sup>2</sup> Jeżeli w ramach oferty nie są przedstawiane dane osobowe inne niż bezpośrednio dotyczące wykonawcy lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, proszę skreślić zapis pkt 8.

**Wymagania i parametry techniczne**

**Przedmiot zamówienia:** dzierżawa analizatora do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z odczynnikami, kartami z mikrokolumnami i krwinkami oraz pozostałymi materiałami niezbędnymi do realizacji zadania.- szt. 1,.

**Nazwa i typ:** .....

**Producent / Firma:** .....

**Kraj pochodzenia** .....

Analizator	OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH	OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH
Lp.	Parametry wymagane	Zaoferowany parametr / oceniany (określić)
1.	Wymagany analizator immunohematologiczny w pełni zautomatyzowany, nie starszy niż 2015 rok produkcji, nowy/używany, wykonujący samodzielnie badania od włożenia próbki badanej do przesłania wyniku do systemu oraz od włożenia próbki badanej do systemu informatycznego i jego wydruku. Analizator przystosowany ma być do pracy ciągłej tj. 24h/dobę 7 dni w tygodniu – bez potrzeby codziennego wyłączenia	TAK
2.	Analizator wolnostojący lub z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem, z drukarką do wydruku protokołów z przeprowadzonych badań	TAK
3.	Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu oraz posiadać funkcję badań pilnych	TAK
4.	Oprogramowanie w języku polskim	TAK
5.	Instrukcja aparatu w języku polskim	TAK
6.	Analizator musi zagwarantować indywidualne hasła dostępu użytkowników wykonujących badania	TAK
7.	System automatyczny, pracujący w oparciu o technikę testów kolumnowych, żelowych z podłożem separującym, opartym na aglutynacji krwinek czerwonych i dający możliwość wykonania badań immunohematologicznych zgodnie z aktualnymi przepisami	TAK

8.	Analizator posiada funkcje monitorowania i podawania w czasie rzeczywistym aktualny stan odczynników oraz zgłasza stan alarmowy, jeśli ilość odczynników jest niewystarczająca do zaplanowanych badań	TAK
9.	Analizator zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS dla dokończenia rozpoczętych analiz na ok 20 min	TAK
10.	Wykonawca zapewni, w ramach umowy, dwie drukarki kodów kreskowych wraz z etykietami do drukowania numerów prób zgodności, numerów grup krwi oraz donacji z systemu ESKULAP (32000 etykiet), dwa czytniki kodów kreskowych	TAK
11.	Funkcja automatycznego startu analizatora, tzn. po pobraniu listy zadań z systemu ESKULAP automatyczny start badania	TAK
12.	Automatyczne usuwanie przez analizator zużytych kart/odczynników, tj. wbudowany kosz na odpady medyczne – ograniczenie kontaktu z materiałem zakaźnym.	TAK
13.	Pojemność analizatora na próbki nie mniejsza niż 50 próbek	TAK
14.	Wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora : wirówka – kontrola prędkości wirowania, inkubator – kontrola temperatury inkubacji, głowica pipetująca - kontrola objętości pipetowania i odczynników	TAK
15.	Wymiana igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu. Dostarczenie igły zapasowej przy uruchamianiu analizatora i po każdej wymianie	TAK
16.	Automatyczne rozpoznawanie skrzepów przez analizator	TAK
17.	Zabezpieczenie przed kontaminacją, poprzez zastosowanie do urządzenia roboczej zawiesziny krwinek badanych: jednorazowych naczynek lub systemu samooczyszczenia komory w stacji rozcieńczania analizatora	TAK
18.	Analizator wyposażony w funkcję wykrywania zakorkowanych próbek oraz odczynników (chroni to igłę przed skrzywieniem/złamaniem)	TAK
19.	Możliwość pracy na próbkach o średnicy 9-16 mm	TAK
20.	Wymagane, aby kolumnienki kart/kaset do wykonywania badań przesiewowych przeciwciał w teście PTA były gotowe do użycia i zawierały surowicę poliswoistą	TAK

21.	Analizator w 100% wykorzystujący mikrokolumny na kartach/kasetach, otwierający podczas badania pojedyncze kolumny i jednocześnie dozujący materiał badany.	TAK
22.	Karty, odczynniki, krwinki wzorcowe, kontrole codzienne analizator oraz system manualny muszą pochodzić od tego samego producenta celem zapewnienia walidacji metody (nie dotyczy płynów systemowych analizatora, sprzętu komputerowego, drukarki kodów wraz z etykietami, urządzenia do suchego rozmrażania osocza oraz witryny) z instrukcją w języku polskim	TAK
23.	Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenie analizatora do użytku powinny odpowiadać aktualnym zaleceniom IHiT	TAK
24.	Odczynniki – gotowe do użycia. Surowice wzorcowe naniesione na kolumnienki przez producenta (w tym odczynnik wykrywający kategorię DVI), a krwinki wzorcowe zawieszona w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%	TAK
25.	Dołączenie przy każdej dostawie ulotek odczynnikowych w języku polskim lub zdalny dostęp do bazy danych zawierającej aktualne ulotki w języku polskim. Poinformowanie zamawiającego odrębnym pismem o każdorazowej zmianie wprowadzonej do ulotek odczynników	TAK
26.	W ramach ceny oferty dostarczenie odpowiedniej ilości kart/kaset i odczynników w celu przeprowadzenia walidacji zaoferowanego analizatora w trybie instalacyjnym, operacyjnym i procesowym z przedstawieniem raportu, zgodnie z zaleceniami IHiT. Proces walidacji przeprowadzi Wykonawca po instalacji analizatora w laboratorium	TAK
27.	Termin ważności kaset/kart min. 9 miesięcy lub minimum 6 miesięcy pod warunkiem, że są pakowane po nie więcej niż 100 sztuk w opakowaniu. Ważność krwinek wzorcowych i kontroli codziennej min. 4 tygodnie od dostawy	TAK
28.	Wymagane jest zapewnienie, w ramach wartości umowy, udziału w programie zewnętrznej oceny jakości dla laboratoriów immunologii transfuzjologicznej zgodnie z przepisami prawa, raz na kwartał, z opracowaniem wyników (ocena i certyfikat)	TAK
29.	Analizator musi wykonywać następujące badania w oparciu o technikę mikrokolumnową:	TAK



	<p>1. Oznaczenie antygenów ABO u pacjentów z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B</p> <p>2. Oznaczenie regularnych izoaglutynin anty-A, anty-B u pacjentów przy użyciu krwinek wzorcowych A1, B</p> <p>3. Oznaczenie antygeny D z układu Rh u pacjentów, przy użyciu różnych klonów odczynników monoklonalnych. Odczynniki monoklonalne anty-D powinny być tak dobrane, aby przynajmniej jeden z nich nie wykrywał antygeny D kategorii VI</p> <p>4. Badanie przeglądowe przeciwciał antygenów krwinek wzorcowych przy użyciu zestawu składającego się z przynajmniej trzech rodzajów krwinek wzorcowych grupy O, w którym powinna być wyrażona ekspresja antygenów: C, Cw, c, D, E, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M, N, P1, Lea, Leb. W zestawie powinny występować krwinki o fenotypach: DCCwee, DccEE, dccee oraz homozygotyczna ekspresja antygenów: Fya, Fyb, Jka, Jkb, M, S, s</p> <p>5. Próba zgodności serologicznej obejmująca: kontrolę antygenów układu ABO dawcy i biorcy za pomocą monoklonalnych przeciwciał, antygeny D u biorcy (DVI-) oraz antygeny D u dawcy (DVI+), badanie przeglądowe przeciwciał u biorcy PTA, próbę krzyżową tzn. badanie surowicy/osocza z krwinkami dawcy w PTA</p> <p>6. Badanie BTA u pacjenta i u dawcy</p>	
30.	Wykonawca umożliwi, w ramach ceny umowy, autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu – zgodnie z opisem w projekcie umowy dzierżawy	TAK
31.	Praca w systemie automatycznym musi być zabezpieczona manualnym systemem (backup), zapewnionym przez Wykonawcę pracującym na tych samych odczynnikach co analizator bez względu na sposób ich konfekcjonowania	TAK
32.	Możliwość zlecenia badań do analizatora bezpośrednio przez użytkownika poza systemem informatycznym	TAK
33.	Oprogramowanie do autoryzacji wyników badań automatycznego analizatora wyposażone w system kontroli niezgodności bieżąco wykonywanych wyników badań z wynikami przechowywanymi w archiwum analizatora, co pozwala na wykrycie ewentualnych	TAK

	niezgodności już na etapie ich wykonywania, a nie dopiero po transmisji do LIS	
34.	Wymagany analizator automatyczny zapewniający odczyt kart/kaset wraz z archiwizacją obrazu odczytanych stron w postaci kolorowych zdjęć w wysokiej rozdzielczości	TAK
35.	Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań	TAK
36.	Dwukierunkowa transmisja danych z obowiązkowym włączeniem w LIS (ESKULAP), zapewnienie transmisji zleceń z systemu Eskulap do analizatora i wyników badań z uwzględnieniem zapisu reakcji serologicznych w postaci 0, 1+, 2+, 3+, 4+ z analizatora do systemu ESKULAP	TAK
37.	W okresie obowiązywania umowy wykonawca zapewni witrynę do przechowywania odczynników, przegląd techniczny i walidację raz na rok, po okresie obowiązywania umowy sprzęt przechodzi na własność zamawiającego	TAK
38.	W okresie obowiązywania umowy wykonawca zapewni urządzenie do suchego rozmrażania osocza Sahara 3/Maxitherm, nie starszy niż 10 lat, wraz z UPS i oprogramowaniem dedykowanym do urządzenia, przegląd techniczny i walidacja raz na rok, po okresie obowiązywania umowy sprzęt przechodzi na własność zamawiającego	TAK
<b>LP.</b>	<b>OPIS PARAMETRÓW OCENIANYCH</b>	<b>OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH</b>
1.	Analizator	Rok produkcji 2018 i nowszy: 20 pkt Rok produkcji 2017 i starszy: 0 pkt
2.	Konserwacja aparatu tj. mycie i dezynfekcja w celu zapewnienia prawidłowego działania aparatu potwierdzone w instrukcji urządzenia	Nie częściej niż 1/m-c: 10 pkt Częściej niż 1/m-c: 0 pkt
3.	Czas utrzymywania krwinek wzorcowych (grupowe i do PTA) na pokładzie analizatora bez potrzeby wyjmowania	5 dni i więcej: 10 pkt 3-4 dni: 5 pkt Poniżej 3 dni: 0 pkt

**UWAGA:**

W kolumnie „Opis parametrów wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

**Oświadczenie Wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.....  
Podpis osoby uprawnionej do  
reprezentowania Wykonawcy

Formularz cenowy

**Przedmiot zamówienia:** dzierżawa analizatora do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z odczynnikami, kartami z mikrokolumnami i krwinkami oraz pozostałymi materiałami niezbędnymi do realizacji zadania.- szt. 1,.

**Nazwa i typ:** .....

**Producent / Firma:** .....

**Kraj pochodzenia** .....

<b>ILOŚĆ BADAŃ W CIĄGU 48 MIESIĘCY</b>		
1.	Grupa krwi u pacjenta (łącznie z PTA)	17200
2.	Pełna Grupa krwi noworodka + BTA	Karta do badania grupy krwi noworodka i BTA : 1060  Karta do potwierdzenia grupy krwi noworodka (inna seria/klon) : 1060
3.	Próba zgodności: ABO, RhD biorcy i dawcy, przeglądowe badanie przeciwciał biorcy, właściwa pr. krzyżowa	biorcy: 3800  dawcy: 8200
4.	BTA	600
5.	PTA	600
6.	Zgodnie z obowiązującymi przepisami: Kontrola kart do ABO, RhD (1x/dzień), z uwzględnieniem dwóch krwinek kontrolnych Kontrola kart do grupy krwi noworodka z uwzględnieniem dwóch krwinek kontrolnych  Kontrola kart do PTA (2x/dzień)	Podać ilość kart do kontroli, krwinek wzorcowych, materiału kontrolnego , pozostałych materiałów/akcesoriów do wykonania tych kontroli.

7.	Podać koszt udziału w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej – zgodnie z opisem w p.28 wymagań i parametrów technicznych – zał. nr 2 do SWZ	
8.	Podać koszt etykiet do drukarek kodów kreskowych	32000 szt

**Odczynniki, karty z mikrokolumnami,, krwinki wzorcowe, krwinki kontrolne oraz inne akcesoria i materiały konieczne do wykonania zadania - badań w okresie 48 miesięcy:**

L.p.	Nazwa przedmiotu (odczynnika)	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Stawka brutto	Stawka Vat w %	Wartość netto	Wartość brutto

## Projekt umowy dzierżawy

zawarta w dniu ..... w Pleszewie pomiędzy:

Spółką Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., ul. Poznańska 125a, 63-300 Pleszew, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000303091, REGON: 300770088, NIP: 6080074563, wysokość kapitału zakładowego 61 981 000,00 zł, reprezentowaną przez ....., zwaną w dalszej treści

Zamawiającym

a firmą ....., zwaną w dalszej treści umowy „**Wykonawcą**”,

o następującej treści:

### § 1.

1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (znak sprawy Te 2300-23/2022).
2. Przedmiotem umowy jest dzierżawa analizatora do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z odczynnikami, kartami z mikrokolumnami i krwinkami oraz pozostałymi materiałami niezbędnymi do realizacji zadania, które zostały wyszczególnione w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, zwanych dalej: „Urządzeniami”.
3. Wykonawca oświadcza, iż urządzenia opisane w ust. 2 posiadają wszystkie niezbędne elementy do ich prawidłowego funkcjonowania oraz odpowiednie certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakupione zostały ze środków własnych Wykonawcy oraz nie są obciążone zastawem lub innymi zobowiązaniami na rzecz osób trzecich.
4. Wykonawca gwarantuje prawidłową pracę urządzeń przez cały okres trwania niniejszej umowy.
5. Strony ustalają, że przez cały okres obowiązywania Umowy właścicielem Urządzeń pozostanie Wykonawca.

### § 2.

1. Analizator, o którym mowa w § 1 będzie udostępniony Zamawiającemu w formie najmu długoterminowego i przez cały okres obowiązywania umowy pozostanie własnością Wykonawcy.
2. Obowiązkiem Wykonawcy jest:
  - 1) dostarczenie analizatora do siedziby Zamawiającego,
  - 2) zainstalowanie analizatora we wskazanym przez Zamawiającego miejscu,
  - 3) podłączenie i synchronizacja analizatora z systemem informatycznym ESKULAP firmy ALMA,
  - 4) przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania analizatora (dwa szkolenia z zakresu obsługi i metodyki wykonywanych badań),
  - 5) aktualizacja oprogramowania analizatora w okresie trwania umowy bez dodatkowych opłat,
  - 6) zapewnienie sprawności analizatora, jego serwisowanie i wykonywanie odpowiednich przeglądów technicznych przez cały okres obowiązywania umowy,
  - 7) dostarczenie kompletnej dokumentacji analizatora (w tym instrukcja obsługi, certyfikat CE lub deklaracja zgodności) w wersji drukowanej, w języku polskim,
  - 8) zapewnienie możliwości telefonicznego zgłaszania awarii 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
  - 9) zapewnienie reakcji serwisu w czasie nie dłuższym niż 12 godzin w dni robocze, przy czym przez dni robocze Strony rozumieją wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Wszystkie powyższe czynności Wykonawca wykona / wykonywał będzie na własny koszt i ryzyko.
4. Dostawa i wdrożenie analizatora do pracy nastąpi nie później niż 14 dni od dnia udzielenia zamówienia publicznego.
5. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie miał możliwości wykonywania badań na analizatorze, o którym mowa w § 1 ust. 1, w związku z okolicznościami zależnymi od Wykonawcy, Wykonawca:

- 1) zapewni Zamawiającemu, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia, urządzenie zastępcze, pracujące na tych samych odczynnikach co analizator, o którym mowa w § 1 ust. 1 lub pokryje koszt badania zleconego przez Zamawiającego w laboratorium zewnętrznym.

Powyższe zostanie uznane za należyte wykonanie umowy.

### **§ 3.**

#### **Dostawa odczynników, kart z mikrokolumnami i krwinkami oraz pozostałych materiałów niezbędnych do realizacji zadania**

1. Dostawy realizowane będą w dni robocze na podstawie zamówień składanych pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną, transportem Wykonawcy na jego ryzyko i koszt bezpośrednio do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej PCM w Pleszewie, w godz. od 8<sup>00</sup> do 14<sup>00</sup>, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia przez Wykonawcę.
2. Ilość zamawianych artykułów określona w „Formularzu cenowym” jest ilością szacunkową. Ilość zamawianych artykułów zależeć będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, jednak nie będzie mniejsza niż 80% ilości określonych w „Formularzu cenowym”.
3. Do każdej partii dostarczonego towaru załączona będzie faktura (oryginał i kopia) zawierająca specyfikację dostarczonego towaru.

### **§ 4.**

1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania wydzierżawionych urządzeń w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej przez cały okres dzierżawy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wykonywania okresowych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniem producenta Urządzeń.
3. Wykonawca wraz z dostawą Urządzeń oraz na każde jego żądanie dostarczy Zamawiającemu kopię dokumentu dopuszczającego Urządzenia do obrotu i stosowania na terenie Polski.

### **§ 5**

1. Zgodnie za złożoną ofertą wartość umowy ustala się na kwotę ..... zł netto.
2. Za dzierżawę Urządzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz brutto (z VAT) w wysokości ..... złotych za każdą za każdy miesiąc. Czynsz Zamawiający uiszcza na rzecz Wykonawcy na podstawie faktury VAT, wystawianej przez Wykonawcę po zakończeniu każdego miesiąca obowiązywania umowy, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
3. Za odczynniki, karty z mikrokolumnami i krwinkami oraz pozostałe materiały niezbędne do realizacji zadania Zamawiający zapłaci Wykonawcy zgodnie z cenami podanymi w formularzu cenowym.

### **§ 6**

1. W przypadku nie wykonania obowiązków określonych w § 2 ust. 2 w terminie tam określonym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.
2. W przypadku nie usunięcia awarii urządzenia, w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia, lub nie dostarczenia w tym okresie sprzętu zastępczego, o parametrach nie gorszych od parametrów urządzenia uszkodzonego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % wartości umowy brutto określonej w § 5 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień braku możliwości eksploatacji urządzenia ponad termin 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii.
3. Termin 7 dni roboczych, o którym mowa w ust. 2, będzie liczony od godziny zgłoszenia awarii, pod warunkiem, że awaria została zgłoszona w dzień roboczy do godz. 16:00. Jeżeli awaria została zgłoszona po godz. 16:00 lub w dzień ustawowo wolny od pracy, termin upoważniający do naliczania kary będzie liczony od godz. 7:00 następnego dnia roboczego.

4. W przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto określonej w § 5 ust.
5. Zamawiający może potrącić należną mu karę z należności Wykonawcy.
6. W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie terminu płatności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki naliczone zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
7. Dochodzenie kar umownych, określonych w niniejszym paragrafie, nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, w szczególności w zakresie pokrycia przez Wykonawcę szkody poniesionej przez Zamawianego w związku z przestojem urządzenia po awarii ponad termin, o którym mowa w ust. 2.
8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć 30 % wartości brutto umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

#### **§ 7.**

1. Umowa zostaje zawarta na czas 48 miesięcy tj. na okres od dnia..... do dnia .....
2. Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać bez pisemnej zgody Zamawiającego jakichkolwiek czynności prawnych zmierzających do przeniesienia w całości lub części wierzytelności z umowy lub prowadzących do zmiany ich wierzyciela, a w szczególności:
  - a) dokonywać cesji wierzytelności w rozumieniu art. 509-516 Kc,
  - b) przekazywać świadczeń Zamawiającego z wierzytelności w rozumieniu art. 921<sup>1</sup>- 921<sup>5</sup> Kc,
  - c) przyjmować poręczeń długów Zamawiającego z umowy w rozumieniu art. 876-887 Kc lub gwarancji takich poręczeń oraz i spłat takich poręczeń.
3. Czynność dokonana z naruszeniem ust. 3 Zamawiający uzna za nieskuteczną.
4. Wykonawca jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  - a) Wykonawca lub osoba trzecia korzysta z Urządzeń niezgodnie z instrukcją obsługi, z ich właściwościami lub przeznaczeniem;
  - b) Urządzenia będą zostaną udostępnione osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy;

#### **§ 8.**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej części umowy.
2. Odstąpienie od umowy przysługuje Zamawiającemu w przypadku, wystąpienia następujących okoliczności:
  - 1) W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę
  - 2) Odstąpienie przez którąkolwiek ze stron od umowy, o której mowa w § 1 ust. 3

#### **§ 9.**

##### **Zmiany do umowy**

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem poniższych postanowień umownych oraz z zachowaniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Nie wyłączając ani nie ograniczając i nie modyfikując okoliczności oraz podstaw zmiany umowy wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy także:
  - 1) w kontekście parametrów technicznych i jakościowych oraz ilościowych asortymentu objętego przedmiotem umowy w następujących sytuacjach:
    - a) w sytuacji, gdy powstała możliwość dostarczenia Zamawiającemu asortymentu opartego na nowocześniejszych i korzystniejszych rozwiązaniach technologicznych i jakościowych,
    - b) w sytuacji konieczności dostosowania asortymentu objętego przedmiotem umowy do aktualnych na dzień zmiany umowy rozwiązań technicznych i jakościowych ze względu na zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa,



- c) w sytuacji wstrzymania, wycofania lub zakończenia produkcji danego asortymentu objętego przedmiotem umowy – w takim przypadku Strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników (wstrzymanie, wycofanie lub zakończenie produkcji będzie udokumentowane przez Wykonawcę w postaci pisemnego oświadczenia producenta),
  - d) w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
  - e) w sytuacji wyczerpania ilości danego asortymentu w trakcie obowiązywania umowy – w takim przypadku Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości asortymentu w poszczególnych pozycjach bez zmiany wysokości całkowitego wynagrodzenia;
- 2) w kontekście terminu obowiązywania umowy w następujących sytuacjach:
- a) w sytuacji wystąpienia przyczyn, z powodu, których niemożliwe będzie wykonywanie przez Wykonawcę jego zobowiązań w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający;
  - b) w sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości wykonywania przedmiotu umowy z powodu niedopuszczania do jego wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania wstrzymania przez uprawniony organ wykonywania przedmiotu umowy, z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności,
  - c) w sytuacji wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
  - d) w przypadku niewykorzystania ilościowego asortymentu objętego przedmiotem umowy, o której mowa w § 1 ust. 3, Zamawiający dopuszcza przedłużenie niniejszej umowy, jednak nie dłużej, niż o 6 miesięcy;
- 3) w kontekście zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego – w takim przypadku, zmianie ulega cena jednostkowa brutto asortymentu objętego przedmiotem umowy, a cena jednostkowa netto pozostaje bez zmian (Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zmianach stawek podatku VAT w terminie nie dłuższym, niż 3 dni od daty opublikowania stosownego aktu prawnego);
3. Zmiany cen, o których mowa w ust. 2 pkt 3 obowiązują od daty wejścia w życie odpowiednich aktów prawnych, pod warunkiem dopełnienia przez Wykonawcę obowiązku informacyjnego.
4. W przypadkach określonych w ust. 2, o ile będzie to uzasadnione, to zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy (zarówno poprzez zmniejszenie, jak i zwiększenie).
5. Tryb wprowadzania zmian do umowy bez względu na ich podstawę prawną lub umowną obejmuje, w zależności od kontekstu wprowadzanej zmiany oraz uwarunkowań prawnych jej wprowadzania:
- 1) wniosek zainteresowanej Strony wraz z uzasadnieniem;
  - 2) podpisanie aneksu do umowy.
6. Przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:
- a. danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
  - b. danych teleadresowych;
  - c. danych rejestrowych;

#### **§ 10.**

1. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
2. Integralną częścią umowy jest specyfikacja warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy sporządzona i złożona w postępowaniu przetargowym, przy czym oferta i SWZ, jako sporządzone w jednym egzemplarzu, nie stanowią załącznika i znajdują się u Zamawiającego wraz z całą dokumentacją postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa.
3. Ewentualne spory powstałe na tle wykonywania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego sąd powszechny.

WYDZIERŻAWIAJĄCY:

DZIERŻAWCA:

Załącznik nr 5

**Oświadczenie wykonawcy**  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ DOTYCZĄCE  
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Przystępując do postępowania na dzierżawa analizatora do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z odczynnikami, kartami z mikrokolumnami i krwinkami oraz pozostałymi materiałami niezbędnymi do realizacji zadania dla szpitala w Pleszewie. ” Znak sprawy Te 2300-23/2020

działając w imieniu Wykonawcy:

.....  
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych, pod następującym adresem (strona internetowa)

.....  
reprezentowanego przez:

.....  
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania**

Oświadczam, że na dzień składania ofert Wykonawca:

- a) podlega/ nie podlega\* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
- b) podlega/ nie podlega\* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Oświadczenie, że podjęte przez Wykonawcę czynności są wystarczające do wykazania jego rzetelności w sytuacji, gdy wykonawca podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych\*\***

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do Wykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie .....

..... ustawy Pzp

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca podjął następujące środki naprawcze:

.....

.....

.....

**Oświadczenie dotyczące podanych informacji**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

\* niepotrzebne skreślić

\*\* dotyczy sytuacji gdy wykonawca podlega wyuczeniu z postępowania.

**Wykonawca:**

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w  
zależności od podmiotu:  
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko,  
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji)

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  
UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH  
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ  
ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**  
składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Działając w imieniu Wykonawcy, na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawa analizatora do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej wraz z odczynnikami, kartami z mikrokolumnami i krwinkami oraz pozostałymi materiałami niezbędnymi do realizacji zadania.

Nr sprawy: Te 2300-23/2022, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:  
.....  
.....
4. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

*przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)<sup>3</sup>.*

#### **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

#### **INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

\* zaznaczyć/wypełnić właściwą opcję – niepotrzebne skreślić

---

<sup>3</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.