

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy postępowania „ Usługa przeglądów i serwisu technicznego akceleratora TrueBeam sn:
H191592 Varian Medical Systems Poland” ZP/55/ZCO/2020**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

Zestaw I:

Pytanie 1. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 1 Zwracamy się do Zamawiającego, z prośbą o dodanie w § 1 po ust. 1 ustępów 1a oraz 1b w brzmieniu: „1a. Zamawiający oświadcza, że posiada wystarczające środki finansowe potrzebne do terminowej zapłaty zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 1b. Zamawiający oświadcza, że jego stan majątkowy oraz finansowy gwarantuje terminową obsługę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy”;

Odpowiedź :

Brak zgody. Zamawiający informuje, że stosownie do wymogów PZP nie jest możliwe wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia bez zabezpieczenia stosownych środków.

Pytanie 2. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 10 Zamawiający proszony jest o dodanie po ust. 3 ust. 4 w brzmieniu: „4. W celu usunięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Umowy, jeżeli wynika ono z okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19”;

Odpowiedź :

Brak zgody. Kwestię odpowiedzialności i jej braku wskutek siły wyższej i epidemii SARS-CoV-2 reguluje Kodeks cywilny i stosowne szczególne akty prawne (specustawy związane ze zwalczaniem skutków epidemii).

Pytanie 3. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 11 ust. 10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę okresu gwarancji określonej w ust. 10 § 11 z 12 miesięcy na 3 miesiące.

Odpowiedź : Zamawiający informuje, że dokonuje następujących modyfikacji postanowień wzoru umowy:

- par 3 ust 1 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:

1. W ramach Planowanych usług konserwacyjnych Wykonawca wykona określoną w załączniku nr 2 (Zakres umowy), liczbę przeglądów, w dniach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym, z tym zastrzeżeniem, że ostatni przegląd nie może odbyć się wcześniej niż na 14 dni przed końcem okresu, na jaki została zawarta umowa. Przegląd ten powinien zakończyć się raportem serwisowym stwierdzającym pełną sprawność aparatu i brak konieczności wymiany jakiegokolwiek części.

- par 11 ust 10 otrzymuje brzmienie:

10. Wykonawca udziela na wykonane usługi oraz części do nich użyte 3 miesięcznej gwarancji od zakończenia naprawy lub wymiany części.

Pytanie 4. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 8 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do § 8 Umowy następującego ustępu o treści: "W przypadku, gdy opóźnienie w płatności którejkolwiek miesięcznej części wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 § 11 przekroczy 14 dni Wykonawca może: 1) wstrzymać wykonanie Umowy do chwili uregulowania płatności przez Zamawiającego; 2) rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem bez okresów wypowiedzenia; 3) podjąć wszelkie działania prawnie dozwolone, umożliwiające wyegzekwowanie od Zamawiającego przestrzegania postanowień Umowy."

Odpowiedź :Zamawiający informuje, że § 8 otrzymuje ust 7 w brzmieniu:

7. W przypadku, gdy opóźnienie w płatności którejkolwiek miesięcznej części wynagrodzenia, o której mowa w ust 4 § 11 powyżej, przekroczy 45 dni, Wykonawca uprawniony jest do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy do chwili uregulowania tego zaległego zobowiązania przez Zamawiającego.

Pytanie 5. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie ust. o brzmieniu: „Strony zgodnie oświadczają, iż w ramach czynności podpisywania raportów serwisowych o której mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3, niniejszego paragrafu, dopuszczają wykorzystanie podpisu elektronicznego Adobe sign lub innych podobnych rozwiązań. Strony oświadczają, iż każdy raport serwisowy podpisany z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, będzie dla nich prawnie wiążący.”;


Odpowiedź :Zamawiający informuje, że § 5 otrzymuje ust 4 w brzmieniu:

4. Strony zgodnie oświadczają, iż w ramach czynności podpisywania raportów serwisowych, o której mowa powyżej, dopuszczają wykorzystanie podpisu elektronicznego Adobe Sign lub innych podobnych rozwiązań, które pozwalają na ustalenie autora podpisu. Strony potwierdzają, że tak podpisany raport będzie uznany za formalnie spełniający wymogi umowne.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa, Kontraktowania
i Spraw Organizacyjno-Administracyjnych
Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza
w Dąbrowie Górniczej

mgr Agnieszka

Sporządziła: M.Malinowska



2