



Nr pisma: CEZAMAT/68/DMGMIg/2023/1/AK

Warszawa, 15.03.2023 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:  
„Kalibracja i wzorcowanie urządzeń laboratoryjnych.”  
Znak postępowania: CEZAMAT/68/DMGMIg/2023

Zamawiający, Politechnika Warszawska - Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania, na które niniejszym udziela odpowiedzi:

**PYTANIE nr 1:**

*Czy dopuszczają Państwo częściową realizację.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza częściową realizację. Postępowanie podzielne jest na 6 części. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną ilość części w ramach których nie dopuszcza się już dalszych podziałów.

**PYTANIE nr 2:**

*Dotyczy załącznika – Zapytanie ofertowe – Opis przedmiotu zamówienia – Część B – pkt. 1*

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie wymogu zgodności dokumentacji z kwalifikacji wirówki z Normą PN/EN ISO/IEC 17025, tj. zgodne z PCA? Oferowana kwalifikacja OQ GxP jest zgodna z wymogami GMP i GLP i powinna być wystarczającym dokumentem w przypadku laboratorium Zamawiającego. Wszystkie przyrządy służące do wykonania usługi są wzorcowane w laboratoriach PCA i mają stosowne certyfikaty. Ponadto zarówno kwalifikacja jak i przegląd z konserwacją będą wykonane przez autoryzowany serwis producenta, który ma dostęp do oryginalnych części i stosowne przeszkolenie. W razie gdyby wirówka była objęta gwarancją, tylko autoryzowany serwis zapewnia, że gwarancja nie zostanie utracona, co mogłoby mieć miejsce w przypadku nieautoryzowanych przeglądów i działań konserwacyjnych.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie wymogu zgodności dokumentacji z kwalifikacji wirówki z Normą PN/EN ISO/IEC 17025, tj. zgodne z PCA. Zamawiający wymaga aby wszystkie przyrządy służące do wykonania usługi były wzorcowane w laboratoriach PCA i miały stosowne certyfikaty.

Dyrektor  
Centrum Zaawansowanych Materiałów  
i Technologii CEZAMAT

Mariusz Wielec

**Politechnika  
Warszawska**

ul. Poleczki 19  
02-822 Warszawa  
tel. 22 182 12 17  
sekretariat@cezamat.