



L.dz. 1588/2020/DZP

Olsztyn, dn. 22.10.2020 r.

*Do wszystkich Wykonawców  
uczestniczących w postępowaniu*

### **INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY I ODRZUCENIU OFERTY**

*Dotyczy: postępowania nr 186/2020/PN/DZP pt. „Dostawa wraz z instalacją i szkoleniem fabrycznie nowej aparatury badawczej i laboratoryjnej dla Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr RPWM.01.01.00-28-0002/17-00 pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WiM 2014-2020.”*

#### **Wykonawcy wykluczeni:**

Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyklucza z przedmiotowego postępowania Wykonawcę **Labindex Spółka Cywilna, Marcin Grzelka, Michalis Stambuldzys z siedzibą przy ul. Nutki 3-5, 02-785 Warszawa**, z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie wykazał braku podstaw do wykluczenia z postępowania poprzez nieprzedłożenie wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.

#### **Uzasadnienie faktyczne:**

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie dostarczył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę pismem nr Ldz. 1588/2020/DZP z dnia 28.09.2020 r. do uzupełnienia dokumentów w terminie do dnia 01.10.2020 r.

Wykonawca w wyznaczonym terminie na uzupełnienie nie złożył wymaganych dokumentów. W dniu 05.10.2020 r. Zamawiający otrzymał dokumenty oraz uzasadnienie przesłania po terminie wyznaczonym na uzupełnienie. W wyjaśnieniu Wykonawca wskazuje, iż z koniecznością aktualizacji zaświadczeń z US, ZUS i KRK uzyskał w dniu 05.10.2020 r. Zamawiający pragnie nadmienić, że zgodnie z przepisami Ustawy pzp termin na złożenie dokumentów wyznaczony był na dzień 09.09.2020 r. Drugim terminem na uzupełnienie, wyznaczony był dzień 01.10.2020 r. Biorąc powyższe pod uwagę i zachowanie uczciwej konkurencji, Wykonawca winien złożyć oświadczenie o braku możliwości uzyskania dokumentów w terminie wskazanym na złożenie dokumentów. W związku z powyższym zostały spełnione wszystkie przesłanki prowadzące do wykluczenia Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.




### Odrzucenie ofert:

Zamawiający działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w związku z art. 87 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych odrzuca ofertę firmy **DONSERV Wojciech Kaca z siedzibą przy ul. Michała Spisaka 21,02-495 Warszawa**, ponieważ treść oferty jest niezgodna ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

### Uzasadnienie faktyczne:

Badanie i ocena ofert przeprowadzona przez Zamawiającego wykazała, że w części nr 4 Wykonawca, w wyniku udzielonych wyjaśnień w zakresie parametrów zaoferowanego automatycznego ekstraktora Soxhleta firmy Buchi B-811 potwierdził, że nie zaoferował kolorowego dotykowego wyświetlacza. Ponadto Zamawiający wymagał, aby moc urządzenia wynosiła min. 2000W. Wykonawca w wyjaśnieniach poinformował, że urządzenie jest wyposażone w podwójny system grzewczy dolny i górny o mocy 1250 W, każdy (razem 2500W). Oba systemy są wykorzystywane przy ekstrakcji gorącej, natomiast tylko dolny system grzewczy przy pozostałych metodach ekstrakcyjnych. Zaproponowane przez Wykonawcę urządzenie posiada dużo gorszą moc niż wymagana w SIWZ, a mianowicie 1250 W, wymagane było min. 2000W. W złożonej ofercie firma nie wspomniała o podwójnym systemie grzewczym, zaoferowała moc 2100W. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający nie wskazał podziału na grzałki, natomiast Wykonawca zaoferował urządzenie z podziałem i w pierwszej metodzie ekstrakcyjnej ma moc 2500W, w pozostałych 4 metodach ekstrakcji ma moc 1250W .

W związku z powyższym Zamawiający uznał, iż oferta złożona przez firmę **DONSERV Wojciech Kaca z siedzibą przy ul. Michała Spisaka 21,02-495 Warszawa** nie spełnia wymagań postawionych przez Zamawiającego, co zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, skutkuje odrzuceniem oferty w części nr 4.

Z poważaniem  
**KANCLERZ**  
  
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: Barbara Drozd

  
**SPECJALISTA**  
mgr Barbara Drozd