



**WOJEWÓDZKA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
W BYDGOSZCZY**

Nasz znak: EZP.272.35.2024  
Egz. nr 1

Bydgoszcz, dnia 13 września 2024 r.

**Wyjaśnienia treści SWZ**  
**(postępowanie EZP.272.35.2024)**

**Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2024r. poz. 1320) udziela wyjaśnień treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę materiałów laboratoryjnych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bydgoszczy.**

Wpłynęło pytanie Wykonawcy o następującej treści:

**Część 3**

Dotyczy pozycji 7 – wskazane kolumny FUMONIPREP są dostępne tylko w opakowaniach 10 sztukowych (o pojemności 3 ml) lub 50 sztukowych (o pojemności 3 ml). Zwracam się zatem z prośbą o wskazanie, którą wielkość zaakceptuje Zamawiający?

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia treść Opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 3, poz. 7 w następujący sposób:

Było:

7.	Kolumnienki fumoniprep	Op. 25 szt., pojemność kolumnienek 5 ml Kolumnienki powinowactwa immunologicznego do oznaczania fumonizyn FB1, FB2 w kukurydzy i produktach kukurydzianych (zawierające przeciwciała skierowane przeciwko fumonizynom FB1, FB2, wymiar 7,5 x 1,0 cm, całkowita pojemność kolumny nie powinna być mniejsza niż 5 µg fumonizyn a odzysk nie powinien być mniejszy niż 90% dla FB1, FB2, w przypadku stosowania roztworu standardowego w mieszaninie metanolu i PBS zawierającego 5 µg fumonizyn. Data ważności minimum 9 m-cy od daty dostawy do laboratorium.	opak.	1
----	------------------------	--	-------	---

Jest:

7.	Kolumienki fumoniprep	Op. 50 szt. (lub inne - tak by łączna ilość kolumienek była równa 50 szt.), pojemność kolumienek 3 ml Kolumienki powinowactwa immunologicznego do oznaczania fumonizyn FB1, FB2 w kukurydzy i produktach kukurydzianych (zawierające przeciwciała skierowane przeciwko fumonizynom FB1, FB2, wymiar 7,5 x 1,0 cm, całkowita pojemność kolumny nie powinna być mniejsza niż 5 µg fumonizyn a odzysk nie powinien być mniejszy niż 90% dla FB1, FB2, w przypadku stosowania roztworu standardowego w mieszaninie metanolu i PBS zawierającego 5 µg fumonizyn. Data ważności minimum 9 m-cy od daty dostawy do laboratorium.	opak.	1
----	-----------------------	--	-------	---

Dyrektor  
Wojewódzkiej Stacji  
Sanitarnej-Epidemiologicznej  
w Bydgoszczy  
(*podpis nieczytelny*)  
Wojciech KOPER

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/>
2. a/a