



Katowice, dnia 01.07.2024r.

Dyrektor

dr n. med.  
Włodzimierz Dziubdziela

ul. Francuska 20-24  
40-027 Katowice

SEKRETARIAT  
tel.: (32) 259-16-50  
fax.: (32) 255 46 33

spskm@spskm.katowice.pl  
[www.spskm.katowice.pl](http://www.spskm.katowice.pl)

CENTRALA:  
Tel. (32) 259-12-00

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę IMPLANTÓW LARYNGOLOGICZNYCH, Nr sprawy: ZP-24-059UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie nr 1.

Dot. załącznika nr 1 do SWZ– opis przedmiotu zamówienia – pakiet 2, pkt III.3

Czy Zamawiający dopuści zapis: „Zauszny procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające lub akumulatory.”?

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

### Pytanie nr 2.

Dot. załącznika nr 1 do SWZ– opis przedmiotu zamówienia – pakiet 2, pkt III.7

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu z: „ Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii.” na „ Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii lub zasilanie akumulatorowe – w komplecie zestaw akumulatorów z ładowarką”?

**Odp. Zamawiający dopuszcza oraz koryguje załącznik nr 2 do SWZ pkt. III.7.**

**W załączeniu skorygowany Załącznik nr 2.**

### Pytanie nr 3.

Dot. SWZ – Rozdział II, pkt 1.7

Czy zamawiający dopuści zmianę terminu dostawy z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienie.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę oraz zmienia zapis § 1 ust. 5 umowy w następujący sposób: „W okresie obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego w ilościach wskazanych w zamówieniu w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.(...)”.**

**Pytanie nr 4** Pakiet 2 III. 12.“Wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny usznej.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na w pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją OpenSound Navigator, zapewniającą użytkownikom dostęp do dźwięku w promieniu 360°, pozwalający zachować szczegóły mowy, zarządzający sprzężeniem i zapobiegający jego powstawaniu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 5** Pakiet 3. 3 "Zaczepy oferowanych procesorów kompatybilne z magnesem zewnętrznym w przypadku systemu magnetycznego lub rozważanej u pacjenta w przyszłości wymiany wspornika na magnes."

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego parametru ze względu na brak kompatybilności procesorów Ponto z mocowaniem magnetycznym?

**Odp. Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 3 do SWZ poprzez usunięcie z parametrów wymaganych pkt 3.**

**W załączeniu skorygowany Załącznik nr 3.**



**Pytanie nr 6** Pakiet 3 "Sposób zatrzaskiwania samego procesora uniwersalnie w zależności od rozwiązania: do wewnątrz wspornika implantu lub do wewnątrz zaczepu magnesu. Bezpośrednie połączenie procesora ze wspornikiem lub magnesem bez konieczności użycia dodatkowych elementów pośredniczących." Czy Zamawiający dopuści zatrzaskiwanie samego procesora od zewnątrz wspornika implantu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**

**Pytanie nr 7** Pakiet 3 "W pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminacji cienia małżowiny uszne, min. 17 kanałów przetwarzania sygnału" Czy Zamawiający wyrazi zgodę na w pełni automatyczny wielokanałowy mikrofon kierunkowy z funkcją OpenSound Navigator, zapewniającą użytkownikom dostęp do dźwięku w promieniu 360°, pozwalający zachować szczegóły mowy, zarządzający sprzężeniem i zapobiegający jego powstawaniu?

**Odp. Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.**