

Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy

Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto
Sterylizator parowy	1	360 486,00 zł	8, 23%	390 506,88 zł

Lp.	Opis parametrów wymaganych	Parametry oferowane (podać)
I. WYMAGANIA OGÓLNE		
1.	Nazwa oferowanego urządzenia	Sterylizator parowy GSS67H
2.	Wykonawca/Producent	Maquet GmbH
3.	Model/typ	GSS67H13
4.	Numer katalogowy	67H132E
5.	Rok produkcji 2022 r.	2022 r.
6.	Kraj pochodzenia	Niemcy

II.	WYMAGANIA TECHNICZNE	WYMAGANE	Oferowane (Podać/Opisać)
1.	Sterylizator parowy 8 jednostek wsadu (około 600 litrów, +/- 10%) z zapisem i wydrukiem procesów (minimalna szerokość wydruku 100mm) i rejestratorem danych.	Tak Podać	Tak Sterylizator parowy 8 jednostek wsadu (609 litrów) z zapisem i wydrukiem procesów (szerokość wydruku 100mm) i rejestratorem danych.
2.	Sterylizator przelotowy do zabudowy w dwie ściany	Tak Podać	Tak Sterylizator przelotowy do zabudowy w dwie ściany.
3.	Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285,	Tak Podać	Tak Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285.
4.	Urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych	Tak Podać	Tak Urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych.
5.	Wyposażony w wózek wsadowy 2-półkowy o perforowanych półkach	Tak Podać	Tak Wyposażony w wózek wsadowy 2-półkowy o perforowanych półkach.

6.	2 wózki transportowe bez regulacji wysokości blatu, kompatybilne z wysokością komory załadunku, 20 koszy ½ wsadu	Tak	Podać	Tak	2 wózki transportowe z możliwością regulacji wysokości blatu w zakresie +/- 15mm (zgodnie z odpowiedzią), kompatybilne z wysokością komory załadunku, 20 koszy ½ wsadu.
7.	Komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej	Tak	Podać	Tak	Komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej.
8.	Wbudowana, automatyczna, elektryczna wytwornica pary wyposażona w zbiornik rezerwowo wody zdemineralizowanej	Tak	Podać	Tak	Wbudowana, automatyczna, elektryczna wytwornica pary wyposażona w zbiornik rezerwowo wody zdemineralizowanej.
9.	Automatyczny system degazacji wody zdemineralizowanej oraz automatyczny system czyszczenia	Tak	Podać	Tak	Automatyczny system degazacji wody zdemineralizowanej oraz automatyczny system czyszczenia.
10.	Minimum 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C	Tak	Podać	Tak	6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C.
11.	Fracjonowana próżnia wstępna	Tak	Podać	Tak	Fracjonowana próżnia wstępna
12.	Program test Bowie – Dick	Tak	Podać	Tak	Program test Bowie – Dick
13.	Program testu szczelności	Tak	Podać	Tak	Program testu szczelności
14.	Programowanie czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator (wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego).	Tak	Podać	Tak	Programowanie czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator (wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego).
15.	Komunikaty o błędach wyświetlane w języku polskim	Tak	Podać	Tak	Komunikaty o błędach wyświetlane w języku polskim.
16.	Wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do jego zakończenia	Tak	Podać	Tak	Wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do jego zakończenia.
17.	Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora.	Tak	Podać	Tak	Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora.
III.	WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	WYMAGANE		Oferowane (Podać/Opisać)	
1.	Gwarancja producenta - min. 24 m-cy od daty dostawy	Tak	Podać	Tak	Gwarancja producenta - 26 m-cy od daty dostawy

2.	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres minimum 10 lat	Tak	Podać	Tak	Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat.
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim	Tak	Podać	Tak	Instrukcja obsługi w języku polskim.
4.	Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z wypełnionym paszportem oraz deklaracją zgodności CE.	Tak	Podać	Tak	Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z wypełnionym paszportem oraz deklaracją zgodności CE.
5.	Przeгляд wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (minimum 2 przeglądy)	Tak	Podać	Tak	Przeгляд wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (2 przeglądy)

