

Wrocław, 30.11.2020r.

EZP/2095/20

SINMED Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 32B
44-178 Przyszowice

ODRZUCENIE OFERTY W PAKIECIE NR 65

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z podziałem na 202 pakiety; postępowanie znak: ZP/PN/40/20/LNP/JG.

Zamawiający, działając na podstawie art. 89, ust 1 pkt.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019, poz. 1843), zawiadamia o odrzuceniu z postępowania oferty firmy **SINMED Sp. z o.o. w Pakiecie nr 65**, jako niezgodnej z treścią SIWZ.

Zgodnie z zapisem pkt. 6.2.6. SIWZ Zamawiający, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego opisane w załączniku nr 1 do SIWZ, wymagał, aby Wykonawcy wezwani zgodnie z art. 26; ust. 1 *ustawy*, złożyli: „Odpowiednie **katalogi producenta** (zawierające numery katalogowe oferowanych produktów), **foldery lub materiały źródłowe producenta/oświadczenia producenta w czytelny i jasny sposób potwierdzające spełnianie parametrów techniczno-użytkowych opisanych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ.** Brak potwierdzenia parametrów wymaganych zostanie uznany za niespełnienie przez oferowany sprzęt tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba, że zachodzić będą przesłanki określone w art. 26, ust. 3. W przypadku sporządzenia ww. dokumentów w języku obcym do oferty należy dołączyć dokument(y) wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów we wszystkich dostępnych źródłach- dotyczy pakietu nr 1-202.

Z dokumentów przesłanych przez Państwa na wezwanie z art. 26, ust.1 wynika, że zaoferowany w Pakiecie nr 65, poz. 1 przedmiot zamówienia nie spełnia wymogów opisanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ, tj.

- łyżki nie są wykonane ze stopu stali nierdzewnej,
- światłowód nie jest dodatkowo osłonięty zielonym tworzywem w części dystalnej,
- światłowód w części proksymalnej nie jest wtopiony w przezroczyste tworzywo,
- mocowanie zatraskowe do rękojeści nie jest wykonane z metalowego elementu,
- opakowanie nie jest kodowane kolorystycznie rodzajem rozmiaru.

Wobec powyższego, zgodnie z art. 89, ust.1, pkt.2 cytowanej wyżej ustawy, oferta podlega odrzuceniu w tym pakiecie.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr Andrzej Wręczycki

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Joanna Głombowicz