



CNBOP-PIB

TWÓJ PARTNER W  
**BEZPIECZEŃSTWIE**

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE  
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  
im. Józefa Tuliszkowskiego  
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Józefów, 23.08.2023 r.

TGZ/2374/ 05 / 16 / **7438** /2023

Dotyczy: Postępowania na dostawę kalorymetru do badania ciepła spalania próbek stałych i ciekłych z automatycznym obiegiem wody - zn. TGZ/05/2023.

Zgodnie z postanowieniami Art.284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) i w związku z zadanymi pytaniami do w/w postępowania – wyjaśniam co następuje:


1. Czy zamawiający wymaga, aby napięcie robocze kalorymetru wynosiło 24V celem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników laboratorium?

Tak, zamawiający wymaga, aby napięcie robocze kalorymetru wynosiło 24V.

2. Czy zamawiający wymaga trybu działania sterowanego czasem rozumianego jako tryb ręczny w związku z prowadzonymi badaniami?

Tak, zamawiający wymaga trybu działania sterowanego czasem rozumianego jako tryb ręczny w związku z prowadzonymi badaniami.

DYREKTOR CNBOP-PIB

  
st. bryg. dr inż. PAWEŁ JANIK

Jednostka notyfikowana nr 1438

Certyfikowany SZJ zgodny z PN-EN ISO 9001:2015-10

Jednostka certyfikująca wyroby akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, nr AC 063

Laboratoria badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji: nr AB 059, AB 060, AB 207, AB 1280

05-420 Józefów, ul. Nadwiślańska 213 Tel. +48 22 769 32 73 Fax +48 22 769 33 73 www.cnbop.pl cnbop@cnbop.pl

KRS: 0000149404 REGON: 000591685 NIP: 532-18-29-288

