

Tarnów, dnia 04.05.2020r.

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ
ul. Lwowska 178 a
33-100 Tarnów
tel/fax. 014 6315 167

znak pisma: SWLOG.271.14 .KK. *171* /20

Dot. Przetarg nieograniczony – SPRZĘT MEDYCZNY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.03.2020r. Zamawiający wyjaśnia:

Pytania dotyczące pakietu nr 88

PYTANIE 1. Dotyczy: Pakiet nr 88 poz. 7

Termin ważności dla przedmiotowej grupy wyrobów medycznych liczony jest co do zasady od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu jednostkowym po jej zakończeniu i wynosi max. 12 miesięcy. Zatem dotrzymanie wymogu w jego aktualnym brzmieniu wymagałoby od Wykonawcy dostarczenia wyrobu w dniu zakończenia produkcji, co ze względów logistycznych nie jest możliwe. Czy mając powyższe na uwadze, Zamawiający wyrazi zgodę oraz dokona modyfikacji zapisu w następujący sposób:

„Wykonawca będzie dostarczać produkty z terminem ważności (min. 12 m-cy) miesięcy od daty produkcji, przy zachowaniu min. 9 miesięcznego okresu przydatności wyrobu medycznego w dniu dostawy?”

Odp. Zamawiający modyfikuje i wprowadza do Formularza Oferty – załącznik nr 1 pkt. 10, zapis o następującej treści:

„Wykonawca będzie dostarczać produkty z terminem ważności (min. 12 m-cy) miesięcy od daty produkcji, przy zachowaniu min. 9 miesięcznego okresu przydatności wyrobu medycznego w dniu dostawy?”

PYTANIE 2 Dotyczy: Pakiet nr 88 poz. 6

Czy w zakresie Pakietu nr 88 poz. 6 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu, który nie posiada deklaracji zgodności / zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych? Oferowany przez Wykonawcę sprzęt nie jest wyrobem medycznym, a częścią serwisową. Tym samym czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia deklaracji zgodności lub zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych?

Odp. Zamawiający modyfikuje zapis załącznika nr 4, wprowadzając zapis pod tabelą o treści:

***OŚWIADCZENIE – NIE DOTYCZY Zakresu nr 25 poz. 5, Zakres nr 88 poz.6,8, Zakres nr 105 poz. 17, Zakres 127 poz. 1,2.**

PYTANIE 3 Dotyczy wzoru umowy §5

Zgodnie z Kodeksem cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym paragrafie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

Odp. Tak, Zamawiający modyfikuje zał nr 3 – Projekt Umowy w § 5, zamiast słowa „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

PYTANIE 4 Dotyczy wzoru umowy § 5

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron, w związku z czym prosimy Zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni.

Odp. Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 5 Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt. 1 i 6

Brak górnego limitu naliczenia kary umownej w praktyce może powodować, iż jej celem nie będzie zagwarantowanie Zamawiającemu sprawiedliwej rekompensaty, czy zdyscyplinowanie wykonawcy, ale umożliwienie Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej, szczególnie, że Zamawiający zastrzegł w umowie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie górnego limitu naliczenia kary umownej: „(...)”, nie więcej jednak niż 20 % tej wartość

Odp. Nie, zapis SIWZ pozostaje bez zmian.

Modyfikacja załączników zostanie umieszczona na Platformie – pod linkiem postępowania pod nazwą:

- Projekt umowy - modyfikacja do pytania 40
- Zał.For ofert nr 1 – modyfikacja pytanie 40
- Oświadcz zał nr 4- modyfikacja- zakres 88

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje, należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy sporządzeniu oferty należy posłużyć się zmodyfikowanym załącznikiem.

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tamowie

Anna Czech