

Projekt „MOlecoLAB - Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych” (RPLD.01.01.00-10-0007/18)
współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wykonawcy postępowania
ZP/78/2020

Łódź, dn. 16.11.2020 r.

Dot.: udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę cytometru przepływowego i sortera” – ZP/78/2020.

Działając w oparciu o Dział II Rozdział 2 art. 38 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania:

Pytanie 1:

Dotyczy § 10 ust. 5 pkt. b) wzoru umowy

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na zapis dotyczący powierzenia usunięcia wad w aparatach osobom trzecim i idące za tym skutki.

Przedmiotem zamówienia są wysoce wyspecjalizowane i technicznie skomplikowane urządzenia. To aparatura pomiarowa, do badań naukowych, gdzie każda naprawa, czy kalibracja sprzętu dokonywana jest zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi producenta, gdyż ma to istotny wpływ na wyniki badań.

Żaden podmiot trzeci (tu: nieautoryzowany serwis), który nie posiada profesjonalnej wiedzy i doświadczenia, nie będzie w stanie w sposób prawidłowy dokonać naprawy i usunąć wad w aparatach.

Warto też zwrócić uwagę, że naprawy dokonywane przez nieautoryzowany serwis, powodują utratę uprawnień gwarancyjnych, ponieważ producent traci pewność, że urządzenie za które ponosi prawną odpowiedzialność jest serwisowane w sposób właściwy.

Jeszcze raz podkreślamy, że wszelkie naprawy czy przeglądy okresowe, powinny być wykonywane przez uprawnionych i przeszkolonych pracowników autoryzowanego serwisu.

Jednocześnie chcemy nadmienić, że w odpowiedzi na pytanie dot. § 9 ust. 9 wzoru umowy dotyczące zastępczego usunięcia wad, Zamawiający wyraził zgodę na usuwanie wad w aparatach przez autoryzowany serwis.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ujednoczenie zapisów i uznanie autoryzowanego serwisu jako jedynego uprawnionego do serwisowania i usuwania wad sprzętu.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ i załączniku nr 4 wzorze umowy.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian:

- składanie ofert do 26.11.2020 r. do godz. 12.30.

- wniesienie wadium do 26.11.2020 r. r. do godz. 12.30.

- otwarcia ofert dnia 26.11.2020 r. o godz. 13.00.