

**Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**  
ul. Niechorska 27  
72 - 300 Gryfice

Pismo z dnia

Nasz znak

Data

SPZZOZ/45/2/20

Gryfice 2020-09-03

Sprawa dotyczy:

**Przetarg nieograniczony 45/20 na: „Dostawa lasera oraz aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem dla SPZZOZ w Gryficach”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przytacza pytania i udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1 – dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ - Ad.9.15**

Czy zamawiający dopuści osłonę dostępu moczowodowego pokrytą od zewnętrznej strony powłoką hydrofilową, spełniającą pozostałe parametry zawarte w siwz ?

**Odp.** Dopuszcza

**Pytanie nr 2 – dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ - Ad.10.24 oraz 10.25**

Czy zamawiający dopuści w pkt10.24 oraz 10.25 włókna laserowe wielorazowego użytku 5 szt./opakowanie , gdzie 1 sztuka jest przeznaczona do 10 użyć ?

**Odp.** Dopuszcza

Z uwagi na fakt , że opakowanie 5 sztuk włókien jednorazowego użytku wystarczy na 5 zastosowań/zabiegów, a opakowanie 5 sztuk włókien wielorazowego użytku wystarczy na 50 użyć/zabiegów, prosimy o dopuszczenie włókien wielorazowego użytku.

**Odp.** Dopuszcza

**Pytanie nr 3 – dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ - Ad. 1.6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny, gotowy do użytkowania, pozbawiony wad technicznych i na najwyższym poziomie technologicznym obecnie promowanym na rynku, z gwarancją liczoną od daty instalacji z rokiem produkcji min. 2019?”

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.






**Odp.** Zamawiający nie wyraża zgody, rok produkcji 2020.

**Pytanie nr 4 – dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ - Inne istotne informacje Ad. 1.18 oraz Par. 4 ust. 5 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu naprawy w dniach roboczych ?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ





**Pytanie nr 5 – dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ - Inne istotne informacje Ad. 1.18 oraz Par. 4 ust. 5 wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 1.18 oraz Par. 4 ust. 5 wzoru umowy na następujący:

W okresie gwarancji przyjmowanie zgłoszeń o usterkach w formie telefonicznej, faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail) oraz dokonanie koniecznych napraw, doprowadzających przedmiot umowy do pełnej sprawności – w terminie **do 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia w przypadku drobnych awarii lub do 12 dni roboczych od chwili zgłoszenia w przypadku awarii wymagających sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.**

**Odp.** Zgodnie z SIWZ

**Pytanie nr 6 – dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ**

Czy Zamawiający dopuszcza: w przypadku pojedynczych parametrów, nie występujących w materiałach firmowych, oświadczenie autoryzowanego dystrybutora producenta?

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 7 – dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ**

Czy Zamawiający dopuszcza potwierdzenie parametrów technicznych urządzeń również materiałami informacyjnymi autoryzowanego dystrybutora producenta?

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 8 – dotyczy Załącznika nr 1.2 do SIWZ**

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisem SIWZ Rozdz. VI pkt. 5 materiały informacyjne potwierdzające wymagane parametry będą wymagane na wezwanie Zamawiającego?

**Odp.** Tak

Z poważaniem

Z-C.A DYREKTORA  
ds. ekonomicznych  
SPZZOZ w Gryficach

*Piotr Soltysinski*

