



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP/442/12/2020

Chrzanów, 28.12.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do sprawy 133/2020 na dostawę siatek ginekologicznych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.


- 1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4:** taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenową, monofilamentową, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodną, niewchłanianą, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 μm , grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki **oraz** 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji w/w taśm? Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywiście najkorzystniejszej oferty.

Odp.: Zgodnie z siwz.

- 2. Dotyczy: Pakiet 3:** Czy Zamawiający dopuści siatkę Y-mesh renomowanego producenta firmę Boston Scientific wykorzystywaną w zabiegach sakrokolpopeksji w procedurach otwartych lub laparoskopowych. Siatka polipropylenowa monofilamentowa w kształcie litery „Y”, wykorzystywana w zabiegach sakrokolpopeksji w procedurach laparoskopowych lub otwartych:
 - siatka w kolorze niebieskim z białym znacznikiem środka siatki
 - wielkość porów minimum 2,7 mm²
 - gramatura siatki 23-25 g/m²
 - w zestawie z siatką jednorazowe narzędzie do pozycjonowania pochwy oraz ułatwiające zakładanie szwów

Odp.: Dopuszczamy.

- 3. Dotyczy: Pakiet 4:** Czy Zamawiający dopuści system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu o udokumentowanych właściwościach klinicznych wiodącego producenta firmy Boston Scientific, składający się z: System z taśmą podcewkową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Taśma zakładana przez otwory zasłonięte, o porowatości 1182 μm , grubości w zakresie 0,66 mm i szerokości 1,1 cm. Taśma wykonana w 100% z polipropylenu, monofilamentowa, posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej. Na pozostałej części taśmy brzegi niewygładzone dla lepszego kotwiczenia w tkance.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej i pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu. Taśma w osłonie plastikowej umożliwiającej płynne przeprowadzenie taśmy przez struktury anatomiczne. System aplikacji w postaci dwóch igieł (lewa, prawa), charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu oraz dwupłaszczyznowym wygięciem igieł. System całkowicie jednorazowy.

Odp.: Zgodnie z siwz.

UWAGA: W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert na 30.12.2020. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie

mgr Artur Baranowski

Sporządziła:

STARSZY SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych

mgr Aneta Pawłowska



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892