



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 14.08.2019 r.

Znak sprawy Nr RPoZP 20/2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 16

Dotyczy zadania nr 3

Warunek graniczny	Pytanie do warunku granicznego
Głębokość ramienia C – min. 65 [cm]	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z głębokością min 64cm, różnica jest znikoma i nie ma wpływu na zakres badania
Odp.: Zamawiający dopuszcza.	
Prześwit między wzmacniaczem obrazu a głowicą (tzw. „wolna przestrzeń”) [cm] minimum 76 cm	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z odległością min 75cm, różnica jest znikoma i nie ma wpływu na zakres badania
Odp.: Zamawiający dopuszcza.	
Odległość SID – min. 97 [cm]	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z SID 96cm, różnica jest znikoma i nie ma wpływu na zakres badania
Odp.: Zamawiający dopuszcza.	
Zakres ruchu pionowego ramienia C – min 43 [cm]	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu pionowego min 40cm, różnica jest znikoma i nie ma wpływu na zakres badania
Odp.: Zgodnie z SIWZ.	
Ruch orbitalny (obrót wokół osi poprzecznej) minimum 125°	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem orbitalnym min 120 stopni, różnica jest znikoma i nie ma wpływu na zakres badania
Odp.: Zgodnie z SIWZ.	
Generator wysokiej częstotliwości min 45kHz	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z częstotliwością min 40kHz?, różnica jest znikoma i nie ma wpływu na zakres badania
Odp.: Zamawiający dopuszcza.	
Moc generatora – min 2,3[kW]	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z mocą minimum 2,2 kW, różnica jest znikoma i nie ma wpływu na zakres badania
Odp.: Zgodnie z SIWZ.	
Dodatkowa filtracja w celu redukcji dawki min 3 mm Al eq + min 0.1 mm Cu, w celu redukcji dawki	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez filtracji dodatkowej
Odp.: Zgodnie z SIWZ.	
Matryca obrazu – min 1024x1024	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z matrycą min 1 milion pikseli
Odp.: Zamawiający dopuszcza.	
Wyświetlanie wielu obrazów na monitorze – min 14	Czy Zamawiający dopuści aparat o możliwości wyświetlania min 12 obrazów. Różnica jest znikoma i nie ma wpływu na zakres badania
Odp.: Zgodnie z SIWZ.	
Oprogramowanie do rozpoznawania anatomii (Body Smart)	Aparat bez funkcji jak opisano lub innej nazwie nie przepisanej do danego producenta urządzenia
Odp.: Zamawiający dopuszcza.	
Oprogramowanie do redukcji artefaktów metalu (Metal Smart)	Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat bez funkcji jak opisano lub innej nazwie nie przypisanej do danego producenta urządzenia
Odp.: Zamawiający dopuszcza.	
Podłączenie aparatu do systemu archiwizacji danych posiadanego przez Zamawiającego	Prosimy o wskazanie dostawcy systemu archiwizacji .
Odp.: Zamawiający informuje, iż na dzień składania pytań dostawcą systemu archiwizacji danych jest firma SYNEKTIK, jednocześnie informujemy, iż po stronie Wykonawcy jest posiadanie modułu podłączenia do PACS wraz z protokołem DICOM.	

KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof Pietraszko

M. J. 91/810 59 82

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin,
Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy
numer KRS 0000002667
NIP 851 25 43 558, REGON 810200960
tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02
www.109szpital.pl, e-mail sekretariat@109szpital.pl