

Gryfino, dnia 3 listopada 2021r.

RI.272.2.6.2021.SD

**Uczestnicy postępowania
wszyscy**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów unijnych w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup wyposażenia dla Szpitala Powiatowego w Gryfinie” w podziale na pięć części zamówienia.

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazujemy poniżej odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego do dnia 29.10.2021r. w związku z przedmiotowym postępowaniem i wprowadza poniższe zmiany SWZ:

Załącznik nr 1 a

3. Ssak medyczny przejezdny

PYTANIE 1

Pkt. 1 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak medyczny z membranową bezolejową pompą próżniową posiadającą dodatkowe zabezpieczenia termiczne i elektryczne? Na oferowaną pompę producent udziela 6 letniej gwarancji niezależnej od reszty urządzenia.

ODPOWIEDŹ 1

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

PYTANIE 2

Pkt. 4 - Czy Zamawiający dopuści ssak medyczny, elektryczny o nominalnej wydajności na poziomie 43 l/min a skutecznej wydajności na poziomie 38 l/min? Jest to wystarczająca wielkość do poprawnej pracy urządzenia.

ODPOWIEDŹ 2

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

PYTANIE 3

Pkt. 6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o poziomie hałasu max. 39,4 dB ?

ODPOWIEDŹ 3

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE 4

Pkt. 8,9 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak medyczny o wadze 21 kg wraz z podstawą jezdnią i akcesoriami oraz wymiarach 480 × 900 × 460 mm? Jest to niewielka różnica w odniesieniu do zapisów specyfikacji.

ODPOWIEDŹ 4

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

PYTANIE 5

Pytanie dot. całego zadania 1a

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 1 i 3 do oddzielnego zadania? Jest to związane z brakiem możliwości zaoferowania wszystkich urządzeń w tym zadaniu, przy jednoczesnej woli częściowej realizacji wyposażenia.

ODPOWIEDŹ 5

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Załącznik nr 1 b

7. Ssak elektryczny

PYTANIE 6

Pkt. 2 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak medyczny z membranową bezolejową pompą próżniową posiadającą dodatkowe zabezpieczenia termiczne i elektryczne? Na oferowaną pompę producent udziela 6 letniej gwarancji niezależnej od reszty urządzenia.

ODPOWIEDŹ 6

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

PYTANIE 7

Pkt. 6 - Czy Zamawiający dopuści ssak medyczny, elektryczny o nominalnej wydajności na poziomie 43 l/min a skutecznej wydajności na poziomie 38 l/min? Jest to wystarczająca wielkość do poprawnej pracy urządzenia.

ODPOWIEDŹ 7

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

PYTANIE 8

Pkt. 7– Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak o poziomie hałasu max. 39,4 dB ?

ODPOWIEDŹ 8

Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

PYTANIE 9

Pkt. 9, 12 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak medyczny o wadze 21 kg wraz z podstawą jezdnią i akcesoriami oraz wymiarach 480 × 900 × 460 mm? Jest to niewielka różnica w odniesieniu do zapisów specyfikacji.

ODPOWIEDŹ 9

Nie. Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości.

PYTANIE 10

Pytanie dot. całego zadania 1b

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 7 do oddzielnego zadania? Jest to związane z brakiem możliwości zaoferowania wszystkich urządzeń w tym zadaniu, przy jednoczesnej woli częściowej realizacji wyposażenia.

ODPOWIEDŹ 10

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.