



## Wyjaśnienia i zmiany treści Zaproszenia do składania ofert, nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym – zamówienie o wartości poniżej kwoty 130 000,00 zł netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy pn. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do SZPZLO Warszawa-Wawer r Znak sprawy: SZPZLO/Z-29/2023.

Zamawiający zgodnie z Rozdziałem XIII pkt 3 Zaproszenia do składania ofert (dalej jako Zaproszenie) przekazuje treść wyjaśnień treści Zaproszenia wraz ze zmianami wprowadzonymi do Zaproszenia.

### Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści probówki o pojemności 10 ml?

**Odpowiedź i zmiana:** Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 i 3 do Zaproszenia do składania ofert, aktualne załączniki nr 1 i 3 stanowią załączniki do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 2.** Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści probówki o pojemności 5 ml?

**Odpowiedź i zmiana:** Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 i 3 do Zaproszenia do składania ofert, aktualne załączniki nr 1 i 3 stanowią załączniki do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 3.** Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści korki do probówek o pojemności 5ml?

**Odpowiedź i zmiana:** Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 i 3 do Zaproszenia do składania ofert, aktualne załączniki nr 1 i 3 stanowią załączniki do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 4.** Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści końcówki Eppendorf o pojemności 5-200ul?

**Odpowiedź i zmiana:** Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 i 3 do Zaproszenia do składania ofert, aktualne załączniki nr 1 i 3 stanowią załączniki do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 5.** Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści końcówki Eppendorf o pojemności 50-1000ul?

**Odpowiedź i zmiana:** Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 i 3 do Zaproszenia do składania ofert, aktualne załączniki nr 1 i 3 stanowią załączniki do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 6.** Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści końcówki Eppendorf o pojemności 0,5-10ul?



**Odpowiedź i zmiana:** Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 i 3 do Zaproszenia do składania ofert, aktualne załączniki nr 1 i 3 stanowią załączniki do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 7.** Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści kamery typu Fast Read?

**Odpowiedź i zmiana:** Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 i 3 do Zaproszenia do składania ofert, aktualne załączniki nr 1 i 3 stanowią załączniki do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek bez znacznika, reszta parametrów bez zmian? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek ze znacznikami: 5; 7; 9 ml, reszta parametrów bez zmian?

**Odpowiedź i zmiana:** Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 1 do Zaproszenia do składania ofert, aktualny załącznik nr 1 stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**Pytanie nr 9.**

Treści umowy: Pytanie do § 2 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu 2 treści: „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200zł netto”? *Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.*

**Odpowiedź i zmiana:** Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 4 do Zaproszenia do składania ofert dodając do treści § 2 ust. 2 zdanie: „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200zł netto.”

**Pytanie nr 10.**

Treści umowy do § 2 ust. 10 pkt 2 Czy w przypadku reklamacji jakościowych, Zamawiający dopuści zmianę terminu dostawy asortymentu wolnego od wad na 5 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia o wadzie? Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

**Odpowiedź i zmiana:** Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 4 do Zaproszenia do składania ofert w zakresie § 2 ust. 10 pkt 2 na: „Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na swój koszt i ryzyko, asortymentu wolnego od wad niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o wadzie, w czasie nie dłuższym niż 72 godzin w dni robocze (dotyczy reklamacji ilościowych), w przypadku reklamacji jakościowych w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od chwili otrzymania zgłoszenia o wadzie.”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią Zaproszenia. Pozostałe zapisy Zaproszenia pozostają bez zmian.

ZATWIERDZONE PRZEZ  
Dyrektora SZPZLO Warszawa–Wawer