

Lubań, dnia 20 marca 2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

PYTANIA I WYJAŚNIENIA Nr 10

do treści SWZ na „Dostawę wraz z montażem sterylizatora parowego dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o.”, nr postępowania ZP/03/2023

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy załącznika nr 5 opis przedmiotu zamówienia/urządzenia, poz. 3 „Zintegrowana (wbudowana) wytwornica pary”

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej jakości sterylizator z wytwornicą pary umieszczoną na zewnątrz? Każdy z producentów ma inne rozwiązanie technologiczne, w tym przypadku nie ma to żadnego wpływu na funkcjonowanie autoklawu, wręcz przeciwnie w przypadku działania serwisowego jest lepszy dostęp do tego elementu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy Umowy § 1. ust. 1 lit. b. ustawienie i zainstalowanie urządzenia w pomieszczeniu Centralnej Sterylizatorni

W związku z tym, iż Zamawiający wymaga dostarczenia sterylizatora przelotowego czy po stronie Wykonawcy będzie również obowiązek wykonania prac modernizacyjnych, jeżeli takie są niezbędne celem instalacji i uruchomienia urządzenia.

Czy Zamawiający sam przygotowuje pomieszczenie uwzględniając wytyczne potencjalnego dostawcy i parametry techniczne wymagane w SWZ?

Jest to istotne względem dotrzymania terminu dostawy i uruchomienia jak również względem par 3 ust 5 umowy tj. bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. W przypadku, jeżeli pomieszczenie nie będzie odpowiednio przygotowane jest to istotne dla realizacji umowy.

Odpowiedź: Prace modernizacyjne oraz przygotowanie pomieszczenia – po stronie Zamawiającego, z uwzględnieniem wytycznych potencjalnego dostawcy.

Pytanie 3

Zapytanie dotyczy § 2. Umowy Termin wykonania umowy

Prosimy o informację w kwestii terminu związania z ofertą oraz kwestii rozwiązania umowy opisanej w par 8 w szczególności, jeżeli Zamawiający nie uzyska pożyczki na ten cel. Biorąc pod uwagę, iż termin podpisania umowy może nastąpić później niż przed 7.04.2023 r. czy Zamawiający powiadomi potencjalnego Wykonawcę o nieuzyskaniu pożyczki również przed 7.04.2023 r.? Czy uzyskanie pożyczki jest uwarunkowane podpisaniem umowy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego? Czy termin związania z umową wygasa automatycznie po uzyskaniu informacji o nieuzyskaniu pożyczki przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający zamierza ubiegać się o uzyskanie pożyczki od dnia, w którym nastąpi otwarcie ofert. Uzyskanie informacji zwrotnej od instytucji finansującej o udzieleniu lub nie udzieleniu pożyczki nastąpi do 5 dni.

Pytanie 4

Zapytanie dotyczy § 7 Kary umowne

b. w razie zwłoki w dostarczeniu urządzenia albo zwłoki w usunięciu stwierdzonych wad, braków lub niezgodności urządzenia z Umową ponad terminy określone w Umowie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości Umowy netto, licząc za każdy dzień zwłoki.

Prosimy o obniżenie wysokości kary określonej w tym punkcie do 0.5% wartości umowy. Obecnie biorąc pod uwagę siłę wyższą niezależną od potencjalnego wykonawcę w związku z obecną sytuacją geopolityczną występują coraz częściej problemy związane nie tylko z produkcją urządzeń (w związku z brakiem komponentów) ale również z transportem, w szczególności, jeżeli produkt sprowadzany jest spoza krajów unii europejskiej. Biorąc pod uwagę konkurencyjność i równość traktowania potencjalnych dostawców prosimy o uwzględnienie powyższego i tym samym obniżenia kary jak na wstępie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na Pytanie 4 w PYTANIACH I WYJAŚNIENIACH Nr 1.

Pytanie 5

4. Suma naliczonych kar umownych nie może przekroczyć kwoty 20% wartości Umowy netto.

Prosimy o obniżenie łącznej kary do wysokości 10% wartości brutto umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 6

Zapytanie dotyczy SWZ rozdział VII INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ.

Zamawiający wymaga do oferty: Materiałów informacyjnych na temat przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnienie przez oferowany asortyment parametrów opisanych przez Zamawiającego pod Lp. 18., 23. oraz 25. Załącznika nr 5 do SWZ (np. prospekty, broszury, ulotki, katalogi, dane techniczne, instrukcje obsługi producenta/dystrybutora – w języku polskim), w których należy zaznaczyć wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne i właściwości użytkowe.

Czy biorąc pod uwagę powyższe wymogiem Zamawiającego jest dostarczenie materiałów informacyjnych wraz z oferta dotyczących tylko tych punktów wskazanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ – Zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych odnoszących się do wymagań technicznych i właściwości użytkowych określonych w Lp. 18., 23. oraz 25. Załącznika nr 5 do SWZ.

PREZES ZARZĄDU

KRZYSZTOF KONOPKA