



Opole, 14.10.2022r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

OPOLSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Wacław Bortnik

Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Nasz znak: WIW.DA.272.15.2022

Dot. sprawy nr: WIW.DA.272.15.2022

Pismo z dnia:

Dotyczy: zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: Zakup urządzeń laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej WIW w Opolu.

Działając w trybie art. 135 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

1. Pytanie

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 6 (załącznika nr 1.6. do SWZ):

Dotyczy pkt. 7:

Urządzenie wykorzystujące system dozowania, bazujący na technologii Dosing Unit, technologia dozowania z kierunkiem dozowania od góry do dołu.

Rozwiązanie wskazuje tylko i wyłącznie jednego producenta jakim jest METROHM, jest to ograniczanie prawa do uczciwej konkurencji w przetargu publicznym. W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego czy dopuści biurety z dozowaniem od dołu do góry z silnikiem korkowym 20 000?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzenia wykorzystującego system dozowania, który posiadać będzie:

a) Technologię dozowania od góry do dołu, umożliwiającą bezkontaktową i bezpieczną wymianę odczynnika/titranta.

Biurety z odwróconą technologią dozowania tj. od dołu do góry nie posiadają możliwości całkowicie bezkontaktowej wymiany odczynnika/titranta. Zawsze zostaje martwa objętość w postaci 20-30% objętości cylindra.

b) Zawór dyskowy z 4 portami, pozwalający w łatwy sposób dokonać wymiany zawartości oraz płukania cylindra, a także mieszania odczynników w biurecie.

c) Biurety wraz z napędem nakręcaną na butelkę z odczynnikiem.

Tym samym Zamawiający **nie dopuszcza** biurety, w której napęd wbudowany jest w aparat, ponieważ w przypadku rozszczelnienia istnieje duże ryzyko zalania głównych elementów elektronicznych aparatu, a także nie dopuszcza biurety z dozowaniem od dołu do góry z silnikiem korkowym 20 000 ?



Jednocześnie, w związku z udzieloną odpowiedzią, Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów wiersza nr 7 Opisu przedmiotu zamówienia **dla części nr 6.**

Zmiana pkt 7 Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 6 (załącznika nr 1.6. do SWZ).

2. Pytanie

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 6 (załącznika nr 1.6. do SWZ):

Dotyczy pkt. 6:

Urządzenie sterowane za pomocą dotykowego panelu sterującego, pozwalającego na tworzenie przycisków metod szybkiego startu, posiadającego interfejs w języku polskim.

Opis rozwiązania ponownie utrudnia prawa do uczciwej konkurencji. Panel dotykowy sterujący w kontakcie z odczytnikami szybko się niszczy. W związku z tym proponujemy rozwiązania alternatywne. Kolorowy wyświetlacz z taką samą funkcją "szybkiego przycisku" tylko, że z membranowej odpornej chemicznie klawiatury zintegrowanej z urządzeniem. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający **dopuszcza** urządzenie posiadające kolorowy wyświetlacz z funkcją "szybkiego przycisku" z membranowej, odpornej chemicznie klawiatury zintegrowanej z urządzeniem.

Zmiana pkt 6 Opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 6 (załącznika nr 1.6. do SWZ).

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający dokonuje modyfikacji **opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 6 (załącznika nr 1.6. do SWZ)** – zmiany oznaczono kolorem **zielonym**.

Aktualna treść **opisu przedmiotu zamówienia dla części nr 6 (załącznika nr 1.6. do SWZ)** stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Uwzględniając udzieloną odpowiedź, w związku z art. 135 ust. 2, w nawiązaniu do art. 137 ust. 1 ustawy, Zamawiający zmienia termin:

- składania ofert: do dnia **21.10.2022 r.** do godz. **09:00**.
- otwarcia ofert: w dniu **21.10.2022 r.** o godz. **09:30**.
- związania ofertą: do dnia **18.01.2023r.**

W związku z powyższymi zmianami zostają wprowadzone także w treści SWZ w: pkt. 17.1.1 SWZ, pkt. 17.2.1 SWZ, pkt. 15.1 SWZ (zmiany oznaczono kolorem **zielonym**).

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Załączniki uwzględniające wprowadzone modyfikacje:

- 1) Załącznik nr 1.6. do SWZ – OPZ dla części nr 6.
- 2) SWZ.

**Opolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii**

Wacław Bortnik

