

SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Wałbrzych, dnia 26.11.2020r.

DZPZ-530-Zp/63/PN-60/20

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: „Dostawa materiałów medycznych” – Zp/63/PN-60/20

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawców w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?
Odp. Tak, Zamawiający uzna.

Pytanie 2, dot. Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do resuscytacji, ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej 150 cm, na końcu układu znajduje się zastawka PEEP. Wejście do zastawki o parametrach: 15 mm średnica wewnętrzna, 19 mm średnica zewnętrzna. Układ kompatybilny z maseczkami do resuscytacji w każdym rozmiarze?
Odp. Zamawiający dopuszcza układ oddechowy o podanych parametrach, kompatybilny z maseczkami w rozmiarze 0,1, które wg SIWZ powinny być w zestawie z układem do resuscytacji.

Pytanie 3, dot. Pakietu nr 12


Czy Zamawiający wymaga aby maseczki do resuscytacji były wielorazowe z możliwością sterylizacji?
Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, by maseczki mogły być wielorazowe z możliwością sterylizacji.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 12 – Układ do resuscytacji z maseczką w rozmiarze 0, 1

Czy Zamawiający wymaga, aby układ oddechowy do resuscytacji noworodka posiadał zabezpieczenie przeciwdrobnoustrojowe oparte na działaniu jonów srebra?
Odp. Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 12 – Układ do resuscytacji z maseczką w rozmiarze 0, 1

Czy Zamawiający dopuści układ o dł. 1,5 m, z zastawką PEEP z zabezpieczeniem przed przypadkowym odkręceniem pokrętła regulatora ciśnienia końcowo- wydechowego oraz z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce?
Odp. Tak, Zamawiający dopuści.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 6, dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający wymaga przewodnicy do trudnej intubacji wzmocnionej plecionką włókien żywicznych na całej długości?

Odp. Przewodnica ma być wzmocniona na całej długości, żeby zapobiegać odkształceniu.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20 x 30cm, powierzchnia lepna 20 x 26 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 8, dot. pakietu nr 1, poz.2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45 x 55cm, powierzchnia lepna 45 x 49 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 1, poz.3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56 x 84cm, powierzchnia lepna 56 x 78 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 10, dot. pakietu nr 1, poz.4

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 56 x 84cm, powierzchnia lepna 56 x 78 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 1, poz.4

Czy Zamawiający dopuści folię bakteriobójczą w rozmiarze 90 x 80cm, powierzchnia lepna 90 x 74 cm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 12, dot. pakietu nr 5, poz.1

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

Odp. Tak, jeśli zestaw będzie w pełni wyposażony.

Pytanie 13, dot. pakietu nr 5, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych z serwetą dwuczęściową z regulowanym otworem przyklepnym, w rozmiarze 75 x 90 cm?

Odp. Tak, jeśli spełnia pozostałe warunki SIWZ.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 14, dot. pakietu nr 5, poz.1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji żył centralnych z jednorazowym igłotrzymaczem metalowym typu imadło o długości 15 cm?

Odp. Tak, jeśli spełnia pozostałe parametry zawarte w SIWZ.

Pytanie 15, dot. pakietu 7, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści gładką wewnętrzną część lejka cewnika do odsysania?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga karbowanej części wewnętrznej lejka.

Pytanie 16, dot. pakietu 7, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści opakowanie papier/folia bez otworu umożliwiającego zawieszenie?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga opakowania papier/folia z otworem umożliwiającym zawieszenie.

Pytanie 17, dot. pakietu 7, pozycja 10

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie konkurencyjnej cenowo oferty? Pragniemy nadmienić iż opisany adapter AirLife firmy CareFusion wskazuje na jednego konkretnego wykonawcę, firmę SKAMEX, która jako jedyna na rynku posiada ten produkt.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 10.

Pytanie 18, dot. pakietu nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,3 x 13mm lub 0,45 x 12mm? W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o dopuszczenie igieł innego producenta, niż igły zaoferowane w poz. 2 - 8.

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga igły w rozmiarze 0,33 x 12. Zamawiający wymaga również zaoferowania igieł pochodzących od jednego producenta.


Pytanie 19, dot. §4 ustęp 6 umowy wg Zał. 3a do SIWZ dotyczy pakietu nr 1,2,5,6,7,8,9,10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o obowiązku potwierdzania e-mailem/faxem reklamacji składanych telefonicznie? Wprowadzenie zapisu, o który wnosimy pozwoliłoby uniknąć nieporozumień co do ilości lub asortyment.

Odp. Reklamacje ilościowe i jakościowe są składane w terminie 5 dni od daty dostawy przedmiotu zamówienia i otrzymania faktury.

Pytanie 20, dot. §4 ustęp 7 umowy wg Zał. 3a do SIWZ dotyczy pakietu nr 1,2,5,6,7,8,9,10.

Czy Zamawiający wydłuży termin do rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę do 14 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem i tu np. wyjaśnień



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 21. dot. projektu umowy wg Zał. 3a do SIWZ dotyczy pakietu nr 1,2,5,6,7,8,9,10.

W oparciu o obowiązujące przepisy prawne: Zwracamy się z prośbą o dodatnie w zapisach umowy informacji, iż w przypadku konieczności zwrotu zakupionego towaru, Zamawiający udostępni kopię rejestru warunków przechowywania produktu w aptece, od dnia dostawy do dnia zwrotu towaru

- Wytyczne UE z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.Urz. UE 2013/C 68/01) Rozdział 5 pkt 6.3 (produkty lecznicze, które opuściły pomieszczenia dystrybutora mogą powrócić do zapasów przeznaczonych do sprzedaży, tylko pod warunkiem potwierdzenia wszystkich wymienionych w Wytycznych okoliczności. Między innymi: klient wykazał że transport produktów leczniczych, ich przechowywanie i postępowanie z nimi odbywało się zgodnie ze specjalnymi wymogami dotyczącymi ich przechowywania)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z dnia 12 listopada 2002 r.)

§ 2. Produkty lecznicze i wyroby medyczne muszą być przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1216) w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (paragraf. 7 pkt 3 paragraf. 8 ust. 3)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 października 2009 r w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Część I pkt. 4.26)

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 22 dot. pakietu 8. pozycji 1

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe o poniższych parametrach:

-Wzmocniony koniuszek nie podwijający się w trakcie zakładania maski, blokujący ponadto górny zwieracz przetyku

-Rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa

-Poślizgowa powierzchnia mankietu ułatwiająca zakładanie

-Wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na słuzówkę

-Balonik kontrolny identyfikujący rozmiar maski oraz zapewniający bardziej precyzyjne określenie stopnia


wypełnienia mankietu metodą dotykową

-Znaczniki głębokości kontrolujące prawidłową pozycję maski

-Kodowana kolorem torebka z zamieszczoną instrukcją użycia

-Dostępność w 8 (1;1 ½;2; 2 i ½ ;3;4;5;6) rozmiarach dla pełnego zakresu pacjentów

-Bezpieczeństwo w środowisku MR



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



-Nie zawiera ftalanów

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga maski krtaniowej: 100% z silikonu lub z silikonowym mankietem, z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością zaklinowania nagłośni w postaci uźebrowania, z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania, chroniącym przed możliwością przypadkowego przegryzienia, ze zintegrowanym systemem monitorowania ciśnienia w mankiecie, bezpieczna w środowisku MRI, w rozmiarach 1,0-6,0.

Pytanie 23 dot. pakietu 8. pozycji 2

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z dostępem gastrycznym o poniższych parametrach:

-Zintegrowany kanał zapewniający dostęp gastryczny dla sond o maksymalnym rozmiarze 6 FR dla maski rozmiar 1; 8 FR dla maski w rozmiarze 1 i ½; 10 FR dla maski rozmiar 2 oraz 2 i ½ ; 16FR dla masek w rozmiarze 3,4,5

-Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na szybkie i łatwe zakładanie

-Możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej

-Zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki

-Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia

mankietu metodą dotykową

-Znaczniki ułatwiające prowadzenie elastycznego endoskopu

-Sterylność opakowania oraz gotowość do natychmiastowego użycia

-Bezpieczeństwo stosowania w środowisku MRI

-Wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga maski krtaniowej: z mankietem o podwójnym uszczelnieniu, z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka ≥ 14 CH, luźnym niewbudowanym drenem do napełniania balonu chroniącym przed możliwością, przypadkowego przegryzienia, wyprofilowana w kształcie anatomicznym, przezroczysta z wbudowanym bite-blokerem, w rozmiarach 1-5.

Pytanie 24 dot. pakietu 8 pozycji 3

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z dostępem gastrycznym o poniższych parametrach:

-Zintegrowany kanał zapewniający dostęp gastryczny dla sond o maksymalnym rozmiarze 16FR dla masek w rozmiarze 3,4,5

-Zgodne z budową anatomiczną gardła wygięcie, pozwalające na szybkie i łatwe zakładanie

-Możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej

-Zintegrowane usztywnienie zapobiegające przed niedrożnością spowodowaną zagryzieniem rurki

-Balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia

mankietu metodą dotykową

-Znaczniki ułatwiające prowadzenie elastycznego endoskopu

-Sterylność opakowania oraz gotowość do natychmiastowego użycia


-Bezpieczeństwo stosowania w środowisku MRI

-Wykonana z materiałów nie zawierających ftalanów



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga maski krtaniowej: wykonana w 100% silikonu, z mankietem o podwójnym uszczelnieniu, wbudowany podwójny żołądkowy kanał dla sond wielkości $\geq 16\text{CH}$, możliwość intubacji, ze zintegrowanym systemem monitorowania ciśnienia w mankiecie, w rozmiarach 3,4,5, bezpieczna w środowisku MRI, pozbawiona ftalanów.

Pytanie 25

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 7 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od chwili zgłoszenia takich wad przez Zamawiającego” na „...od chwili uznania reklamacji”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 8 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 27

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a):

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w wysokości:
 - a) **0,5%** wartości **brutto** niewykonanej dostawy – za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części dostawy.**

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 28 dot. pakietu nr 2, pozycja 1


Czy Zamawiający ma na myśli łyżki żarówkowe (a nie światłowodowe)?

Odp. Zamawiający wymaga łyżki standardowe z diodowym źródłem światła.

Pytanie 29 dot. pakietu nr 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przewodnice do rurek intubacyjnych o średnicy 3,3 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga O.D. 3,0.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 30 dot. pakietu nr 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych o średnicy 4,7 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga O.D. 4,0.

Pytanie 31 dot. pakietu nr 3, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych o średnicy 4,7 mm o długości 340 mm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga O.D. 5,0 o długości min. 370 mm.

Pytanie 32 dot. pakietu nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 20x10?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga folii w rozmiarze 20x20.

Pytanie 33 dot. pakietu nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 28x15?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga folii w rozmiarze 20x20.

Pytanie 34 dot. pakietu nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 45x55?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 35 dot. pakietu nr 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 60x90?

Odp. Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie 36 dot. umowy

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 8 zmianie uległa wysokość kar umownych:

a) 0,5 % wartości niewykonanej dostawy- za każdy dzień opóźnienia w dostawie bieżącej towaru;

b) 5 % wartości od niezrealizowanej części umowy – w przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę bądź przez Zamawiającego z winy Wykonawcy

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 37


Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



(ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca dostarcza towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta.

Pytanie 38

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz **wyroby medyczne** chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 39

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odp. Zamawiający informuje, że zgodnie z § 4 ust. 1 projektu umowy Wykonawca dostarcza towar własnym transportem. W związku z tym na Wykonawcy ciąży obowiązek dostawy towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zaleceniami producenta, a w szczególności nieskażonego, bez zanieczyszczeń lub uszkodzeń.

Pytanie nr 40


Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odp. Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik lub osoba upoważniona) rozładował dostarczony towar oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem.

Pytanie nr 41

Czy w pakiecie 7 poz. 1-9, zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania z kolorem konektora oznaczającym kod średnicy cewnika oraz z numerycznym oznaczeniem na opakowaniu ?

Odp. Tak, Zamawiający wyrazi zgodę, jeśli spełnia wszystkie pozostałe parametry zawarte w SIWZ.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dr. Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie nr 42

Czy w pakiecie 7 poz. 1-9, zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do odsysania w opakowaniu folia-papier bez otworu umożliwiającą zawieszenie ?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Ze względu na organizację stanowiska pracy przy pacjencie otwór umożliwiającą zawieszenie jest niezbędny.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający pakiecie 7 poz. 10 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego pakietu?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 10.

Pytanie nr 44

Czy w pakiecie 7 zamawiający wymaga aby cewniki do odsysania były jałowe sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odp. Cewniki mają być sterylne.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 1 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,3x12mm?

Odp. Zamawiający dopuści pod warunkiem zaoferowania igieł w poz. 1-8 pochodzących od jednego producenta.

Pytanie nr 46 dot. pakietu nr 1

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania folii chirurgicznych pakowanych jednostkowo sterylnie i następnie zbiorczo w kartoniki po 10 szt. co ułatwia transport i magazynowanie tego produktu.

Odp. Tak, Zamawiający oczekuje.

Pytanie nr 47 dot. pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnic o długości całkowitej 384mm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga długiej przewodnicy min. 60 cm.


Pytanie nr 48 dot. pakietu nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przewodnicy o O.D. 4,7.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga O.D. 5,0.

Pytanie nr 49 dot. pakietu nr 7, poz. 1-9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy cewników do odsysania o twardości Shore A 78, potwierdzonej w katalogu producenta, jak obecnie stosowane, pozostałe zgodnie z SIWZ.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 50 dot. pakietu nr 7, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nastąpiła omyłka pisarska i wymagają Państwo dostawy adapterów do dróg oddechowych czystych mikrobiologicznie, jak dotychczas stosowane, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuści mikrobiologicznie czyste.

Pytanie nr 51 dot. pakietu nr 12

Czy zamawiający dopuści jednorazowy układ do resuscytacji dla noworodków i niemowląt z regulowanym dodatnim ciśnieniem końcowo - wydechowym (PEEP), ramię wdechowe niepodgrzewane, długość linii wdechowej 183 cm (193cm z łącznikiem w formie trójkąta). Średnica rury 10mm. Łącznik po stronie pacjenta 15 mm, stożkowy, żeński. Produkt oryginalny, zaakcetowany przez producenta GE Giraffe™. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.



Odp. Zamawiający dopuszcza układ do resuscytacji o podanych parametrach, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 52 dot. wzoru umowy 3a, 3b

1. W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC. W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odp. Kwestie związane ze zmianą przepisów są regulowane odrębnymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) oraz rozporządzeniami Rady Ministrów i poszczególnych Ministrów. W związku z powyższym Zamawiający nie będzie wprowadzać do umów zaproponowanych zapisów, gdyż sprawy związane z COVID 19 są regulowane odrębnymi przepisami i mają one zastosowanie jeśli zaistnieją przesłanki do ich stosowania. Zatem Zamawiający nie przewiduje z automatu przeszkód w realizacji zamówienia, tylko będą one musiały być wykazane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 53 dot. §2 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę ww. punktu na: „Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia, zaś Wykonawca wyraża na to zgodę oraz oświadcza, że w stosunku do Zamawiającego nie będzie dochodził jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, o ile część niezrealizowana nie przekroczy 20% całkowitej wartości umowy”.

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 54 dot. §6 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu na: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku zmiany stawek podatku VAT.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 55 dot. §8 ust. 1 a)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację ww. zapisu na: „0,5 % wartości niewykonanej dostawy – za każdy dzień zwłoki w dostawie bieżącej towaru”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 56 dot. §9 ust. 3

Zwracam się z prośbą o zmianę zapisów §9 ust. 3 na: „W przypadku rażącego i uporczywego nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, szczególnie w zakresie terminu dostaw i kompletności realizacji zamówienia Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym.”

Odp. Zamawiający nie zmienia projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie nr 57 dot. pakietu 7 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie do osobnego pakietu poz. 10 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.


Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 10.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



Pytanie nr 58 dot. pakietu 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę 0,33 x 13 ?

Odp. Zamawiający nie dopuści, Zamawiający wymaga igły w rozmiarze 0,33 x 12.

Sporządziła: Małgorzata Słomiana
nr tel.: 74/6489700



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742