



**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



Inowrocław, dnia 12.08.2024r.

EZP 402/2024



Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu

dot. przetargu M-37/2024 na dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Zamawiający zgodnie z art.284 ust.2 ustawy Pzp. przedstawia poniżej wyjaśnienia do zadawanych pytań:

#### Pytanie nr 1

Dotyczy: **Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną bez badań klinicznych lub badań biokompatybilności przedklinicznej oceny bezpieczeństwa toksykologicznego zgodnie z ISO 10993 i zgodnie z GLP oraz o podanych parametrach

Posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem  
Igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut  
Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG  
Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru  
Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką  
Filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia  
Dostępna w różnych rozmiarach od 14 g do 24 g  
Jednorazowego użytku  
Nie zawiera lateksu  
Nie zawiera ftalanów  
Sterylizowana tlenkiem etylenu  
Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

#### Pytanie nr 2

Dotyczy: pakiet 2, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. a'50 szt. wraz z przeliczeniem ilości?

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe.

#### Pytanie nr 3

Proszę o sprostowanie zapisu. Zaszło zapewne do pomyłki w opisie. Zamiast podanego opisu parametru ocenianego „W rozmiarach 20G dostępne długości 15 i 33mm i 18G dostępne długości 33 i 45mm, oznaczone kolorystycznie na kaniuli widocznie przed rozpakowaniem” powinno być :

„W rozmiarach 20G dostępne długości 25 i 33mm i 18G dostępne długości 33 i 45mm, oznaczone kolorystycznie na kaniuli widocznie przed rozpakowaniem”

Kaniula w rozmiarze 20G i długości 15mm nie jest dostępna w ofercie jakiegokolwiek producenta.

#### Odpowiedź:

Zamawiający poprawia oczywista omyłkę pisarską w opisie parametru ocenianego o następującej treści:







**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



„W rozmiarach 20G dostępne długości 25 i 33 i 18G dostępne długości 33 i 45 mm oznaczone kolorystycznie na kaniuli widoczne przed rozpakowaniem.”

#### Pytanie nr 4

##### Pakiet 3 poz. 6 i 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw podłączeniowy do leków cytotoksycznych, transparentny, koloru bursztynowego. Zestaw z bolcem, z odpowietrznikiem zabezpieczonym klapką. Długość zestawu 35-36 cm, średnica wewnętrzna 3 m, pojemność wypełnienia 2,6 ml, zawierający zawór bezigłowy, zabezpieczony korkiem (chroni przed przypadkową kontaminacją przed pierwszym użyciem), możliwość stosowania portu do 7 dni. Zawiera jeden zacisk na drenie, złącze luer-lock, nakładka z filtrem hydrofobowym, zastawka antyzwrotna na końcu drenu. Nie zawiera DEHP, PCV, lateksu. Produkt sterylny, apirogeny.?

##### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

#### Pytanie nr 5

##### Pakiet 3 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw podłączeniowy z filtrem 0,2µm służący do przygotowywania toksycznych leków z grupy taksonów, bez PCV i lateksu, zawierający kolec oraz zawór bezigłowy, Długość 40 cm, dren zakończony zatyczką z membraną zapobiegającą wyciekowi płynu podczas wypełniania drenu, transparentny, bursztynowy, 2 zaciski na drenie, Sterylny, bez DEHP. Kompatybilny z pozostałymi pozycjami, gwarantuje szczelność po połączeniu.?

##### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

#### Pytanie nr 6

##### Pakiet 3 poz. 9

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki trzyczęściowej o pojemności 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml z oddzielnie pakowanym zamkniętym męskim złączem? Łącznik o objętości wypełnienia 0,2 ml, długość adaptera bez nasadki 3,8 cm, do wielokrotnego użycia, skonstruowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas przygotowania i podawania leków, w szczególności z lekami niebezpiecznymi i cytotoksycznymi. Zapewniający system bezigłowy, łącznik bez możliwości ponownego odkręcenia od strzykawki (montowany na stałe). Możliwość 200 aktywacji.?

##### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

#### Pytanie 7

##### Pakiet 3 poz. 10

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki trzyczęściowej o pojemności 20 ml z rozszerzeniem do 30 ml z oddzielnie pakowanym zamkniętym męskim złączem? Łącznik o objętości wypełnienia 0,2 ml, długość adaptera bez nasadki 3,8 cm, do wielokrotnego użycia, skonstruowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas przygotowania i podawania leków, w szczególności z lekami niebezpiecznymi i cytotoksycznymi. Zapewniający system bezigłowy, łącznik bez możliwości ponownego odkręcenia od strzykawki (montowany na stałe). Możliwość 200 aktywacji.?

##### Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



4





**Szpital Wielospecjalistyczny**  
**im. dr. Ludwika Błażka**  
**w Inowrocławiu**  
**88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 97**  
województwo kujawsko-pomorskie  
Regon 092358780 NIP 556-22-39-217 KRS  
0000002494  
Dział Zamówień Publicznych  
tel./fax 52/35-45-587 ; centrala tel./fax 52/354-55-00  
e-mail: zam.pub@szpitalino.pl



**Pytanie nr 8**

**Pakiet 3 poz. 11**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie strzykawki trzyczęściowej o pojemności 10 ml z oddzielnie pakowanym zamkniętym męskim złączem? Łącznik o objętości wypełnienia 0,2 ml, długość adaptera bez nasadki 3,8 cm, do wielokrotnego użycia, skonstruowany w sposób zapewniający bezpieczeństwo podczas przygotowania i podawania leków, w szczególności z lekami niebezpiecznymi i cytotoksycznymi. Zapewniający system bezigłowy, łącznik bez możliwości ponownego odkręcenia od strzykawki (matowany na stałe). Możliwość 200 aktywacji.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 9**

**Pakiet 3 poz. 12**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie przyrządu do transferu leków z fiolki typu spike o całkowitej długości całkowitej 8,9 cm, długość igły wraz z kołnierzem ograniczającym 2,6 – 2,7 cm, objętość wypełnienia 0,12 ml, z filtrem hydrofobowym 0,2 µm, zewnętrzna obudowa filtra wykonana z PCV. Tor przepływu leków wykonany jest z materiałów nie zawierających DEHP, PCV i Lateksu. Pakowany indywidualnie, sterylny, możliwość zamawiania pojedynczych sztuk. Adapter fiolki wyposażony jest w port bezigłowy z możliwością stosowania do 7 dni. Adapter kompatybilny z każdym rozmiarem fiolki.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 10**

**Pakiet 3 poz. 13**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zamkniętego adaptera luer męskiego tworzącego po połączeniu ze strzykawką luer-lock system zamknięty do podaży i przenoszenia laków niebezpiecznych. Adapter z jednej strony zakończony przezroczystym złączem żeńskim, z drugiej pomarańczowa końcówka męska. Posiada dwa wcięcia zabezpieczające przed przypadkowym odkręceniem adaptera od strzykawki. Łącznik o objętości wypełnienia 0,2 ml, długość adaptera bez nasadki 3,8 cm, do wielokrotnego użycia. Zapewniający system bezigłowy. Sterylizacja tlenkiem etylenu, nie zawiera DEHP, PCV, Lateksu oraz metali. Sterylny, apirogenny. Możliwość 200 aktywacji.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza powyższego.



Z poważaniem

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych

Ewa Sempowicz