



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ -7/154/2020

Wrocław, dnia 31.03.2020 r.

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „**Dostawa nici chirurgicznych i produktów hemostatycznych**”: Szp/FZ-7/2020

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 4 pozycja 1 dopuści szew z igłą okrągłą o długości 48mm? W przypadku odpowiedzi odmownej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w w/w pakiecie i pozycji igły okrągło-tnącej o długości 40mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 1 dopuści szew z igłą bez katalogowego określenia wzmocniona? Proponowany przez nas asortyment charakteryzuje się dopasowaną średnicą nici do średnicy igły, ratio połączenia igła-niść 1:1. Dzięki powyższym właściwościom ryzyko krwawienia po przejściu igły przez tkankę jest ograniczone, co zwiększa bezpieczeństwo zabiegu oraz komfort operatora.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 2 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą bez katalogowego określenia wzmocniona?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 4 dopuści szew z igłą o długości 24mm?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 4 dopuszcza szew z igłą o długości 24mm.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 6 dopuści szew z igłą o długości 18mm?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 6 dopuszcza szew z igłą o długości 18mm.

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 1 dopuści szew z igłą o długości 18mm?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 1 dopuszcza szew z igłą o długości 18mm.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 1 dopuści szew z igłą o długości 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 8

Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 2 dopuści szew z igłą o długości 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 9

Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 3 dopuści szew z igłą bez katalogowego określenia wzmocniona? Proponowany przez nas asortyment charakteryzuje się dopasowaną średnicą nici do średnicy igły, ratio połączenia igła-niść 1:1. Dzięki powyższym właściwościom ryzyko krwawienia po przejściu igły przez tkankę jest ograniczone, co zwiększa bezpieczeństwo zabiegu oraz komfort operatora.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 4 dopuści szew z igłą tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 11

Czy Zamawiający w pakiecie 9 pozycja 5 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą wzmocnioną o długości 50mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuści podwiązki o długości 250cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 11 pozycja 1-3 dopuści szew o długości igły 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiający w pakiecie 12 pozycja 1 dopuści szew o długości igły 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 12 pozycja 1 dopuszcza szew o długości igły 25mm.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w pakiecie 13 pozycja 1 dopuści szew o długości igły 45mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający w pakiecie 15 pozycja 1 dopuści szew z igłą o grubości 380mic?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 17

Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycja 1 dopuści szew z igłą o grubości 200mic?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający w pakiecie 18 pozycja 2 dopuści szew o długości nici 30cm z igłą 6,4mm o grubości 240mic?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający w pakiecie 20 pozycja 4 dopuści szew o długości nici 70cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający w pakiecie 20 pozycja 5 dopuści szew dopuści szew z igłą bez katalogowego określenia wzmocniona? Proponowany przez nas asortyment charakteryzuje się dopasowaną średnicą nici do średnicy igły, ratio połączenia igła-niść 1:1. Dzięki powyższym właściwościom ryzyko krwawienia po przejściu igły przez tkanę jest ograniczone, co zwiększa bezpieczeństwo zabiegu oraz komfort operatora.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w pakiecie 20 pozycja 6, 8 dopuści szew z igłą okrągło-tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w pakiecie 25 dopuści podwiązki o długości 250cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 23

Czy Zamawiający w pakiecie 26 dopuści niewchłaniający, naturalny szew jedwabny powlekany woskiem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 24

Czy Zamawiający w pakiecie 26 pozycja 1-3 dopuści szew o długości igły 25mm?

Odpowiedź: Zamawiający w pakiecie 26 pozycja 1-3 dopuszcza szew o długości igły 25mm.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

(4)