

**Nr postępowania: GUM2024ZP0097**

Gdańsk, dnia 20.09.2024 r.

### **Do uczestników postępowania**

Dotyczy postępowania na dostawę sprzętu medycznego, zamrażarki niskotemperaturowej, termomiksera i wirówki w 6 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny, jako Zamawiający, zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych jak niżej:

#### **Pytanie 1 – Pakiet 4:**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 525 litry i maksymalną ilością pudełek 336 szt. co daje możliwość przechowywania 33 600 szt. probówek 1,5 ml?

#### **Odpowiedź:**

Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

/-/

.....

*Sprawę prowadzi: Katarzyna Starula*