



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 340/09/2020

Chrzanów, 24.09.2020 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na Dostawa mammografu wraz z adaptacją pomieszczenia dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie - przetarg nr 75/2020.

1. Dotyczy SIWZ, Arkusz Informacji Technicznej AIT, V Statyw mammograficzny, pkt 11
Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie mammografu, który posiada jeden wyświetlacz podstawowych parametrów kompresji wymaganych w punkcie 11: grubość piersi pod uciskiem, siła ucisku oraz pole kolimacji. Znajduje się on na dole statywu mammografu i umiejscowiony jest pod kątem co sprawia, że jest dobrze widoczny dla technika stojącego nie tylko z prawej i lewej strony detektora ale również w przypadku gdy technik stoi obok i za pacjentką. Umieszczenie to zapewnia ergonomiczną pracę technika, niezależnie od strony po której się on znajduje. Oferowany przez nas mammograf posiada wymagane przyciski sterowania ułożone po obu stronach urządzenia, co również poprawia ergonomię pracy. Proponowane przez nas rozwiązanie zapewnia równoważną lub lepszą funkcjonalność od wymaganej. Obecny wymóg jest jedynym punktem uniemożliwiającym nam złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty.

Odp. Tak dopuszczamy.

2. Dotyczy punktu V. STATYW MAMMOGRAFICZNY ppkt.11

Czy Zamawiający dopuści cyfrowy mammograf światowego lidera, w którym podstawowe parametry kompresji (min. grubość piersi pod uciskiem, siła ucisku) oraz kolimacji (min. pole kolimacji) prezentowane są na trzech wyświetlaczach zlokalizowanych centralnie i po obu stronach urządzenia, a przyciski sterowania zlokalizowane są po obu stronach urządzenia?

W sposób oczywisty zwiększa to ergonomię pracy i skraca czas pozycjonowania pacjentki.

Odp. Tak dopuszczamy.

3. Dotyczy punktu VII TOMOSYNTENZA. ppkt. 2

Czy Zamawiający wprowadzi wymóg ograniczający, np. do 10 sekund, czas wykonywania badania w trybie tomosyntezy?


Nowoczesne aparaty mammograficzne wykonują badanie w trybie tomosyntezy w czasie poniżej 5 sekund. Kilukrotne (vs urządzenia wykonujące tomosyntezę w czasie nawet do 25 sekund) skrócenie czasu badania przekłada się na zmniejszenie o ponad 30% dawki promieniowania.

Krótszy czas wykonywania tomosyntezy zmniejsza artefakty ruchowe (pacjentka pozostaje całe badanie w stabilnej pozycji) oraz w oczywisty sposób podnosi komfort badania dla pacjentki (piersi pacjentki uciśnięta 5 sekund, a nie kilkanaście czy kilkadziesiąt sekund).

Odp. Zapis pozostaje bez zmian.

4. Dotyczy punktu VII. TOMOSYNTENZA . ppkt. 4

Wobec wprowadzenia do opisu przedmiotu zamówienia wymogu zaoferowania tomosyntezy, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku zaoferowania rozwiązania światowego pioniera w zakresie tomosyntezy, w którym zakres skanu tomosyntezy wynosi +/- 7,5° dla zadeklarowanego w punkcie VII.2 czasu wykonania badania?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77


www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Urządzenie z zainstalowaną opcją tomosyntezy, które pragniemy zaoferować pracuje najliczniej w centrach onkologicznych (np.: Kraków, Gliwice, Wrocław, Kielce, Gdynia, Szczecin) i ośrodkach skryningowych (np. szpitale: Biała Podlaska, Łomża, Siedlce, Otwock, Przasnysz). Opracowania naukowe nie potwierdzają, aby zwiększony kąt tomosyntezy wpływał na zwiększenie wartości diagnostycznej badania, z całą pewnością natomiast wydłuża czas trwania badania, zwiększa dyskomfort badania dla pacjentki oraz znacząco zwiększa dawkę promieniowania jaką otrzymuje pacjentka.



Odp. Zapis pozostaje bez zmian.

Sporządziła:


Dział Usług Publicznych
i Zapleczeń
Szpital Powiatowy w Chrzanowie
32-500 Chrzanów, ul. Topolowa 16
tel. 32 624 70 34 ; 32 624 70 39
fax. 32 623 70 72

Z poważaniem


DYREKTOR
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie
mgr Artur Baranowski



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892