



**„SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI”
SPÓŁKA Z O.O. w restrukturyzacji
62-300 Września, ul. Słowackiego 2**



Września, dn 12.08.2021r.

SA-381-9/21

Dotyczy postępowania: „zakup i dostawa wyrobów medycznych i niemedycznych”

W związku z wniesieniem pytania przez Wykonawców, Zamawiający przedstawia treść pytania i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami).

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1	Pakiet 21, poz. 1D Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.	Zamawiający dopuszcza
2	Pakiet 21, poz. 2A, 2B Proszę o dopuszczenie kranika z materiału odpornego na tłuszcze i chemioterapeutyki czyli poliwęglanu . Pozostałe parametry zgodne z SWZ.	Zgodnie z SWZ
3	Pakiet 21, poz. 2A, 2B Proszę o dopuszczenie kranika o wytrzymałości ciśnieniowej do 5 Ba.	Zamawiający dopuszcza
4	Pakiet 21, poz. 2B Proszę o dopuszczenie kranika z przedłużaczem 10 cm zamiast 25 cm.	Zamawiający dopuszcza
5	Pakiet 21, poz. 2B Czy Zamawiający dopuszcza kranik wyłącznie bez dodatkowego portu?	Zamawiający dopuszcza zarówno z dodatkowym portem lub bez portu
6	Pakiet 21, poz. 1, 2, 11 Proszę o wydzielenie ww. pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu ze strzykawkami i kranikami Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę bardziej korzystnych ofert.	Zamawiający nie dopuszcza
7	Pakiet 21, poz. 4, 5 Proszę o dopuszczenie aparatów do przetoczeń z regulatorem od 0-300 ml.	Zamawiający dopuszcza
8	Pakiet 21, poz. 4, 5 Proszę o dopuszczenie regulatorów z drenem 180 cm.	Zamawiający dopuszcza
9	Pakiet 29, poz. 1 Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co zwiększa aseptykę pracy?	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;

10	Pakiet 30, poz. 1 Proszę o dopuszczenie: Aparaty do przetaczania płynów, jałowe z długą elastyczną komorą kroplową, zapobiegająca przedostawaniu się powietrza do drenu, długości min. 55 mm w cz. przezroczystej, długość całej komory 62 mm. Komora wykonana z medycznego PCV, dren oraz komora bez toksycznych ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażony w precyzyjny regulator przepływu, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym, ostry kolec zapewniający łatwe wprowadzenie nawet do małych butelek, umożliwiający całkowite opróżnienie butelki, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania krwi.	Zamawiający dopuszcza
11	Pakiet 30, poz. 3 Proszę o dopuszczenie: Aparaty do przetaczania krwi i preparatów krwi – jałowe, komora wykonana z medycznego PCV, zawierające: 1.kolec z odpowietrznikiem 2.specjalne umiejscowienie filtra, aby uniknąć powstawania pęcherzyków powietrza 3.precyzyjny regulator przepływu 4.dren bez toksycznych ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażony w precyzyjny regulator przepływu, kolor nadruku na opakowaniu różniący się od opakowania aparatu do przetaczania płynów.	Zamawiający dopuszcza
12	Pakiet nr 30 pozycja 2 Czy zamawiający oczekuje aby zaoferowany przyrząd posiadał filtr hydrofobowy na końcu drenu zapobiegający wypływowi płynu podczas jego wypełniania ?	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
13	Pakiet nr 30 pozycja 1, 2 Czy Zamawiający oczekuje aby regulator przepływu posiadała zaczep na dren oraz otwór - miejsce do zabezpieczenia igły biorezej po użyciu?	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
14	Pakiet nr 30 pozycja 1 Czy zamawiający oczekuje aby zaoferowany przyrząd wyposażony był w skrzydełka ułatwiające wbicie igły do butelki?	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
15	Pakiet 30 pozycja 1, 3 Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.	Zamawiający dopuszcza
16	Pakiet nr 30 pozycja 3 Czy Zamawiający oczekuje aby regulator przepływu posiadał zaczep na dren?	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
17	Pakiet nr 30 pozycja 3 Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd, który posiada odpowietrznik umiejscowiony jak na rys. poniżej?	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

		
18	Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 13 jałowego przyrządu jednorazowego użytku do bezigłowego pobierania i dostrzykiwania produktów leczniczych, posiadającego dwa filtry: filtr bakteryjny 3µm oraz filtr cząsteczkowy 5µm, posiadającego skuteczność bakteriobójczą >99,999% oraz okres ważności 4 dni? Produkt ten jest kompatybilny ze stojącymi opakowaniami płynów infuzyjnych.	Zamawiający dopuszcza, nie wymaga
19	Pakiet nr 64 Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 3,4,5,6,7,8,9 idopusi w Poz. 5 Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku; plecionka; pętla owalna, śr.pętli 10,15,20,24,36 mm, śr.cewnika 2,3 mm, dł.narzędzia 230 cm; rękojeść skalowana co 5 mm	Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ
20	Pytanie do pakietu 15 Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 15 i stworzenie osobnego zadania na elektrody bierne neutralne. Posiadamy w ofercie produkt wysokiej jakości o następujących parametrach: - uniwersalna dla dzieci i dorosłych - owalne - hydrożel 1,5 mm - z oddzielną powierzchnią przewodzącą REM - powierzchnia 107cm ² (164 x 117mm)	W pakiecie nr 15 brak pozycji dotyczących elektrod biernych
21	Pytanie do pakietu 25 Czy Zamawiający dopuści elektrody do czasowej stymulacji serca 5 i 6 F ? Polecane elektrody stosowane są w wielu szpitalach i cieszą się nienaganną opinią i atrakcyjną ceną.	Zgodnie z SWZ

Proszę o uwzględnienie wprowadzonych modyfikacji SWZ.

Prezes Zarządu
„Szpitala Powiatowego we Wrześni”
Sp z o.o. w restrukturyzacji
Zbigniew Szupala

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o. o. w restrukturyzacji ul. Słowackiego 2, 62-300 Wrzesnia
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000290122, NIP 789-16-92-746, REGON 300706140
Wysokość kapitału zakładowego: 36.650.000,00 zł
centrala: +48 61 437 05 00 sekretariat: +48 61 437 05 90 fax: +48 61 437 97 30
www.szpitalwrzesnia.home.pl; e-mail: sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl;