



Politechnika Warszawska
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Nr pisma: CEZAMAT/ZP19/2023/1/TD

Warszawa, 12.09.2023 r.

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

„Dostawę wirówki laboratoryjnej”
Znak postępowania: CEZAMAT/ZP19/2023

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE nr 1:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wirówki o głębokości 68 cm przy zachowaniu pozostałych wymaganych wymiarów ?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wirówki o głębokości do 68 cm przy zachowaniu pozostałych wymaganych wymiarów.

PYTANIE nr 2:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wirówki wyposażonej w przycisk szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania, ale bez harmonogramu pracy?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wirówki wyposażonej w przycisk szybkiego, wstępnego schładzania komory wirowania, ale bez harmonogramu pracy.

PYTANIE nr 3:

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie wirówki bez funkcji automatycznego wyłączenia po 8 godzinach bezczynności?”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wirówki bez funkcji automatycznego wyłączenia po 8 godzinach bezczynności.

Dyrektor
Centrum Zaawansowanych Materiałów
i Technologii CEZAMAT
/-/

Mariusz Wielec