

K-dzpz/23-ZO/2022

Tarnów, 17.08.2022 r.

**Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w zapytaniu ofertowym**

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr K-dzpz/23-ZO/2022 z dnia 02.08.2022 r. na „**Dostawę odczynników chemicznych oraz szkła i sprzętu laboratoryjnego dla ANS w Tarnowie**” - **część 3.**

Pytanie nr 1:

Pytanie: Pozycja 2- czy zamawiający wyrazi zgodę na termometr o skali 0-200st. C z regulowanym szlifem? zakres 0-360st.C jest niedostępny;
-zwracam się również z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni;
(tyle wynosi termin wzorcowania w Urzędzie Miar)

Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 1:

Zamawiający dopuszcza skalę termometru 0-200st. C oraz dopuszcza wydłużenie czasu realizacji do 8 tygodni dla pozycji 2.

Pytanie nr 2:

Pytanie: Pozycja 12 - z uwagi na to, iż produkt nie jest produkcji krajowej zwracam się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 5 tygodni;

Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 2:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do 5 tygodni dla pozycji 12.

Pytanie nr 3:

Pytanie: poz. 3, 16, 17 - bardzo proszę o zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 4 tygodni;

Odpowiedź ANS w Tarnowie do pytania nr 3:

Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do 4-5 tygodni dla pozycji 3, 16 i 17.

Rektor ANS w Tarnowie
dr hab. Małgorzata Kołpa