

1  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE  
SZPITAL IM. DR ROBERTA KOCHA



ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn  
tel.: 68 347 73 00  
fax: 68 384 25 90  
e-mail: sekretariat@spozowolsztyn.pl  
http://www.spozowolsztyn.pl  
NIP: 923-15-06-721, REGON: 970773426

Wolsztyn, dnia 19.07.2021 r.

### Wykonawcy

SPZOZ/DZPiZ/152/2021

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn: „36 miesięczna usługa serwisowa okresowych przeglądów technicznych, konserwacji oraz napraw pogwarancyjnych aparatury i sprzętu medycznego producenta: firmy Dräger”; Nr sprawy: **TP/12/2021**;

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

*z dnia 19.07.2021 r.*

### ZESTAW I

#### Pytanie nr 1

Zapisy z wzoru umowy §2pkt.5 „Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Zamawiającym, z podaniem przewidywanych kosztów w formie kalkulacji cenowej /kosztorysu. Wykonanie ich nastąpi dopiero po akceptacji kalkulacji cenowej / kosztorysu przez Zamawiającego (ilość roboczogodzin i części zamiennych), z zastrzeżeniem, że cena brutto 1 roboczogodziny naprawy 1 sztuki sprzętu została określona w Załączniku nr \_\_\_\_\_ do umowy.” oraz zapisy w załączniku nr 2 formularz cenowy „\* **całkowita wartość netto/brutto** - zawiera zryczałtowane koszty robocizny przeglądów okresowych, koszty dojazdów, koszty diet, koszty części eksploatacyjnych koniecznych do wymiany podczas wykonania rocznego przeglądu technicznego, których wymiana przewidziana jest w dokumentacji technicznej urządzenia, koszty napraw wraz z wymianą niezbędnych ewentualnych części zamiennych w okresie 36 miesięcy obowiązywania umowy.” wzajemnie się wykluczają. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga wyceny zryczałtowanej pełnej opieki serwisowej uwzględniającej wszystkie koszty związane z utrzymaniem ciągłości operacyjnej aparatury w tym w szczególności koszty przeglądów/ konserwacji (usługa plus części) oraz zryczałtowane koszty napraw (usługa plus części), czy Zamawiający wymaga wyceny tylko i wyłącznie wszystkich kosztów związanych z wykonaniem, przeglądów i konserwacji, a naprawy będą wykonywane na podstawie przygotowanej indywidualnej kalkulacji cenowej zgodnie z zapisami w umowie.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga wyceny zryczałtowanej - pełnej opieki serwisowej uwzględniającej wszystkie koszty związane z utrzymaniem ciągłości operacyjnej aparatury w tym w szczególności koszty przeglądów/ konserwacji



(usługa plus części) oraz zryczałtowane koszty napraw (usługa plus części). W związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji wzoru umowy, poprzez wykreślenie w §2 pkt. 5 oraz pkt. 13

#### Pytanie nr 2

Dla aparatu do znieczulania typu Fabius o numerze seryjnym 12477 (pozycja nr 10 w załączniku nr 2 – formularz cenowy) producent zakończył okres produkcji części zamiennych. Prosimy o potwierdzenie iż w przypadku uszkodzenia aparatu w sposób uniemożliwiający jego naprawę z powodu braku dostępu do nowych oryginalnych części zamiennych Zamawiający dokona utylizacji sprzętu i wyłączenia go z umowy. Wykonawca w takim przypadku zobowiązuje się do przedstawienia bezpłatnie orzeczenia technicznego na każde wezwanie Zamawiającego.

**Odpowiedź: Tak, zgodnie z zapisem §2 pkt. 12 o treści: „W przypadku braku dostępności części zamiennych do sprzętu, w związku z zaprzestaniem ich produkcji, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Zamawiającego na piśmie o braku możliwości wykonania naprawy lub przeglądu i konieczności wycofania sprzętu z eksploatacji. W takiej sytuacji sprzęt zostanie wyłączony z zakresu umowy”, Zamawiający dokona wyłączenia danego sprzętu z umowy.**

#### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Z wyrazami szacunku

**DYREKTOR**

*Karol Mońko*

Sporządziła: Bernadeta Kurp we współpracy z KP

