

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania „ Usługa przeglądów i serwisu technicznego akceleratora TrueBeam sn:  
H191592 Varian Medical Systems Poland” ZP/55/ZCO/2020**

Działając zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

**Zestaw I:**

1. SIWZ, Załącznik nr 3 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tabela Warunki świadczenia serwisu lp. 5 – Maksymalny czas naprawy w zw. z § 2 pkt 15) i 16) Umowy oraz Zał. nr 2 do Umowy

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że użyte w treści niniejszego załącznika pojęcie *dni roboczych* jest tożsamy z ich definicją wskazaną w § 2 pkt 15) Umowy;

Zamawiający proszony jest o uznanie za dni terapeutyczne wszystkich dni wolnych od pracy wskazanych w art. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;

**Odpowiedź :**

Zamawiający potwierdza .

2. SIWZ - rozdz. III pkt 1 SIWZ, Załącznik nr 1, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 1 ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie słowa „Poland” z § 1 ust.1 Wzoru umowy.

Producentem akceleratora TrueBeam jest firma Varian Medical Systems;

**Odpowiedź :**

Zamawiający wykreśli słowa „Poland” z § 1 ust.1 Wzoru umowy.

3. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 1

Zwracamy się do Zamawiającego, z prośbą o dodanie w § 1 po ust. 1 ustępów 1a oraz 1b w brzmieniu:

*„1a. Zamawiający oświadcza, że posiada wystarczające środki finansowe potrzebne do terminowej zapłaty zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.*

*1b. Zamawiający oświadcza, że jego stan majątkowy oraz finansowy gwarantuje terminową obsługę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy”;*

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 2 pkt 12)

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że adres Zakładu jest tożsamy z adresem siedziby Zamawiającego, wskazanym w komparycji Umowy;

**Odpowiedź :**

Zamawiający potwierdza .

5. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 4 ust. 1 oraz ust. 2 Umowy w zw. pkt 1 oraz pkt 2 Zał. nr 2 do Umowy

Zwracamy się do Zamawiającego o dodanie miejsca na uzupełnienie adresu e-mail Wykonawcy dla zgłoszeń.

**Odpowiedź :**

Uzupełnienie zostanie dodane w umowie z wybranym wykonawcą.



6. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy §4 ust. 11 oraz pkt I ppkt 2 tiret 12 Zał. nr 2 do Umowy Zamawiający proszony jest o wykreślenie treści w brzmieniu: „i gotowy do użytku” jako nieprecyzyjnej; po wykonaniu usług Sprzęt może wymagać wykonania czynności, które nie stanowią obowiązku Wykonawcy takich jak: kontrola pomiarów dozymetrycznych lub testy eksploatacyjne lub podstawowe;

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie treści w brzmieniu: „i gotowy do użytku”

i informuje, iż §4 ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie :

1. Wykonawca zobowiązuje się pozostawić sprzęt całkowicie sprawny za każdym razem po wykonaniu i zakończeniu czynności serwisowych.

Oraz zapis pkt I ppkt 2 tiret 12 Zał. nr 2 do Umowy otrzymuje następujące brzmienie :

- Wykonawca zobowiązuje się pozostawić sprzęt całkowicie sprawny za każdym razem po wykonaniu i zakończeniu czynności serwisowych.

7. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie po ust. 3 ust. 4 w brzmieniu:

*„4. Strony zgodnie potwierdzają, że Usługą serwisową oraz Usługą serwisową w nagłych przypadkach objęte są wyłącznie awarie powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie”;*

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie we wzorze umowy w § 5 po ust. 3 ust. 4 w brzmieniu:

*„4. Strony zgodnie potwierdzają, że Usługą serwisową oraz Usługą serwisową w nagłych przypadkach objęte są wyłącznie awarie powstałe z przyczyn tkwiących w Sprzęcie”*

8. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 8 ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z katalogu kar określonego w § 8 ust. 1 odniesienia do pkt. 4 § 4 (diagnostyka z użyciem narzędzi zdalnej diagnostyki SmartConnect). Prosimy o pozostawienie kar jedynie za przekroczenie określonego w dniach terapeutycznych czasu naprawy wyszczególnionego w § 4 ust. 5, 6, 7;

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

9. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 8 ust. 1

Z uwagi na to, że wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za działania lub zaniechania skutkujące opóźnieniem, za które odpowiedzialności sam nie ponosi (zgodnie z art. 471 kodeksu cywilnego) Zamawiający proszony jest o zmianę brzmienia § 8 ust. 1 na następujące:

*„W przypadku, gdy liczba dni maksymalnego czasu naprawy, przekroczy liczbę dni wskazaną w § 4 pkt. 5, 6 i 7 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki”;*

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

10. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 8 ust. 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmniejszenia wymiaru kary wynikającej z wyżej wymienionych zapisów z 0,5 % wartości netto umowy na 0,3 % wartości netto umowy;

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 8 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę brzmienia § 8 ust. 2 na następujące:

*W przypadku, gdy Wykonawca, nie będzie przestrzegł postanowień Umowy dotyczących Planowanych usług konserwacyjnych, w szczególności nie wykona konkretnego przeglądu*

technicznego, przed wyznaczoną datą wskazaną w paszporcie technicznym sprzętu, ustaloną podczas poprzedniego przeglądu technicznego zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 0,5% wartości netto umowy za każdy dzień zwłoki;

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**12.** SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 8 ust. 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmniejszania wymiaru kary wynikającej z wyżej wymienionych zapisów z 0,5 % wartości netto umowy na 0,3 % wartości netto umowy;

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**13.** SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 8 ust. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę brzmienia § 8 ust. 3 na następujące:  
*„W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca, nie będzie przestrzegł postanowień Umowy, określonych w § 3,4,5 i uchybienie to nie zostanie usunięte w terminie 30 dni od dnia pisemnego zawiadomienia o tym Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy za 30 dniowym okresem wypowiedzenia liczonym na koniec miesiąca;*

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**14.** SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 8 ust. 4

Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę wysokości kary określonej w ust. 4 § 8 na 10%.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**15.** SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 8 ust. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie zapisu § 8 ust. 5.

Zwracamy uwagę na to, iż kumulowanie kar umownych stoi w sprzeczności z zasadą *ne bis in idem*, zwaną także zakazem „podwójnego karania”, należąca do fundamentalnych zasad prawa, a zarazem znajdująca swe oparcie w art. 2 Konstytucji RP;

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**16.** SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 8

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o uzupełnienie postanowień umowy § 8 o zapis nowego ustępu o następującym brzmieniu: *„Całkowita wartość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20 % wartości netto, określonej w § 11 ust. 1 umowy.”*  
Wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami. Warunki umowy poprzez niedookreślenie górnej granicy wysokości kar umownych naruszają zasady współżycia społecznego, a przecież w świetle art. 5 kc *„nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego”*. Zgodnie z art. 5 kc takie działanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony, co potwierdza zasadę art. 58 § 2 kc, który stanowi, że *„nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”*. Tak więc zgodnie z utrwaloną praktyką i orzecznictwem uzasadnionym wydaje się określenie górnej granicy możliwości naliczania kar;

**Odpowiedź :**

Zamawiający wyraża zgodę. We wzorze umowy w § 8 dodaje się ust.7 o następującej treści:

*„Całkowita wartość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 20 % wartości netto, określonej w § 11 ust. 1 umowy”*

**17.** SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 10



Zamawiający proszony jest o dodanie po ust. 3 ust. 4 w brzmieniu:

*„4. W celu usunięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie Umowy, jeżeli wynika ono z okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19”;*

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

18. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 11 ust. 1 oraz pkt III ppkt 1 Zał. nr 1 do Umowy  
Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że płatność do zapłaty obliczona będzie jako suma płatności w wysokości netto wskazanej w tabeli zawartej w pkt VI załącznika nr 1 do umowy oraz stawki podatku VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT;

**Odpowiedź :**

Zamawiający potwierdza.

19. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 11 ust. 6 Umowy  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie niniejszego ustępu;

**Odpowiedź :**

Zamawiający informuje, iż we Wzorze Umowy w § 11 ust "6. (uchylony)" natomiast, iż § 11 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie :

*„Wynagrodzenie z tytułu Umowy płatne jest przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, w terminie 60 dni od daty prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury; warunkiem zapłaty jest dochowanie postanowień przewidzianych w §5 powyżej.*

20. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 11 ust. 5, ust. 7, ust. 8 oraz załącznik nr 1 do umowy pkt IV ppkt 1, pkt V oraz pkt III. Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz oferty)  
Zamawiający proszony jest o zmianę terminu uiszczenia płatności w ten sposób, że płatne one będą z góry za każdy okres rozliczeniowy nie później niż w dniu jego rozpoczęcia;

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

21. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 11 ust. 7  
W celu uniknięcia ewentualnych późniejszych sporów, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na poniższy:  
*„Faktury z tytułu wynagrodzenia wystawione będą przez Wykonawcę w terminie ostatniego dnia każdego Okresu rozliczeniowego, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego”;*

**Odpowiedź :**

Zgodnie z siwz.

22. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 11 ust. 8  
W celu uniknięcia ewentualnych późniejszych sporów, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na poniższy:  
*„Faktura z tytułu wynagrodzenia za ostatni okres rozliczeniowy wystawiana jest w dniu jego zakończenia, nie później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu jego wykonania”;*

**Odpowiedź :**

Zgodnie z siwz.

23. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 11 ust. 10  
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę okresu gwarancji określonej w ust. 10 § 11 z 12 miesięcy na 3 miesiące.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.



24. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 11 ust. 15 oraz ust. 16

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że postanowienie ust. 15 oraz ust. 16 znajdować będą zastosowanie jedynie w przypadku, gdy usługi stanowiące przedmiot zamówienia objęte zostaną obligatoryjnym obowiązkiem mechanizmu płatności podzielonej;

**Odpowiedź :**

Zamawiający potwierdza.

25. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 13 ust. 1 lit. f) Umowy

Zamawiający proszony jest o wykreślenie treści ust. 1 lit. f) mając na uwadze, że umowa ma charakter wzajemny, gdzie świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, brak więc jest podstaw do zmiany umowy uwzględniającej jedynie interes jednej z jej stron,

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

26. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 14 pkt 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, aby po wyrazie „przestrzegać” dodać wyraz: „następujących” oraz wykreślić treść w brzmieniu: „a w szczególności”. Wykonawca może przyjąć na siebie jedynie znany i jasno wskazany zakres obowiązków.

**Odpowiedź :**

Zgodnie z siwz.

27. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 15 pkt 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą, aby po wyrazie „przestrzegać” dodać wyraz: „następujących” oraz wykreślić treść w brzmieniu: „a w szczególności”. Wykonawca może przyjąć na siebie jedynie znany i jasno wskazany zakres obowiązków;

**Odpowiedź :**

Zgodnie z siwz.

28. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 16

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do § 16 Umowy następujących podpunktów o treści:

1. Zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy nie obejmują:

- usług związanych z awariami powstałymi z przyczyn innych niż tkwiące w Sprzęcie
- usług lub dostaw innych niż wyraźnie określone w Załączniku 4
- usług, które w całości lub w części wynikają z:

A. konserwacji Sprzętu lub jego części przez Zamawiającego, lub

B. jakiegokolwiek przyczyny zewnętrznej wobec Sprzętu i/lub poza kontrolą Wykonawcy;

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

29. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 17 ust. 2 tiret ostatnie

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie w § 17 ust. 2 tiret ostatnie jako nieznanego oparcia w powszechnie obowiązujących przepisach ograniczenia prawa wierzyciela do dochodzenia należności, w tym do bycia zastąpionym przez pełnomocnika, o którym mowa w art. 87 § 1 kpc. Dodatkowo postanowienie to w całości narusza art. 87(1) kpc nakładający przymus adwokacko-radcowski w postępowaniach przez Sądem Najwyższym;

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

30. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 17 ust. 2 tiret pierwsze

Zamawiający proszony jest o wykreślenie treści w brzmieniu: „lub pośrednio z umową” jako nieprecyzyjnej oraz nieznanego oparcia w art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej;

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**31. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 17 ust. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z ust. 3 treści w brzmieniu: „lub też gotówką bezpośrednio do Wykonawcy” – jako sprzecznego z art. 19 pkt 2 ustawy z 6 maja 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2019. 1292 ze zm.);

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**32. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 17 ust. 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie ust. 4 § 17.

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**33. SIWZ, Załącznik nr 4 – Wzór Umowy § 8**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie do § 8 Umowy następującego ustępu o treści:

"W przypadku, gdy opóźnienie w płatności którejkolwiek miesięcznej części wynagrodzenia o którym mowa w ust. 4 § 11 przekroczy 14 dni Wykonawca może:

- 1) wstrzymać wykonanie Umowy do chwili uregulowania płatności przez Zamawiającego;
- 2) rozwiązać Umowę za pisemnym wypowiedzeniem bez okresów wypowiedzenia;
- 3) podjąć wszelkie działania prawnie dozwolone, umożliwiające wyegzekwowanie od Zamawiającego przestrzegania postanowień Umowy."

**Odpowiedź :**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor  
Zagłębiowskie Centrum Onkologii  
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza  
w Dąbrowie Górniczej  
mgr Iwona Łobejko



Sporządziła: M. Malinowska



Kierownik Działu Zamówień Publicznych, ds. Pielęgniarstwa, kontraktowania  
Zagłębiowskie Centrum Onkologii Sprawy Organizacyjne i Administracyjne  
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza, ul. Sz. Starkiewicza 1, 41-200 Dąbrowa Górnicza  
dr n. pr. Anna Wojciszka  
mgr Agnieszka Kocot

