

Sprawa ZP/11/2024

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na „Wykonywanie napraw, przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej Wielospecjalistycznego Szpitala w Ostrowcu Świętokrzyskim - powtórzenie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2024/BZP 00235625/01 z dnia 07.03.2024 r.

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim udostępnia treść zapytań wykonawców wraz z wyjaśnieniami zamawiającego:

1. Pytanie:

Dotyczy: wzór umowy § 1.ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie : § 1. ust. 1: „Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na przeglądach technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Zamawiającego, określonych w załączniku ofertowym tj. pakiet nr” ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie:

Dotyczy: Wzór umowy § 2.ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie § 2. ust. 1: „Wykaz sprzętu i aparatury medycznej objętych konserwacją i przeglądami technicznymi określa załącznik nr 1 do umowy” ?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pytanie:

Dotyczy: Wzór umowy § 4.ust.2 i 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 4 ust. 2 i 3 – „Aparaturę, której naprawa została wykonana poza siedzibą Zamawiającego – Wykonawca przekaze bezpośrednio użytkownikowi łącznie z kartą pracy/raportem serwisowym. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego wszelkie koszty z tytułu transportu, zabezpieczenia czy ubezpieczenia sprzętu i aparatury obciążają Wykonawcę”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pytanie:

Dotyczy: Wzór umowy § 5.ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie § 5 ust.2: „ Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty przeglądów technicznych i konserwacji”

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Pytanie:

Dotyczy: Wzór umowy § 5.ust.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu § 5 ust. 3 „W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany części i elementów zużytych w trakcie eksploatacji innych niż przewidzianych w zestawie naprawczym, ich wartość podlegać będzie oddzielnej procedurze ofertowej, a wymiana odbywać się będzie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ceny za części wytypowane do wymiany. Wymiany dokona Wykonawca w ramach umowy przeglądowej. W przypadku awarii urządzenia, przyjazd w celu usunięcia awarii urządzenia lub zapewnienie urządzenia zastępczego nastąpi w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Pytanie:

Dotyczy: Wzór umowy § 8.ust.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w umowie § 8 ust. 1: „Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji na najwyższym poziomie technicznym z zachowaniem należytej staranności oraz zapewniania prawidłowej pracy aparatury”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pytanie:

Dotyczy: Wzór umowy § 8.ust.5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w umowie § 8 ust. 5 „W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni kalendarzowych, Wykonawca dostarczy na okres naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach a w przypadku niedostarczenia aparatu zastępczego Zamawiający ma prawo zlecić naprawę innemu autoryzowanemu podmiotowi, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Pytanie:

Dotyczy: Wzór umowy § 9.ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu w umowie § 9 ust. 2 „Zamawiający odstąpi od naliczania kar za zwłokę w usunięciu awarii, jeżeli Dostawca na czas przedłużającej się naprawy dostarczy urządzenie zastępcze”?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Pytanie:

Dotyczy: załącznika nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu z załącznika numer 2 do SWZ - oferta do sprawy ZP/11/2023: „ Deklarujemy przyjazd w celu usunięcia awarii urządzenia w ciągu 48 godzin od jej zgłoszenia”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Dotyczy pakietu nr 31.

Prosimy o wyodrębnienie z pakietu urządzeń służących do badania słuchu, tj.

5 SN 922823 Tympanometr Interacoustics TITAN IMP 440 Otolaryngologia Interacoustics 2016

6 TEOAE 25 (SN749524) Zestaw do otoemisji ABR EP 15 Otolaryngologia Dell Interacoustics - Dania 2008

11 IA3001484 OTOREAD Urządzenie do screeningowego badania słuchu Neonatologia Oticon Polska 2018

12 SN 0933211 OTOREAD urz. do screeningowego badania słuchu Neonatologia Oticon Polska 2015

Uzasadnienie: wszystkie te urządzenia służą do badania słuchu i wymagają specjalistycznego sprzętu do przeprowadzenia przeglądów technicznych.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Dotyczy części nr 11

Zamawiający w § 8 ust. 5 wymaga: W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 10 dni kalendarzowych, Wykonawca dostarczy na okres naprawy sprzęt zastępczy (...)

Prosimy o rezygnację z w/w ustępu dla części 11 ze względu na brak możliwości dostarczenia urządzenia zastępczego dla części nr 11 w tak krótkim czasie. W przypadku rezonansu magnetycznego, prace związane z deinstalacją, wyprowadzeniem RM z pracowni, jego zmagazynowaniem na czas naprawy, wprowadzeniem do pracowni zastępczego RM (możliwym dostosowaniem drogi wprowadzenia i wyprowadzenia sprzętu), jego instalacją, skalibrowaniem i testami odbiorczymi zajmuje ok 3-4 tygodni. Zawarcie umowy z takimi zapisami stanowiłoby zawarcie umowy o tzw. „świadczanie niemożliwe”, umowa taka, zgodnie z kodeksem cywilnym byłaby nieważna z mocy prawa.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.

Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

WIFIOSPECJALISTYCZNY SZPITAL
w Ostrowcu Świętokrzyskim

DYREKTOR NACZELNY
Dariusz Tumulec

