



Opole, 18.06.2021r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

OPOLSKI
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Wacław Bortnik

**Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego**

Nasz znak: WIW.DA.272.6/7.2021

Dot. sprawy nr: WIW.DA.272.6/7.2021

Pismo z dnia:

Dotyczy: zamówienia klasycznego, o wartości jest równej lub przekraczającej kwotę 130 000 złotych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, pn.: Sukcesywny zakup odczynników chemicznych oraz materiałów laboratoryjnych na potrzeby Pracowni Chemii i Pracowni Diagnostyki Włośni WIW w Opolu, w części nr 1 pn.: Sukcesywny zakup materiałów referencyjnych i materiałów odniesienia roztworów.

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania:

1. Pytanie

dotyczy części nr 3:

- 1) Czy nakrętki mają być z otworem czy bez?
- 2) Czy vialki mają mieć gwint 9-425?

Odpowiedź:

ad 1) Zamawiający wymaga zakrętek do wialek zgodnie z opisem, o którym mowa w załączniku nr 1C do SWZ w punkcie 1. Jednocześnie wymaga, aby były kompatybilne z autosamplerem chromatografu firmy Agilent Technologies.

ad 2) Zamawiający wymaga wialek zgodnie z opisem, o którym mowa w załączniku nr 1C do SWZ w punkcie 2 oraz 3. Jednocześnie wymaga, aby były kompatybilne z autosamplerem chromatografu firmy Agilent Technologies.



W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający nie dokonuje modyfikacji załącznika nr 1C do SWZ (opisów przedmiotu zamówienia).

Uwzględniając udzieloną odpowiedź, Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia **23.06.2021** r. do godz. **09:00**.

Zgodnie z pkt. 12.11 SWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

**Opolski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii**

Wacław Bortnik

