

Sochaczew, dnia 19.09.2024 r.

Nr Sprawy: EK-ZZ/ZP.261.33.D.2024

Na podstawie Art. 284 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r w nawiązaniu do SWZ dotyczącej postępowania w trybie podstawowym na: „**Dostawa materiałów medycznych do badań diagnostycznych**” odpowiadamy na zapytania Wykonawców:

Pytanie 1 : ZADANIE 1 - akcesoria do analizatora parametrów krytycznych GEM PREMIER 3500

Czy Zamawiający odstąpi od złożenia próbek do zadania 1?

Wymagany w tym zadaniu asortyment jest dobrze znany Zamawiającemu, są to oryginalne produkty producenta analizatora GEM PREMIER 3500

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2: ZADANIE 1 - akcesoria do analizatora parametrów krytycznych GEM PREMIER 3500

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kasety odczynnikowe IQM do oznaczenia: BGE/GLU/LAC/HCT, miały termin ważności min. 4 m-cy od daty produkcji? Procesy technologiczne, już w chwili produkcji, nie gwarantują możliwości zaoferowania 12-miesięcznych terminów ważności dla wymienionego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3: Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 filtr antybakteryjny, antywirusowy kompatybilny ze spirometrem Pneumo pakowany wraz z klipsem o przestrzeni martwej 58,1 cm² oraz stopniu filtracji: bakterie 99,99% przy 30 L/ Min, wirusy 99,98% przy 30 l/ Min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4: Zadanie nr 3 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny papieru do aparatu Lifepack o rozmiarze 107 mm x 23 m, szerokość kratki 100 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5 : Zadanie nr 3 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru o wymiarach 143x150x300 z przeliczeniem na 30 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6 : Zadanie nr 3 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru kompatybilnego do videoprintera Sony 110S/K-61B, który jest tańszym odpowiednikiem papieru oryginalnego producenta Sony.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



Pytanie 7 : Zadanie nr 3 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia próbki identycznego żelu, jak ten, który zostanie zaferowany w pozycji nr 8 przez wykonawcę, lecz o mniejszej pojemności tj. 0,25 l celem jego przetestowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8 : Zadanie nr 3 poz. 10

Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji 10 należy zaferować wszystkie trzy typy elektrod AMBU BLUE SENSOR tj. typ L, typ P, typ R czy tylko jeden typ elektrod? Jeśli tylko 1 typ prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie tylko dwóch typów elektrod L i R.

Pytanie 9: Zadanie nr 3 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia próbki tylko 1 wybranego typu elektrody AMBU BLUE SENSOR z pozycji nr 12.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 10 : Zadanie nr 3 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG do badań wysiłkowych standardowych bez przesuniętego czujnika na włókninie, z żelem stałym, rozmiar 50 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11: Zadanie nr 3 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod EKG do badań wysiłkowych standardowych na piance, z żelem stałym, rozmiar 50 x 35 mm (prostokątna o zaokrąglonych bokach z języczkiem ułatwiającym aplikację).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12 : Zadanie nr 3 poz. 10

Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. nr 10 należy zaferować wszystkie 3 typy elektrod tj. typ L, P, R? Elektrody typu L i R są pakowane w op. – 25 szt., natomiast elektrody typu P są pakowane w op. – 50 szt. Czy w związku z tym należy podać w poz. nr 10 cenę elektrod typu P przeliczoną dla op. = 25 szt. czy zamawiający utworzy nową pozycję dla elektrod typu P i poda ilość op.=50 szt., które należy wycenić.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaferowanie tylko dwóch typów elektrod L i R oraz podanie ceny za op. 25szt z przeliczeniem wymaganych ilości.

Pytanie 13: Projekt umowy par.7 pkt.6

Prosimy o zmianę par. jw. poprzez odniesienie kary umownej do wartości umowy pozostałej do realizacji zamiast wartości nominalnej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody



Pytanie 14: Projekt umowy par.7 pkt.6

Prosimy o zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od umowy z 20 do 10% wartości umowy. Wskazanie 20% całkowitej wartości umowy za odstąpienie od umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 15: Zadanie nr 3 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji możliwości wyceny papieru o rozmiarze 210 mm x 25 m z przeliczeniem wymaganych ilości na 24szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem