



SZPITAL PUCKI SP. Z O.O.
84-100 Puck, ul. 1 Maja 13A

SEKRETARIAT PREZESA ZARZĄDU
Tel. 58 690-43-00, faks 58 333-40-91
mail: sekretariat@szpitalpucki.pl



Puck, dn. 12.08.2022 r.

dotyczy: dostawa ambulansu drogowego typu C wraz z wyposażeniem medycznym oraz kardiomonitora z funkcją defibrylatora, znak ZP/07/2022

Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

1. „Pojazd bazowy”, punkt VI - prosimy o dopuszczenie akumulatorów o pojemności 92 Ah, łącznie 184 Ah.
Zamawiający dopuszcza akumulatorów o pojemności 92 Ah, łącznie 184 Ah.
2. „Pojazd bazowy”, punkt VII – prosimy o doprecyzowanie, czy szyby przyciemniane wymagane są również w przedziale medycznym, czy zamawiający dopuszcza zaklejenie ich do 2/3 wysokości folią matową.
Zamawiający dopuszcza zaklejenie szyb w przedziale medycznym do 2/3 wysokości folią matową.
3. „Adaptacja samochodu bazowego, punkt III - prosimy o doprecyzowanie, czy tablet również stanowi przedmiot zamówienia (jest po stronie Wykonawcy).
Tablet nie stanowi przedmiotu zamówienia.
4. „Adaptacja samochodu bazowego, punkt III - prosimy o doprecyzowanie drukarka również stanowi przedmiot zamówienia (jest po stronie Wykonawcy).
Drukarka nie stanowi przedmiotu zamówienia.
5. „Adaptacja samochodu bazowego, punkt III - prosimy o doprecyzowanie, czy moduł GPS również stanowi przedmiot zamówienia (jest po stronie Wykonawcy).
Moduł GPS stanowi przedmiot zamówienia, zgodnie z pkt V „Wbudowany odbiornik GPS lub zewnętrzny odbiornik GPS”;
6. „Adaptacja pojazdu bazowego”, punkt III - prosimy o podanie marki i modelu tabletu używanego przez Zamawiającego, w celu dopasowania odpowiedniej stacji dokującej do zamontowania w ambulansie.
DURABOOK R11
7. „Adaptacja pojazdu bazowego”, punkt III - prosimy o podanie marki i modelu drukarki używanej przez Zamawiającego, w celu dopasowania odpowiedniego uchwytu do zamontowania w ambulansie.
Drukarka Brother PJ-723
8. „Adaptacja pojazdu bazowego”, punkt IV - prosimy o dopuszczenie 2 niebieskich lamp typu LED na wysokości pasa przedniego tj. mocowanych na grillu samochodu, zamiast na wysokości podszybia.

Zamawiający dopuszcza 2 niebieskie lampy typu LED na wysokości pasa przedniego tj. mocowanych na grillu samochodu, zamiast na wysokości podszybia.

9. „Adaptacja pojazdu bazowego”, punkt VI - prosimy o doprecyzowanie, czy uchwyt do pompy infuzyjnej wymieniony również stanowi przedmiot zamówienia.

Tak, zgodnie z SWZ uchwyt stanowi przedmiot zamówienia.

10. „Adaptacja pojazdu bazowego”, punkt VI - prosimy o potwierdzenie, iż butle tlenowe mają być puste. –

Tak, butle tlenowe mają być puste.

11. „Adaptacja pojazdu bazowego”, punkt VII - prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga reduktorów również do małych butli.

Zamawiający nie wymaga reduktorów do małych butli

12. „Adaptacja pojazdu bazowego”, punkt VI - prosimy o podanie marki i modelu noszy użytkowanych przez Zamawiającego, w celu przygotowania odpowiedniego mocowania noszy.

Stryker M-1

13. Dotyczy SWZ II, 3, 4 – prosimy o potwierdzenie, iż przeglądy okresowe w tym punkcie mają być wykonywane na koszt Zamawiającego. –

Tak, przeglądy o których mowa w pytaniu mają być wykonywane na koszt zamawiającego.

14. Dotyczy SWZ II, 3, 3 – prosimy o potwierdzenie, iż poprzez pełny serwis gwarancyjny Zamawiający nie ma na myśli wykonywania bezpłatnych przeglądów okresowych. – Tak, Zamawiający potwierdza, że poprzez pełny serwis gwarancyjny nie ma na myśli bezpłatnych przeglądów okresowych.

Z poważaniem

Prezes Zarządu
Oksana Rabij-Zabłotna

Wyk. K.T.

Data wyk.: 12.08.2022 r.