



109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szczecinie



Certyfikat nr 485732

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Szczecin, dnia 23.04.2024 r.

Dotyczy: ZAPYTANIA OFERTOWEGO RPOZP 12/2024/ TESTY DIAGNOSTYCZNE

Pytania i odpowiedzi nr 2

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 2 amerykańskiego testu o czułości 98,8 % oraz swoistości 98,4%?

Odp. Tak, dopuszcza.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 3 amerykańskiego testu o czułości 96,2 % oraz swoistości 97,8%?

Odp. Tak, dopuszcza.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz. 2 test o parametrach:
dla grypy A – czułość 97,2 %, swoistość 99,37 % oraz dokładność 98,66%
dla grypy B – czułość 96,67 %, swoistość 99,59 % oraz dokładność 98,66%

Odp. Tak, dopuszcza.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 2 poz 2 testu o parametrach:

parametr	Z nosogardła	Z nosa
Czułość SARS-CoV-2	94,5 %	93 %
Swoistość SARS-CoV-2	100 %	100 %
Czułość Grypa A	95,24%	85 %
Swoistość Grypa A	100 %	99,28 %
Czułość Grypa B	100 %	95 %
Swoistość Grypa B	100 %	100 %
Czułość RSV	100 %	92,31 %
Swoistość RSV	100 %	100 %

Odp. Kupujący dopuszcza opisane testy z nosogardła.

Kupujący nie dopuszcza opisanych testów z nosa.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 4 testu o parametrach:
Dla wymazu z nosogardła- czułość 95,07%, swoistość 99,38 %, dokładność 97,35%
Dla wymazu z nosa – czułość 95,06% swoistość 99,29%, dokładność 97,02 %?

Odp. Kupujący dopuszcza tylko testy wpisane na listę HSC do rozliczenia z NFZ z oferowanymi parametrami.

KOMENDANT

płk mgr Krzysztof Jurkowski