



Grudziądz, dnia 29.01.2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku (znak sprawy: Z/120/PN/23).

Informuję, działając w oparciu o treść art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r., poz. 1605 ze zm.), że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na *dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku (znak sprawy: Z/120/PN/23)*, wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zapytanie 1:

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a'lszt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje modyfikacji we wnioskowanym zakresie i pozostaje przy zapisach określonych w SWZ.

Zapytanie 2:

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści obwody oddechowe o parametrach:


WŁAŚCIWOŚCI:

- *wykonany z wysokiej jakości EVA oraz PP*
- *uniwersalne połączenie 22M/15F oraz 22F umożliwiające podłączenie do kompatybilnych produktów oraz urządzeń do wentylacji mechanicznej lub aparatu do znieczulenia*
- *regulowana długość obwodu umożliwiająca dopasowanie długości układu oddechowego oraz optymalizację przestrzeni martwej*
- *rozciągliwe ramiona o długości maksymalnej 160 cm, połączone łącznikiem y*
- *rozłączalne kolanko z portem luer-lock z koreczkiem*
- *jednorazowego użytku*
- *nie zawiera lateksu*
- *nie zawiera ftalanów*
- *sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu*





- *pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?*



Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe zapytanie Zamawiający informuje, że w zakresie zadania 8, pozycja 1 dokonał modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ i oczekuje zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z tym opisem.

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 137 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ***dostawy asortymentu medycznego jednorazowego użytku (znak sprawy: Z/120/PN/23)***, **w następującym zakresie:**

- w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – wykreśla się treść Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 8 zastępując nową treścią Załącznika nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 8 jak w załączeniu.

