

Grodzisk Wielkopolski, dnia 14 września 2023 r.

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Mossego 17

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego pn. „Sukcesywna dostawa odczynników i sprzętu do badań z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej dla SPZOZ w Grodzisku Wielkopolskim” nr postępowania SPZOZ.DLA.2302.03.2023

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące zapytania odnośnie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia (- Opis wymaganego parametru), na które Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

*pkt. 12 – Czy Zamawiający dopuści analizator z opcja kalibracji raz na 3 miesiące wykonaną przez operatora zlecaną do wykonania przez analizator?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia.

*pkt. 13 – Czy Zamawiający dopuści analizator używający do przeprowadzania badań jednorazowych testów (kaset) a w związku z tym opcja monitoringu poziomu odczynników lub zużycia testów nie będzie potrzebna (po wykonaniu badania pojawia się informacja o konieczności usunięcia kasety)?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia.

*pkt. 16 - W związku z wymaganiem Zamawiającego w pkt. 16 podłączenia analizatora do sieci informatycznej na koszt Wykonawcy prosimy o informację jaką sieć Państwo posiadacie w szpitalu i jakiej firmy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada sieć w standardzie Gigabit Ethernet, okablowanie 5e i 6 cat. Oprogramowanie służące do obsługi laboratorium: ESKULAP NT i ESKULAP NG.

Przygotował:

- Agnieszka Linkiewicz-Mendel

we współpracy-po konsultacji z:

- Agata Cebula, Wojciech Lacherski