



Wrocław, 16.07.2024r.

4. Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu
ul. Rudolfa Weigla 5, 50-981 Wrocław

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów medycznych, znak sprawy: 4WSzKzP.SZP.2612.79.2024

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu działając na podstawie art. 135 ust.2 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r.poz. 1605 ze zm.) dalej Pzp informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu przetargowym:

Pytanie nr 60 Dotyczy pakietu nr 49 poz. 1 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania zestawów typu Arrow o poniższej charakterystyce: Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 12Fr/12,12Ga/16cm i 20cm do wyboru , wykonane z poliuretanu , przewodnica stalowa 0,035"/60-68cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18G/6,35cm, rozszerzadło, strzykawką LL 5ml, skrzydełka mocujące.

Pytanie nr 61 Dotyczy pakietu nr 49 poz. 2 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania zestawów typu Arrow o poniższej charakterystyce: Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle z cewnikiem 3 św. w rozm. 12Fr/16,12,12Ga/16,20,25 cm wykonane z poliuretanu , przewodnica stalowa 0,035"/68 na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18G/6,35cm, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawką Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące

Pytanie nr 62 Dotyczy pakietu nr 49 poz. 3 - Czy Zamawiający będzie oczekiwał zaoferowania cewników w technologii przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczej, rekomendowaną przez światowe i europejskie towarzystwa, np.

- Amerykańskie Centrum ds. Zapobiegania i Prewencji Chorób (ang. Centers for Disease Control and Prevention, CDC)
- Amerykańskie Stowarzyszenie Epidemiologii w Ochronie Zdrowia (ang. Society for Healthcare Epidemiology of America, SHEA)
- Amerykańskie Stowarzyszenie Chorób Zakaźnych (ang. Infectious Diseases Society of America, IDSA)
- Stowarzyszenie Pielęgniarek Infuzyjnych (ang. Infusion Nurses Society, INS)
- Europejskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ang. European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN)
- Królewska Szkoła Pielęgniarstwa (ang. Royal College of Nursing, RCN)
- Epic3
- Niemiecka Komisja ds. Higieny Szpitalnej i Zapobiegania Zakażeniom (ang. Commission for Hospital Hygiene and Infection Prevention,

Pytanie nr 63 Dotyczy pakietu nr 49 poz. 3 - Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania zestawów typu Arrow o poniższej charakterystyce: Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle z ochroną przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą zalecaną przez CDC, SHEA /IDSA, INS,

Epic3, RCN, ESPEN, KRINKO, opartą na chlorheksydynie i sulfadiazynie, 12-14Fr/10-12,10-12Ga/16,20,25cm wykonane z poliuretanu ,
prowadnica stalowa 0,035"-0,038" na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości
wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej strony miękka końcówka umieszczona w
pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiająca wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna
18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka
Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące. Opak. 5szt.

Pytanie nr 64 Dotyczy pakietu nr 49 poz. 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach tej pozycji opak.handl., liczące 5szt.cewnika.

Odpowiedź na pytanie nr 60 - 64: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 65 - PAKIET 1, nagłówek opisu przedmiotu zamówienia – Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowych, sterylnych narzędzi, wykonanych z matowej stali nierdzewnej o powierzchni nie odbijającej światła, wyroby medyczne klasy IIa reguła 6. Symbol graficzny "do jednorazowego użycia" zgodnie z normą Wyroby medyczne -- Symbole do stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach, umieszczony w sposób trwały po jednej stronie narzędzia oraz dodatkowo narzędzie oznaczone kolorystycznie dla odróżnienia jako jednorazowe. Każde narzędzie posiadające naklejkę do przyklejenia do dokumentacji medycznej. Opakowanie jednostkowe typu Tyvel, opakowanie zbiorcze typu dispenser?

Odpowiedź na pytanie nr 65: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 66 - Pakiet 13 Poz. 6 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjki w formie rękawic zgrzewanych, do jednoczesnego mycia i pielęgnacji ciała pacjentów. Oferowany produkt nie wymaga użycia wody i spłukiwania, nie zawiera mydła i barwników. Oferowane myjki posiadają w składzie substancję pielęgnującą (alantoinę). pH neutralne dla skóry. Produkt przebadany dermatologicznie. Wymiar rękawicy 15,5 x 23,5 cm, gramatura ok. 75g/m². Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej (30 sek./600 W). Kosmetyk, opakowanie 10 szt.

Pytanie nr 67 - Pakiet 13 Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści do oceny myjki w formie rękawic zgrzewanych, do jednoczesnego mycia i pielęgnacji ciała pacjentów. Oferowany produkt nie wymaga użycia wody i spłukiwania, nie zawiera mydła i barwników. Oferowane myjki posiadają w składzie substancję pielęgnującą (alantoinę). pH neutralne dla skóry. Produkt przebadany dermatologicznie. Wymiar rękawicy 15,5 x 23,5 cm, gramatura ok. 75g/m². Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej (30 sek./600 W). Kosmetyk, opakowanie 10 szt.

Pytanie nr 68 - Pakiet 13 Poz. 8 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści do oceny czepek do mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody przeznaczony do jednorazowego użytku. Produkt gotowy do użycia, nasączony środkiem myjącym bez substancji zapachowych i barwników, czepek nie wymaga spłukiwania, zawiera w składzie między innymi: wodę, alantoinę, glicerynę oraz oktenidynę. Czepek o średnicy 29 cm, wykonany z polipropylenu, gramatura 73g/m², Czepek można stosować w temperaturze pokojowej lub podgrzewać w kuchence mikrofalowej (maksymalnie 20 sek / 600 W). Kosmetyk, opakowanie 1 szt.

Pytanie nr 69 Pytanie ogólne W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę?

Pytanie nr 70 Pytanie ogólne Czy Zamawiający wyrazi zgodę ze względu na małe wartości na podanie ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku za 1 szt. chusteczki , 1 tabl. itd. zaś wartości netto i brutto 2 miejsca po przecinku?

Odpowiedź na pytanie nr 66 - 70: Zgodnie z SWZ

Pytanie nr 71 pakiet 21 pozycja nr 2 i 3 Czy Zamawiający zgodzi się połączyć pozycję 2 i 3, ze względu na zaprzestanie produkcji mankietów do pomiarów hemodynamicznych w rozmiarze M i L i w to miejsce wprowadzenia mankietów w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź na pytanie nr 71: Zamawiający w odpowiedzi na pytanie modyfikuje załącznik nr 2 do SWZ „ Formularz cenowy” w zakresie pakietu nr 21 poprzez wykreślenie pozycji 3 oraz zmianę opisu i ilości w poz. 2:

Nazwa pakietu	Nr pakietu	LP	Opis przedmiotu zamówienia	PARAMETRY DODATKOWE	Jednostka miary	Wartość jednostkowa netto (zł)	Ilość ostateczna	% Vat	Wartość netto (zł)	Cena brutto (zł)	Nazwa kod producenta
Czujnik do pomiaru oksymetrii oraz do pomiaru rzutu serca CPV 33140000-3	21	1	Czujnik do pomiaru oksymetrii tkankowej ForeSight rozmiar L		sztuka		200				
Czujnik do pomiaru oksymetrii oraz do pomiaru rzutu serca CPV 33140000-3	21	2	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy konturu fali tętna metodą nieinwazyjną (owijany wokół palca), wykrywający ryzyko wystąpienia hipotensji. Rozmiar uniwersalny		sztuka		20				
								Suma pakiet			
								21			

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia modyfikacji w treści oferty i odpowiedniego zmodyfikowania Załączników do SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

W razie zaoferowania przedmiotu zamówienia innego niż pierwotnie wyspecyfikowany a dopuszczonego przez Zamawiającego w wyniku modyfikacji SWZ Wykonawca zobowiązany jest do **zaznaczenia źródła tej zmiany** (należy wskazać datę modyfikacji).