

Konin, 25.07.2024r

WSZ-EP-25/894/2024

**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania**

**Dotyczy postępowania: Dostawa urządzeń medycznych i laboratoryjnych w ramach doposażenia
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie nr sprawy:
WSZ-EP-25/2024**

Odpowiedź na zapytania w sprawie SWZ – nr 1

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.– zwanej dalej „Ustawą Pzp.”) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ”.

Pakiet 2 Lampa operacyjna LED wieloźródłowa, podwójna, sufitowa 7kpl

1. Czy zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną LED wieloźródłową, podwójną, sufitową o poniższych parametrach:

Kopuła główna oraz satelita wyposażone w 84 diody led

Czasze okrągłe o średnicy 520mm o grubości 10,5cm z dwoma sekcjami diod LED

Obrót czasz na ramionach prostowodowych pod zawieszeniem sufitowym o 360’ oraz obrót każdej z czasz na przegubie łączącym o 330’

Regulacja natężenia każdej z czasz w przedziale 40 000- 160 000 lux w 11 krokach

Czasze z funkcją oświetlenia endoskopowego oraz światła otoczenia świecącego ku sufitowi

Wskaźnik oddawania barw dla każdej czaszy Ra 96

Wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 96

Temperatura barwowa regulowana w 7 krokach dla każdej z czaszy w przedziale 3800-5000K

Panel sterowania dotykowy membranowy umożliwiający sterowanie wszystkimi funkcjami

Dodatkowy panel sterowania z możliwością montażu na ścianie lub kolumnie chirurgicznej

Rozmiar plamy świetlnej regulowany elektronicznie w przedziale 21-35cm

Przyrost temperatury w okolicy głowy chirurga max. 1’C

Wgłębność oświetlenia L1+L2 (20%) 1020mm

Zasilanie 230v 50Hz i 24 z sieci awaryjnej

Moc pobierana przez czasie lampy 85VA

Żywotność układu świetlnego 60000h

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego Zamówienia

Sporządziła: K. Lewandowska