

**Sprawa ZO/04/2024**

**Wykonawcy wszyscy**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty na „**Zakup i dostawa rejestratorów holterowskich EKG - 4 szt. stanowiące rozbudowę posiadanego przez Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim zestawu holterowskiego firmy Reynolds Medical**”, ogłoszonego za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: [https://platformazakupowa.pl/pn/zoz\\_ostrowiec](https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_ostrowiec) w Ostrowcu Świętokrzyskim w dniu 30.01.2024 r. informujemy:

**Załącznik:zo\_04\_zal. nr1\_opis\_rejestratory holterowskie, pozycja:  
Gwarancja dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na zapis: „Zagwarantowanie dostępności części zgodnie z czasem życia określonym dla wyrobu medycznego przez jego producenta”.

Uzasadnienie: Okres gwarantowanej dostępności części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do używania wyrobu medycznego określony jest zgodnie z prawem EU przez producenta wyrobu i jest wskazany dla każdego wyrobu wprowadzanego do obrotu. Wykonawca nie ma wpływu na ten okres i nie jest w stanie zagwarantować dostępności powyżej tego czasu. Przykładowo, dla wyrobów spełniających wymagania opz oferujemy czas życia wyrobu medycznego (tzw. lifetime of medical device) określony jako 7 lat. Czas życia wyrobu należy rozumieć jako minimalny okres gwarantowania dostępności liczony od momentu zakończenia jego wytwarzania ogłoszonego przez wytwórcę wyrobu, zazwyczaj więc czas dostępności jest dłuższy niż czas życia wyrobu, ale nie może zostać zagwarantowany ze względu na potencjalny brak dostaw lub wygaśnięcie certyfikatu. Wymaganie Zamawiającego podane wartością bezwzględną przewyższającą wartość oferowaną nie może zostać w racjonalny sposób wykonane lub ogranicza konkurencję w postępowaniu wyłącznie do wykonawców będących bezpośrednim producentem oferowanych wyrobów (z wyłączeniem importera, dystrybutora oraz producenta OEM jako stron zależnych od rzeczywistego wytwórcy wyrobu).

**Odp.:** Zamawiający wyraża zgodę.

**Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski Wykonawców, a także wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia przy składaniu ofert.**

**Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania wyjaśnienia i odpowiedzi na wnioski Wykonawców, bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.**

*z upoważnienia Dyrektora*  
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
Z-CJA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH  
Główny Księgowy  
mgr JOANNA GAŁĘZIA