



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Jelenia Góra, dnia 3 grudnia 2019 r.

L.dz.NZ/05/2019

DO WYKONAWCÓW.

dot: przetarg nieograniczony: dostawa wyrobów medycznych różnych.
ZNAK SPRAWY: ZP/PN/44/11/2018. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA DUUE: 2018/S 239-545431 z dnia 12-12-2018 r.

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Zestaw I:

Pytanie 1

Pakiet nr 46

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 46 plastry do mocowania wkluć pediatryczne, które zostały specjalnie zaprojektowane do wykorzystania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych w rozmiarze 3.5 x 4,7 cm ? Plastry przy zakładaniu nie przekraczają się, są bezpośrednio zintegrowane z 2 dodatkowo sterylnymi paskami. Ponadto są wodoodporne na całej powierzchni opatrunku, poprawiają stabilność cewnika i do minimum ograniczają rozciągnięcie go. Nie skleją się przy aplikacji, dzięki przezroczystej folii umożliwiają ciągłą obserwację miejsca wkucia. Wycięcie w kształcie litery U umożliwia skrzyżowanie skrzydełek dla lepszego zamocowania cewnika, nie zawierają lateksu są hipoalergiczne. Produkt sterylny, medyczny.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych warunków SIWZ.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zestaw II:

Pakiet nr 5

1. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaferowanie worków pojemności 215ml.

Odpowiedź: Tak.

2. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaferowanie worków o rozmiarze 10 cm x 15 cm.

Odpowiedź: Tak.

3. Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaferowanie worków z trzonem długości 23 cm.

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Zestaw III:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 13, poz. 1.6 dopuści opakowanie zbiorcze kartonowe 250 sztuk pojemników, każdy indywidualnie pakowany?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 13, poz. 2.5 dopuści pojemnik o pojemności całkowitej 30ml i użytkowej 25ml?

Odpowiedź: Tak.

Zestaw IV:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 13, poz. 1.6 dopuści opakowanie zbiorcze kartonowe 250 sztuk pojemników, każdy indywidualnie pakowany?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie 13, poz. 2.5 dopuści pojemnik o pojemności całkowitej 30ml i użytkowej 25ml?

Odpowiedź: Tak.

Zestaw V:

Ad pakiet nr 6



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów pakowanych w magazynki po 2, 4 i po 6 sztuk (wielkość magazynka do wyboru Zamawiającego przy składaniu zamówienia)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

2. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania klipsów pakowanych w magazynki wyposażone w taśmę samoprzylepną ułatwiającą pobranie klipsą oraz wyposażonych w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta określające nazwę klipsa, producenta, nr kat, nr serii i datę ważności?

Odpowiedź: Tak.

Ad pakiet nr 5

3. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania woreczków osadzonych na nitinolowym samorozprężalnym drucie.

Odpowiedź: Tak.

4. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania woreczków o pojemności 200ml w rozmiarze 8,5cm x 20cm.

Odpowiedź: Tak.

5. Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania woreczków zapakowanych w prowadnicę o długości trzonu 25cm

Odpowiedź: Nie.

Zestaw VI:

Dotyczy ZP/PN/44/11/2018 „Pakiet 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1,2, z pakietu nr 12 i stworzy osobny pakiet? Wdzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Nie.

Zestaw VII:

Dotyczy pakietu nr 40

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 40 na „odstąpi od wymogu utworzenia „mini banku”, na rzecz sukcesywnych dostaw do Zamawiającego w terminie maksymalnie do 24h?

Mini Bank (depozyt) czyli składowanie produktu bez określenia własności produktu jest niczym innym jak obrotem hurtowym. Do prowadzenia obrotu hurtowego uprawnione są wyłącznie hurtownie farmaceutyczne. Dlatego też organizowanie banku w aptece



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

szpitalnej byłoby naruszeniem z naszej strony ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie obrotu (przekazalibyśmy produkt do składowania u podmiotu nieuprawnionego do tego typu usługi) oraz wymagań Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych. Prosimy się o przychylenie się do powyższej prośby i uwzględnienie proponowanych zmian w SIWZ, formularzach oraz wzorze umowy. Obowiązek utworzenia banku spowoduje niemożliwość złożenia ofert przetargowych przez wykonawców (gdyż narusza to przepisy obowiązującego prawa).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw VIII:

Czy w pakiecie 24- Rurki tracheostomijne foniatryczne Zamawiający w parametrach technicznych pkt 1.7 oraz 2.7 dopuści rurki wykonane z medycznego PCV?

Odpowiedź: Tak.

Zestaw IX:

Pakiet nr 16, pozycja 1 (pkt.1.4) – Czy Zamawiający dopuści elektrody z polskim opisem i graficzną instrukcją użycia ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 16, pozycja 1 (pkt.1.9) – Czy Zamawiający dopuści elektrody niejałowe, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie – 1 para?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 16, pozycja 2 (pkt.2.4) – Czy Zamawiający dopuści elektrody z polskim opisem i graficzną instrukcją użycia ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 16, pozycja 2 (pkt.2.9) – Czy Zamawiający dopuści elektrody niejałowe, czyste mikrobiologicznie, pakowane indywidualnie – 1 para?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 51, pozycja 2: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 52 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź: Nie.

Pakiet nr 51, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści fartuch do pracy z substancjami chemicznymi w tym cytostatykami bez nacięcia do bezpiecznego ściągania (2.5) oraz bez zaczepu na kciuk (2.7)?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet nr 51, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści fartuch do pracy z substancjami chemicznymi w tym cytostatykami zgodny z normami:

Norma europejska UNI EN 14126

Badanie	Klasa
Odporność na przenikanie patogenów przenoszonych przez krew i inne płyny ustrojowe - metoda bakteriofagowa PHI- X174	6
Odporność na wilgotną penetrację bakterii (mikroorganizm testowy: gronkowiec złocisty)	6
Odporność na przenikanie biologicznie zanieczyszczonych ciekłych aerozoli (mikroorganizm testowy: gronkowiec złocisty)	3
Odporność na przenikanie biologicznie zanieczyszczonych proszków (mikroorganizm testowy: Laseczka sienna)	3

Druuga Klasyfikacja wg Normy europejskiej UNI EN 14325.2005

UNI EN 14605 Badanie	Klasa
test opryskiwania – typu 4 (EN468)	Nie wykonane PB[4] B
Odporność na rozdzieranie (EN ISO 13935-2)	2
Odporność na przenikanie cieczy(EN ISO 6929) - materiał i przeszycia	

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Chlorowodorek doksorubicyny	6
Chlorowodorek daunorubicyny	6
Siarczan Winkrystyny	6
Karmustyna	6
Monohydrat cyklofosfamidu	6
Fluorouracyl	6
Odporność na ścieranie (EN 530 metoda 2)	2
Odporność na rozdzieranie (EN ISO 9073-4)	2
Odporność na rozciąganie (EN ISO 13934-1)	1
Odporność na przekłucia (EN863)	1
Odporność na pęknięcie (EN ISO 7854 metoda B)	3
Odporność na zapalenie (EN 13274-4 metoda 3)	PASS

Odpowiedź: Nie.

Pakiet nr 52, pozycja 2: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 52 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź: Nie.

Pakiet nr 52, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści fartuch do pracy z substancjami chemicznymi w tym cytostatykami bez nacięcia do bezpiecznego ściągania (2.5) oraz bez zaczepu na kciuk (2.7)?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet nr 52, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści fartuch do pracy z substancjami chemicznymi w tym cytostatykami zgodny z normami:

Norma europejska UNI EN 14126

Badanie	Klasa
Odporność na przenikanie patogenów przenoszonych przez krew i inne płyny ustrojowe - metoda bakteriofagowa PHI- X174	6
Odporność na wilgotną penetrację bakterii	

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

(mikroorganizm testowy: gronkowiec złocisty)	6
Odporność na przenikanie biologicznie zanieczyszczonych ciekłych aerozoli (mikroorganizm testowy: gronkowiec złocisty)	3
Odporność na przenikanie biologicznie zanieczyszczonych proszków (mikroorganizm testowy: Laseczka sienna)	3

Druqa Klasyfikacja wg Normy europejskiej UNI EN 14325.2005

UNI EN 14605 Badanie	Klasa
test opryskiwania – typu 4 (EN468)	Nie wykonane PB[4] B
Odporność na rozdzieranie (EN ISO 13935-2)	2
Odporność na przenikanie cieczy(EN ISO 6929) - materiał i przeszycia	
Chlorowodorek doksorubicyny	6
Chlorowodorek daunorubicyny	6
Siarczan Winkrystyny	6
Karmustyna	6
Monohydrat cyklofosfamidu	6
Fluorouracyl	6
Odporność na ścieranie (EN 530 metoda 2)	2
Odporność na rozdzieranie (EN ISO 9073-4)	2
Odporność na rozciąganie (EN ISO 13934-1)	1
Odporność na przekłucia (EN863)	1
Odporność na pęknięcie (EN ISO 7854 metoda B)	3
Odporność na zapalenie (EN 13274-4 metoda 3)	PASS

Odpowiedź: Nie.

Zestaw X:



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

1. Dotyczy Pakiet 1 Czy Zamawiający dopiści Kapciuchownicę wielokrotnego użytku w rozmiarze szczęk 55mm. (1sz./op.), co jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Dotyczy Pakiet 2, poz.1 Czy Zamawiający dopuści igłę szpatułkową, bez mikroostrza, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

3. Dotyczy Pakiet 2, poz.8 Czy Zamawiający dopuści długość nici 23 cm, bez mikroostrza, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: W zakresie długości tak, pozostałe parametry – zgodnie z SIWZ (igła prosta z mikroostrzem).

4. Dotyczy Pakiet 4, poz.3 Czy Zamawiający miał na myśli końcówkę kompatybilną z Energy Generatorem Gen 11 kształt uchwytu pistoletowego z zaawansowana technologia bipolarną, końcówka zapewnia możliwość ciecienia i koagulacji, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu.

Zestaw XI:

Pakiet 36

Czy zamawiający dopuści wymazówki z wacikiem bawełnianym? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Zestaw XII:

Pytania dotyczące Pakietu 53

- Do pozycji nr 2 Kaniula donosowa do polisomnografu długość całkowita 90-100cm? Czy dopuszczają państwo długość kaniuli o 35-60 cm gdzie producenta aparatu embletta MPR PG produkuje tylko 35 albo 52 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 52 cm.

- Do pozycji nr 1 Kaniula donosowa do polisomnografu - długość całkowita 90-100cm ? Czy dopuszczają państwo długość kaniuli o 60 cm gdzie jest kompatybilna z aparatem NOX

Odpowiedź: Nie.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zestaw XIII:

Pakiet nr 14 poz. 1.0

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki typu żaneta do cewników , której adapter znajduje się luzem w opakowaniu. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 14 poz. 1.0, poz. 2.0

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki typu żaneta do cewników , która posiada na cylindrze nieścieralna podziałkę. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Zestaw XIV:

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z końcówką osadzoną centrycznie?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy pakietu nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z łącznikiem luźno w opakowaniu?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy pakietu nr 37, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzierników bez rozmiaru XL?

Odpowiedź: Tak.

Zestaw XV:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na worki laparoskopowe spełniające wszystkie warunki zamawiającego o pojemności 220ml ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający może sprecyzować jaki rozmiar klipsów polimerowych jest opisany w pakiecie nr 6?

Odpowiedź: Klipsy tzw. średnio-duże oraz duże do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy.

Zestaw XVI:



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pakiet 11:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do złożenia oferty na zestaw do cystostomii bez worka na mocz, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 12 poz. 4:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do złożenia oferty na łącznik luer-lock z kranikiem trójdrożnym o dł. 15 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 43:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do złożenia oferty na igłę typu Pencil Point bez wbudowanego pryzmatu zmieniającego barwę po wypełnieniu PMR, pozostałe parametry bez zmian. Informujemy, że pryzmat zmieniający barwę ma tylko jedna firma na rynku i opisując w ten sposób przedmiot zamówienia ograniczacie Państwo złożenie konkurencyjnej oferty innym producentom.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 45:

Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do złożenia oferty na prowadniki diagnostyczne o różnej długości końcówek miękkich zakończonych w kształcie „J” i prostej i promieniu radiusa 1,5 mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że obecne opisy przedmiotu zamówienia, konstrukcja pakietów uniemożliwiają nam złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, co w konsekwencji narusza nasz interes prawny w postaci wymiernej straty finansowej poprzez utratę możliwości realizacji zamówienia publicznego. Tworząc w ten sposób w/w pakiety Zamawiający zamknął drogę do pozyskania zamówienia wykonawcom oferującym produkty spełniające identyczne funkcje użytkowe i jakościowe o bardzo konkurencyjnych cenach.

Odpowiedź: Tak.

Zestaw XVII:

Czy Zamawiający w Pakiecie 46 oczekuje zaoferowania opatrunku wykonanego z folii poliuretanowej do mocowania i zabezpieczania wkłuc z dodatkowymi laminowanymi pakami oraz laminowaną metką? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SWIZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zestaw XVIII:

1. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 3, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby na opakowaniu znajdowała się data produkcji lub data przydatności do użycia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dla produktów niejałowych/przeznaczonych do sterylizacji przed użyciem.

2. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin rozpatrzenia reklamacji dotyczący braków ilościowych liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie termin na rozpatrzenia reklamacji dotyczący braków ilościowych do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

5. Dotyczy wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), paragraf 5, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zmniejszenie wysokości podanej kary na „nie mniej niż 50 zł dziennie, nie więcej jednak niż 20% wartości umowy?

Odpowiedź: Brak zgody.

6. Dotyczy formularza ofertowego (załącznik nr 32 do SIWZ), punkt 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i zrezygnuje z dostaw na „cito” w przypadku zadania 44?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

7. Dotyczy formularza ofertowego (załącznik nr 32 do SIWZ), punkt 5: W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie - czy Zamawiający wyrazi zgodę i wydłuży termin dostaw na „cito” w przypadku zadania 44 do 48 godzin – termin liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zestaw XIX:



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 4 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź: Zgoda

2. Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 6 ust. 3, 4 wzoru umowy:

3. W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień opóźnienia – po 0,5 % wartości **brutto** nie zrealizowanej w terminie dostawy nie mniej niż 100 zł dziennie, nie więcej jednak niż **10 %** wartości **brutto niezrealizowanej części** umowy.
4. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości **10%** wartości **brutto** niezrealizowanej części umowy, nie mniej jednak aniżeli **2%** wartości **brutto** całej umowy. W przypadku odstąpienia od umowy kary naliczone za opóźnienie do czasu rozwiązania umowy, kumulują się z karą za odstąpienie.

Odpowiedź: Brak zgody.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1 ust. 1 umowy dla pak. 54-58).



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

UMOWA PRZECHOWANIA

zwana dalej Umową, zawarta w dniu w pomiędzy:

..... wpisanym do.....pod numerem....., NIP.....,
REGON.....,
reprezentowanym przez:

1).....

2)

zwanym dalej Przechowawcą

a

1).....

2)

zwanym dalej Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie na bloku operacyjnym, które znajduje się _____
– osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan _____
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan _____

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy Przedmiot przechowania w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania Umowy.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

2. Przyjęcie Przedmiotu przechowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego Załącznikiem nr 2 do Umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron Umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego Przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w Załączniku nr 2 do Umowy.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania Przedmiotu przechowania tak, by zachować go w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia Przedmiotu przechowania.

§5

Składający może odebrać Przedmiot przechowania po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faksem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić Przedmiot przechowania na potrzeby własne przy zachowaniu procedur opisanych w umowie.
2. O pobraniu Przedmiotu przechowania Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy.
3. Za pobrany Przedmiot przechowania Składający obciąża Przechowawcę na podstawie faktury VAT z terminem zapłaty 30 dni od daty doręczenia jej do Przechowawcy. Ceny za zakupiony Przedmiot przechowania Składający ustali zgodnie z postanowieniami umowy dostawy, o której mowa w par.1 ust.1 Umowy.
4. Przechowawca zobowiązuje się do pobierania Przedmiotu przechowania według daty ważności, począwszy od najkrótszej dla danego asortymentu.

§7

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy towarów oddanych na przechowanie, zgodnie z zamówieniami przekazanymi przez Przechowawcę pisemnie, faksem lub telefonicznie i przy zachowaniu przez niego procedur opisanych w § 2 Umowy.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

§8

1. Składający może dokonać spisu z natury Przedmiotu przechowania u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§9

1. Umowa została zawarta na czas określony od do
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa rozwiązuje się z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 Umowy.

§10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§11

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§12

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z Umowy lub z jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, zgodnie z zasadami arbitrażu określonymi w regulaminie i statucie tego Sądu.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU IMPLANTU

1. PEŁNE DANE SZPITALA

NR KLIENTA :

2. Data zabiegu: _____

3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)

A)

B)

4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- PILNE!

Pieczątko i podpis



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości
i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

1.

2.

3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Odpowiedź: Brak zgody.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zapisu o wykorzystaniu w pierwszej kolejności towarów z najkrótszym terminem ważności? (dot. § 1 ust. 1 umowy dla pak. 54-58).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zestaw XX:

Pytanie nr 1 dot. Pakietu nr 47 poz. 1-2

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w ww. pozycjach

alternatywnych rękawic:

Rękawice do przygotowywania cytostatyków

Rękawice sterylne, bezpudrowe, wykonane z lateksu

System podwójny – rękawice pakowane osobno. Rozmiar rękawicy wierzchniej pół rozmiaru mniejszy od rozmiaru rękawicy spodniej (do oferty podanie ceny dla każdej z par).

Rękawice z systemem wskazania przekłucia, kolor rękawicy zewnętrznej i rękawicy spodniej w widocznym kontraście kolorystycznym: kolor rękawicy wierzchniej biały, kolor rękawicy spodniej niebiesko-zielony.

Pokrycie powierzchni wewnętrznej rękawicy spodniej – pokrywana poliuretanem oraz warstwą nawilżającą Hydrasoft zamiast powłoki hydrożelowej,

Długość mankietu rękawicy spodniej – min. 295 mm,

Długość mankietu rękawicy wierzchniej – min. 295 mm,

Grubość na palcu rękawicy spodniej – min. 0,190 mmm,

Grubość na palcu rękawicy wierzchniej – min. 0,230 mmm,

Brak pirogenów zgodnie z normą ISO 10993-11 – dotyczy rękawicy spodniej i wierzchniej (pirogeny to endotoksyny).

Rękawica spodnia przebadana zgodnie z normą EN 374-3 na przenikanie substancji cytostycznych, takich jak:

Carmustine – Wykryty czas przebicia (minuty) – 60

Cisplatin – Wykryty czas przebicia (minuty) – >240

Cyclophosphamide – Wykryty czas przebicia (minuty) – >240

Doxorubicin – Wykryty czas przebicia (minuty) – >240

Etoposide – Wykryty czas przebicia (minuty) – >240

5-Fluorouracil – Wykryty czas przebicia (minuty) – >240

Paclitaxel – Wykryty czas przebicia (minuty) – >240

ThioTEPA – Wykryty czas przebicia (minuty) – >240

Rękawica wierzchnia przebadana zgodnie z normą ASTM D6978 na przenikanie substancji cytostycznych, takich jak:

Carmustine – Wykryty czas przebicia (minuty) – 1.19
Cyclophosphamide – Wykryty czas przebicia (minuty) – > 240

Doxorubicin Hydrochloride – Wykryty czas przebicia (minuty) – > 240

Etoposide – Wykryty czas przebicia (minuty) – > 240

5-Fluorouracil – Wykryty czas przebicia (minuty) – > 240

Paclitaxel – Wykryty czas przebicia (minuty) – > 240

Thio-Tepa – Wykryty czas przebicia (minuty) – 1.21

Vincristine Sulfate – Wykryty czas przebicia (minuty) – > 240



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Methotrexate – Wykryty czas przebicia (minuty) – > 240

Poziom AQL 1.0 - rękawica wierzchnia, AQL 1.0 - rękawica spodnia

Rozmiary od 6 do 9 do swobodnego wyboru przez Zamawiającego w czasie trwania umowy.

Rękawice są wyrobem medycznym jałowym.

Rękawice są wyrobem medycznym jednorazowym.

Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogów wewnętrznej hydrożelowej powłoki rękawicy spodniej oraz zgodności z normą ASTM F-739-99A. Norma ASTM F-739-99A dotyczy „odporności MATERIAŁÓW ODZIEŻY OCHRONNEJ na przenikanie cieczy lub gazów w warunkach ciągłego kontaktu”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jak w pytaniu.

Pytanie nr 2 dot. Pakietu nr 47 poz. 1-2

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaoferowania w ww. pozycjach

alternatywnych rękawic:

Rękawice sterylne, bezpudrowe, wykonane z lateksu

Pokrycie powierzchni wewnętrznej rękawicy spodniej – polimeryzowana i chlorowana,

Grubość rękawicy wierzchniej na palcu – 0,23 +/- 0,02 mm,

Rękawica spodnia i wierzchnia przebadane zgodnie z normą EN 16523-1 na przenikanie

substancji cytostycznych, takich jak:

3.3 mg/ml Carmustine / > 480 min / poziom 6

1 mg/ml Cisplatin / > 480 min / poziom 6

20 mg/ml Cyclophosphamide / > 480 min / poziom 6

10mg/ml Dacarbazine / > 480 min / poziom 6

2 mg/ml Doxorubicin Hydrochloride / > 480 min / poziom 6

20.0mg/ml Etoposide / > 480 min / poziom 6

50 mg/ml Fluorouracil / > 480 min / poziom 6

6 mg/ml Paclitaxel / > 480 min / poziom 6

10 mg/ml Thiotepa / > 480 min / poziom 6

Norma EN 16523-1 zgodnie z nowym rozporządzeniem PPe(UE) 2016/425 (zastępującym

dyrektywę PPE) zastępuje normę EN 374-3. Do 21 kwietnia 2023 r. zarówno normy dotychczasowe, jak i nowe są obowiązujące.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogów wewnętrznej hydrożelowej powłoki rękawicy spodniej oraz zgodności z normą ASTM F-739-99A. Norma ASTM F-739-99A dotyczy „odporności MATERIAŁÓW ODZIEŻY OCHRONNEJ na przenikanie cieczy lub gazów w warunkach ciągłego kontaktu”.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Nie.

Zestaw XXI:

1. Pakiet nr 24 pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie rurek tracheostomijnych jak w opisie, w rozm. 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0. Pragniemy nadmienić że rurki tracheostomijne o rozmiarach opisanych przez Zamawiającego, to jest 4; 6; 8; 10 w rzeczywistości posiadają średnice wewnętrzne odpowiednio: 5,0; 6,4; 7,6; 8,9 . A my proponujemy: 5,0 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 ; 10. Dopuszczenie naszych rurek o innym oznaczeniu rozmiarów lecz spełniającym wymagania Szpitala względem wymiarów. Nasza gama rozmiarów jest szersza od wymagań postawionych w SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

2. Pakiet 24 pozycja 2. Pakiet nr 24 pozycja 1. Prosimy o dopuszczenie rurek tracheostomijnych jak w opisie, w rozm. 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0. Pragniemy nadmienić że rurki tracheostomijne opisanych przez Zamawiającego, to jest o rozmiarach 4; 6; 8; 10 w rzeczywistości posiadają średnice wewnętrzne odpowiednio: 5,0; 6,4; 7,6; 8,9 . A my proponujemy: 5,0 6,0; 7,0; 8,0; 9,0 ; 10. Dopuszczenie naszych rurek o innym oznaczeniu rozmiarów lecz spełniającym wymagania Szpitala względem wymiarów. Nasza gama rozmiarów jest szersza od wymagań postawionych w SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

3. Pakiet 24 pozycja 2.18. Czy Zamawiający dopuści kaniulę foniatryczną z wyjściem (otwartą) przezroczystą?

Odpowiedź: Tak.

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do ŻADNEJ grupy kapitałowej przedstawi stosowne zaświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy PZP zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych – Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

do udziału w postępowaniu również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

Odpowiedź: Zamawiający przyjmie oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiegokolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.

Zestaw XXII:

Pytanie dot. Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści zaferowanie igły o średnicy 330 mikronów, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie dot. Pakietu nr 2 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę szpatuła z mikroostrzem o długości 6 mm o krzywiznie 3/8 koła, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie dot. Pakietu nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści zaferowanie nici o długości 23 cm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów bez zmian?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie dot. Pakietu nr 2 poz. 9-13

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie szwów antybakteryjnych z triclosanem do oddzielnego Pakietu.

Odpowiedź: Nie.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Zestaw XXIII:

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 37 wzierniki w rozmiarach: XS, S, M i L?

Odpowiedź: Tak.

Zestaw XXIV:

PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENI

PAKIET 8

1. Czy Zamawiający dopuści zestaw nebulizatora do obwodów oddechowych mikrobiologicznie czysty przy zachowaniu pozostałych warunków SIWZ ?.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA 3 – WZÓR UMOWY

1. Prosimy o modyfikację §6 ust. 3 projektu umowy na:
„W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki – po 0,2 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy, nie mniej niż 20 zł. nie więcej jednak niż 10% wartości umowy.”

Odpowiedź: Brak zgody.

2. Prosimy o modyfikację §6 ust. 4 projektu umowy na:
„W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy, nie mniej jednak aniżeli 5 % wartości całej umowy. Kary za opóźnienie dolicza się za okres do rozwiązania umowy, również w przypadku odstąpienia.”

Odpowiedź: Brak zgody.

Zestaw XXV:

Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści silikonowe trójdrożne cewniki Couvelaire w rozmiarze CH18-20 z balonem o pojemności 50-80ml oraz CH22-24 z balonem o pojemności 80-100ml?



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści silikonowe trójdrożne cewniki Dufoura w rozmiarze CH18-20 z balonem o pojemności 50-80ml oraz CH22-24 z balonem o pojemności 80-100ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe 50ml bez adaptera Luer w zestawie?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet nr 37, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne w rozmiarze: XXS, XS, S, M, L?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet nr 43, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igły typu PENCIL-POINT bez pryzmatu zmieniającego barwę po wypełnieniu? Powyższy zapis wskazuje na jednego producenta, firmę BBraun. Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Odpowiedź: Nie.

Zestaw XXVI:

Pakiet Nr 8 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biologicznie czystego nebulizatora do obwodu oddechowego, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.
2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga dostawy nebulizatora skalowanego dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, z przeciętną średnicą cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 μm (+/- 0,07 μm), a parametry będą potwierdzone w badaniach producenta dołączonych do oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 9 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga dostawy cewników typu Couvelaire wykonanych z silikonu i pokrytych warstwą materiału zwiększającą poślizg oraz zmniejszającą traumatyzację cewki w postaci hydrożelu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pakiet Nr 10 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w celu zwiększenia poślizgu i zmniejszenia traumatyzacji cewki moczowej Zamawiający wymaga cewników wykonanych z silikonu pokrytych warstwą hydrożelu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 11 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu bez skalpela, z silikonową tulejką do mocowania cewnika, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu niezawierającego naklejek do dokumentacji.
3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymaga dostawy zestawu zawierającego cewnik poliuretanowy z min. 8 oczkami po wewnętrznej stronie pętli?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 12 poz. 1:

1. Czy Zamawiający oczekuje drutu do nefrostomii tradycyjnego sztywnego, z bardzo precyzyjnym miękkim końcem na długości 4,5 cm, następnie półsztywnego 5,5 cm, a dalej sztywnego, o długości całkowitej 85 cm, który zapewni bardzo dobre bezpieczeństwo zabiegu, o grubości 0,035"? Taka budowa zapewnia bardzo wysoką jakość wykonania oraz bezpieczeństwo przeprowadzanego zabiegu – przewodnik nie zagina się w nerce. Bezpieczny dla operatora i pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 12 poz. 4:

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy łącznik ma być wyposażony w mechanizm obrotowy, co zapobiega przypadkowemu zablokowaniu odpływu moczu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 14 poz. 1, 2:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z adapterem luer niepołączonym ze strzykawką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza – dla pozycji 1 pakietu 14. Pozycja 2 – zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 41 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie i weryfikację zapisów w ppkt. 1.7, 2.7, jakie nie dotyczą

bezpośrednio łyżek do videolaryngoskopu natomiast wyrobów kompatybilnych z pompami? Jeżeli nastąpiła oczywista omyłka pisarska, prosimy Zamawiającego o wprowadzenie modyfikacji zapisu celem złożenia właściwej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Nastąpiła oczywista omyłka pisarska. łyżki mają być kompatybilne z videolaryngoskopem.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

Pakiet Nr 42 poz. 1:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu do pobierania leku z fiolki w systemie zamkniętym, z uniwersalnym mocowaniem pasującym do fiolek 17, 20 i 28 mm, posiadający bezigłowy, dwukierunkowy samozamykający się zawór z gładką powierzchnią, łatwą do dezynfekcji, przyrząd z odpowietrzeniem w postaci filtra hydrofobowego 0,2 mikrona z zabezpieczającą obudową. Pozwala na przechowywanie fiolki do 28 dni, posiada minimalną przestrzeń martwą. Możliwość użycia do 600 aktywacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 42 poz. 2, 3:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej o pojemności 5 ml trwale zespolonej z przezroczystym łącznikiem bezigłowym, bez sprzęgła obrotowego, z osłonką końcówki luer-lock, strzykawka ze skalą co 0,2 ml. Szybkość przepływu przez łącznik – 200 ml/min. Produkt wolny od lateksu, DEHP. Podłączenie do adaptera z poz. 1 na zasadzie luer lock.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 42 poz. 4:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o pojemności 10 ml, na trwale zespolonej z przezroczystym łącznikiem bezigłowym, bez sprzęgła obrotowego, z osłonką końcówki luer-lock. Podłączenie do adaptera z poz. 1 na zasadzie luer lock.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 42 poz. 5:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o pojemności 60 ml, na trwale zespolonej z przezroczystym łącznikiem bezigłowym, bez sprzęgła obrotowego, z osłonką końcówki luer-lock. Podłączenie do adaptera z poz. 1 na zasadzie luer lock.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Pakiet Nr 42 poz. 6:

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przezroczysta, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia do dezynfekcji od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: naciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przepływ do 600 ml/min, objętość wypełnienia 0,1 ml, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami, Zdejmowalny/specjalny protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętego bezigłowego łącznika dostępu naczyniowego, nie dłuższego niż 2cm, przezierny kompatybilny z końcówką luer i luer-lock, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+25 ml), zgodnym z wymaganiami normy ISO 10555, możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 100 aktywacji. Zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany (która winna też obejmować w całości górną końcówkę łącznika), zewnętrznie osadzonej na plastikowym przezroczystym konektorze, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wewnątrz pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,10 ml, wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 17,2 bara=250psi, na ciśnienie zwrotne min. 6,7 bara=97psi. protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet Nr 42 poz. 7:

1. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie poz. 7 do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź: Nie.



Wojewódzkie
Centrum
Szpitalne
Kotliny
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



**DOLNY
ŚLĄSK**

UWAGA !!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Po zmianie:

SIWZ - Pkt. 12. Termin składania i otwarcia ofert:

12.1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale I pkt. 6.1 oraz pkt. od 11.2.1 do 11.2.5 należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy zakupowej www.platformazakupowa.pl/transakcja/178131 w terminie do dnia ... **18-01-2019 r. ... do godziny. 10:00**

12.2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu ... **18-01-2019 r. ... o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej (pok. 003 niski parter), ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra**

Ponadto pkt. 9 SIWZ zapisy należy zastosować odpowiednio w związku z wprowadzoną zmianą.

Pozostałe zapisy SIWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z poważaniem

z up. Dyrektora WCSKJ
Kierownik Działu Umów,
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
inż. Jerzy Świątkowski