



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Szp/FZ – 60A/2018/ 18 /2019

Wrocław, dnia 16.01.2019 r.

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść korekty do postępowania pn.: „Dostawa wyrobów medycznych stosowanych w Pracowni Diagnostyczno-Zabiegowej Naczyń”

### Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 7

Prosimy o dopuszczenie do pakietu numer 7 systemu do protekcji dystalnej o następujących parametrach:

- Zakres zaopatrywanych średnic 3.50 – 5.50mm
- System umieszczony na przewodniku
- Długość systemu 190cm
- Obrotowy koszyczek zintegrowany z liderem wieńcowym 0.014" ułożonym niekoncentrycznie.
- Możliwość ręcznego formowania krzywizny końcówki lidera
- Wielkość oczek filtra 110 mikronów
- Markery widoczne w skopii: końcówka 3cm, pętla nitynolowa otwierająca koszyczek oraz marker proksymalny

### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 7 systemu do protekcji dystalnej o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.**

*Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.*

DYREKTOR SZPITALA

*Prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz*  
(5)