



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ W RADZIEJOWIE

ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów
REGON 910333036 NIP 889-12-69-126
tel. 54/285-62-00; fax 54/285-37-01
e-mail: sekretariat@szpitalradziejow.pl
<https://www.szpitalradziejow.pl>

Radziejów, dnia 26.09.2023 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia w ramach projektu „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez dostosowanie pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej i Działu Fizjoterapii wraz z wyposażeniem w SP ZOZ Radziejów” – ogłoszonego pod numerem : Dz.U./S S171 538630-2023-P z 2023-09-06.

Niniejszym, na mocy przysługujących nam jako Zamawiającemu uprawnień i obowiązków wynikających z dyspozycji art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) poniżej udzielamy wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Dotyczy SWZ rozdz. III pkt 2.1 Wizja lokalna

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie zdjęć pomieszczeń i rzutu technicznego wraz z wymiarami pomieszczenia w którym ma zostać zainstalowany sprzęt z Pakietu 2 pozycja 20. Jest to sprzęt niewymagający specjalnego montażu, możliwy do przenoszenia przez jedną osobę. Zajmuje powierzchnię 380 cm x 70 cm (około 3 m²) udostępnienie zdjęć oraz rzutu technicznego pomieszczenia z wymiarami będzie wystarczające i nie będzie generować dodatkowych kosztów.

Odp. Zamawiający informuje, że wymiary sali ćwiczeń to 6m x 6m. Zamawiający nie dysponuje rzutem pomieszczenia po remoncie. Poniżej przedstawiamy zdjęcie pomieszczenia:







Pytanie nr 2 do postępowania

Załącznik nr 3 do SWZ - ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Pozycja 27: Komora hiperbaryczna Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę hiperbaryczną będącą wyrobem medycznym wg. ustawy o wyrobach medycznych spełniającą następujące warunki;

1. Komora hiperbaryczna wykonana z tworzywa uretanowego będącego bardzo wytrzymałym materiałem odpowiednim lub trwalszym od wymaganego.
2. Wymiary 250x85 cm 5. Ciśnienie do 1,8 ATA 9. Liczba okien - 6 ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie nr 3

Pozycja 32: Bieżnia Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania bieżni medycznej z następującymi parametrami : 6. Powierzchnia bieżniowa 48x140 cm 10. Zasilanie 100-240 VAC +/-20% ,50/60 Hz, 10 A 11. Max waga użytkownika do 150 kg Pozostałe parametry bez zmian ?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i są dla Wykonawców wiążące. Pozostała treść specyfikacji warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

DYREKTOR

dr Sebastian JANKIEWICZ