



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

Łódź, dn. 31.08.2020 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 136/PN/ZP/D/2020 - Dostawa sprzętu medycznego

W związku z nadesłanymi pytaniami do SP ZOZ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – Centralnego Szpitala Weteranów, dotyczącym SIWZ, na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 - j.t.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Pytanie - Dotyczy § 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu określonego w § 6 ust. 4 do 5 dni roboczych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

2. Pytanie - Dotyczy § 6 wzoru umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu określonego w § 6 ust. 5 do 10 dni roboczych w przypadku konieczności zamówienia towaru z magazynów zagranicznych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

3. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 2 - WÓZKI DO TRANSPORTU CHORYCH dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści leże 4-segmentowe?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

4. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 2 - WÓZKI DO TRANSPORTU CHORYCH dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści materac o wymiarach 600 mm x 1950mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

5. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 2 - WÓZKI DO TRANSPORTU CHORYCH dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości 600-900mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

6. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 2 - WÓZKI DO TRANSPORTU CHORYCH dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 780mm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

7. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 2 - WÓZKI DO TRANSPORTU CHORYCH dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści wózek o regulacji wysokości 55-83cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

8. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 2 - WÓZKI DO TRANSPORTU CHORYCH dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści wózek z 4 krążkami odbojowymi i 2 listwami odbojowymi po bokach wózka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

9. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 2 - WÓZKI DO TRANSPORTU CHORYCH dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści szczyty wózka w postaci składanych rączek?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

10. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 2 - WÓZKI DO TRANSPORTU CHORYCH dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści szczyty wózka chromowane w postaci pałaków do prowadzenia z obu stron wózka?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

11. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 2 - WÓZKI DO TRANSPORTU CHORYCH dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści wózek z barierkami aluminiowymi z pionowymi 5 lub 6 poprzeczkami, składanymi na ramię leża, barierki zgodne z normą PN EN 60601-2-52?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

12. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 2 - WÓZKI DO TRANSPORTU CHORYCH dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści barierki składane za pomocą wyraźnie oznaczonego przycisku w innym kolorze niż czerwony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

13. Pytanie - Dotyczy Pakietu nr 2 - WÓZKI DO TRANSPORTU CHORYCH dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści wózek bez podpory stabilizującej leże w przypadku dokonywania reanimacji, ponieważ oferowany wózek nie wymaga takiej podpory?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

14. Pytanie - Dotyczy pakietu 2 – Wózki do transportu chorych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych o wymiarach zewnętrznych 2090 x 790 mm i materacem dopasowanym do wymiarów leża, tj. 1920 x 650 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

15. Pytanie - Dotyczy pakietu 2 – Wózki do transportu chorych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z regulacją wysokości w zakresie 570-910 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

16. Pytanie - Dotyczy pakietu 2 – Wózki do transportu chorych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z regulacją Trendelenburga w zakresie do 20 stopni, a zatem szerszym niż wymagany w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

17. Pytanie - Dotyczy pakietu 2 – Wózki do transportu chorych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z dźwignią przechyłów wzdłużnych dostępną tylko od strony nóg pacjenta?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

18. Pytanie - Dotyczy pakietu 2 – Wózki do transportu chorych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Dotyczy pkt. 9 i 10: Czy listwy mają posiadać standardową szerokość i grubość listew akcesoryjnych – jak w stołach operacyjnych (25 x 10 mm)?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

19. Pytanie - Dotyczy pakietu 2 – Wózki do transportu chorych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Dotyczy pkt. 9: Czy Zamawiający oczekuje uchwytów do mocowania wyposażenia dodatkowego – takich jak stosuje się przy stołach operacyjnych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

20. Pytanie - Dotyczy pakietu 2 – Wózki do transportu chorych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Dotyczy pkt 10: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyposażenia wózka w szyny umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych? Takie listwy będą znajdować się zbyt nisko, jest to niepraktyczne. Prosimy o rezygnację z tychże listew.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

21. Pytanie - Dotyczy pakietu 2 – Wózki do transportu chorych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych wyposażony w cztery krążki odbojowe jednoosiowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

22. Pytanie - Dotyczy pakietu 2 – Wózki do transportu chorych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Dotyczy pkt. 15 i 16 – barierki boczne. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z barierkami o parametrach barierek: - długość 1452 mm - wysokość 338 mm od leża - trzy poziome poprzeczki wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej - bez listew odbojowych - zwalniane jedną metalową wygodną dźwignią w kolorze czerwonym

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

23. Pytanie - Dotyczy pakietu 2 – Wózki do transportu chorych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z materacem o grubości 5 cm?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

24. Pytanie - Dotyczy pakietu 2 – Wózki do transportu chorych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Dotyczy pkt. 18: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych bez dodatkowej podpory stabilizującej leże? Konstrukcja oferowanego wózka jest wystarczająco stabilna dla przeprowadzania reanimacji. Nie wymaga zastosowania dodatkowych podpór konstrukcyjnych.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

25. Pytanie - Dotyczy pakietu 2 – Wózki do transportu chorych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Dot. pkt. 20: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z wyprofilowanymi osłonami podstawy, służącymi jednak jako półka na rzeczy podręczne pacjenta, ale nie na butlę z tlenem. Wózek wyposażony będzie w specjalny kosz na butlę z tlenem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

26. Pytanie - Dotyczy pakietu 2 – Wózki do transportu chorych dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do transportu chorych z dźwignią centralnej blokady kół w postaci stalowej rury – obejmą umieszczoną nad kołami od strony nóg pacjenta, na całej szerokości podstawy wózka? Rozwiązanie to jest niezwykle ergonomiczne.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

27. Pytanie - Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia od momentu podpisania umowy?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

28. Pytanie - Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek o długości całkowitej 2185 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

29. Pytanie - Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek z regulacją wysokości leża w zakresie 470-790 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

30. Pytanie - Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem w kolorze czarnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

31. Pytanie - dot. Pakietu nr 1: Stół operacyjny z wyciągiem do artroskopowych operacji ręki dla Centralnego Bloku operacyjnego:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z ww. pakietu wyciągu do artroskopowych operacji ręki zgodnego z poniższymi parametrami technicznymi zawartymi w zał. Nr 1a do Formularza oferty:

Dedykowany wyciąg do zabiegów artroskopowych nadgarstka, możliwość użycia wyciągu z przeziernym uchwytem do dłoni lub sterylnymi koszykami, regulacja siły wyciągu nadgarstka.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Wojskowej Akademii Medycznej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Centralny Szpital Weteranów

Pionowe ramię wyciągu mocowane do stołu operacyjnego, górne ramię z systemem linek umożliwiające zmianę wysokości zawieszenia dłoni pacjenta, dwa dodatkowe poziome ramiona z możliwością regulacji wysokości, zapewniające dodatkową stabilizację kończyny.

Ramię poziome pierwsze wyposażone w podkładkę z wymienną gąbką, ramię poziome drugie wyposażone w ruchome elementy stabilizujące.

Uchwyt do mocowania dłoni z użyciem samozaciskowych, ruchomych elementów, uchwyt przezierny dla promieniowania rentgenowskiego, możliwość sterylizacji parowej w temperaturze 134°C

Uchwyt palca jednorazowy – rozmiar mały, średni, duży, bardzo duży – 20 sztuk

Wyciąg do artroskopowych operacji ręki jest specjalistyczną przystawką mocowaną do znormalizowanej szyny, która współpracuje z każdym stołem operacyjnym.

Wielu potencjalnych dostawców posiada wyłącznie możliwość sprzedaży bezpośredniej do jednostek szpitalnych bez firm pośredniczących.

Oferowanie wyrobów medycznych innych producentów w wielu przypadkach związane z przejęciem zobowiązań gwarancyjnych i odpowiedzialnością prawną za produkt.

Bezpośredni zakup od producenta umożliwi również uzyskanie niższej ceny produktu.

Jeśli tak, to prosimy o zmianę załącznika nr 1a oraz wskazanie wymaganej kwoty wadium.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

32. Pytanie - dot. stołu elektrohydraulicznego

Czy Zamawiający dopuści stół elektrohydrauliczny- stół operacyjny o parametrach:

- Centralna blokada podwójnych, zabudowanych w podstawie kół 100 mm. Blokada regulowana przy pomocy pedała wbudowanego w podstawę stołu przez 4 hydraulicznie wysuwane z podstawy stopy stabilizacyjne.
- Wymiary stołu: długość 2100 mm, szerokość leża 500 mm, szerokość z listwami 550 mm
- Maksymalna waga pacjenta umożliwiająca prowadzenie operacji: 350 kg
- Pilot z kolorowymi diodami informującymi o stanie gotowości stołu do działania, stanie naładowania baterii w 3 kolorach, ewentualnej awarii stołu.
- Pilot z przyciskiem aktywującym stół- zgodny kolorystycznie z pozostałymi przyciskami.
- Stół mobilny, łatwy do przemieszczania bez wysuwanego piątego koła.
- Stół operacyjny z dzielonym segmentem pleców (wypiętrzenie klatki piersiowej). Regulacje segmentu pleców w zakresie 40°/+70°.
- Ręczna regulacja segmentu głowy w zakresie min. -35°/+30°, wspomagana sprężyną gazową.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

33. Pytanie - dot. Pakietu 3

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się na magazynie zewnętrznym poza granicami kraju Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw dla pakietu 3 do 42 dni roboczych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

34. Pytanie - dot. Pakietu 3

Dodatkowo W trosce o jak najlepsze, odpowiadające również interesom Zamawiającego, przygotowanie ważnej i możliwej do realizacji oferty przetargowej, korzystając z uprawnień przysługujących nam jako wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie przedmiotowego zamówienia w trybie i na zasadach określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zwanej dalej – p.z.p. oraz na mocy praw wynikających z dyspozycji Art. 15r.1. ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 2020.03.31, dalej – u.o.s.r.), czyniąc zadość wynikającemu z tych przepisów obowiązkowi, niniejszym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie nam odpowiedzi/wyjaśnień w zakresie treści SIWZ (załącznik nr 4 - istotne postanowienia umowy/wzór) w/w postępowania:

- a) Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 4 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie: a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. Wojskowej Akademii Medycznej
 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 Centralny Szpital Weteranów

- b) Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?
- c) Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 7 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczenia ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia ?
- d) Czy w związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw/dostawy objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 9 wzoru umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź: dot. pkt a), b), c) i d): Zgodnie z SIWZ.

35. Pytanie - Pakiet nr 1 - STÓŁ OPERACYJNY Z WYCIĄGIEM DO ARTROSKOPOWYCH OPERACJI RĘKI dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny z regulacją segmentu podglówka w zakresie od -45° do +45°?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

36. Pytanie - Pakiet nr 1 - STÓŁ OPERACYJNY Z WYCIĄGIEM DO ARTROSKOPOWYCH OPERACJI RĘKI dla Centralnego Bloku Operacyjnego

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni z uwagi na ogólnoswiatową sytuację związaną z epidemią koronawirusa, dużą ilość zamówień oraz ograniczoną moc produkcyjną. Jednocześnie informujemy, że dołożymy wszelkich starań aby ewentualna dostawa odbyła się w wymaganym przez Zamawiającego terminie. W przypadku odmowy prosimy o wskazanie o ile tygodni Zamawiający może wydłużyć termin realizacji dostawy.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ

37. Pytanie - Dotyczy Pakiet 3 – Uretrotom z wyposażeniem

Czy w pkt.2 Zamawiający dopuści w pełni równoważny Element pracujący uretrotomu optycznego typu SACHSE, bierny, z możliwością wykorzystania jako element pracujący resektoskopu monopolarnego, wyposażony w zamknięte, profilowane uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do optyki oraz płaszcz, kompatybilny z optyką cystoskopową o średnicy 4 mm i długości 30 cm, przystosowany do noży i elektrod z jednym drutem prowadzącym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.


38. Pytanie - Dotyczy Pakiet 3 – Uretrotom z wyposażeniem

Czy w pkt.8 Zamawiający dopuści w pełni równoważny pojemnik metalowy do przechowywania i sterylizacji instrumentów, w tym optyk, światłowodów oraz instrumentów endoskopowych, w całości perforowany umożliwiając Użytkownikowi weryfikację zestawu bez konieczności otwierania. Pokrywa wyposażona w rączkę do transportu oraz blokadę do bezpiecznego zamknięcia zestawu. Pojemnik wyposażony w uchwyty silikonowe do bezpiecznego zamocowania każdego poszczególnego elementu oferowanego zestawu, w tym optyki. Wymiary oferowanego pojemnika [dł. x szer. x wys.] - 480 x 245 x 80 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający zwraca się z prośbą, aby w przypadku dopuszczenia parametrów / zapisów u innych niż opisane w SIWZ zaznaczyć, iż parametr /zapisy zostały dopuszczone w drodze udzielonych wyjaśnień treści SIWZ.

Z poważaniem

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
 Uniwersytecki Szpital Kliniczny
 im. WAM - CSW

 mgr Anna Pietrzyk

