



**DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB PŁUC
WE WROCŁAWIU
53-439 WROCŁAW UL. GRABISZYŃSKA 105**



1) 334-94-00, fax: (71) 362-13-06

NIP 894-24-56-112, REGON 000294295

strona internetowa: www.dcchp.pl

e-mail: dcchp@dcchp.pl

L.Dz. 2038/2020/PF

Wrocław, 06.11.2020 r.

Dotyczy: zmiany treści odpowiedzi na pyt nr 2 z dn. 30.10.20 - sprawa BZP.3810.65.2020.TP.

Przedmiotem zamówienia jest: **dostawa łóżek szpitalnych wraz z jego uruchomieniem, przeszkoleniem w zakresie obsługi, transportem Wykonawcy lub na jego koszt**

Działając w imieniu Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 105, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288.), Zamawiający poprawia odpowiedź na pytanie nr 2 dotyczące SIWZ :

Dotyczy: łóżka szpitalne elektryczne 10 szt.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami w dniu 30.10.2020 r. prosimy o ponowną analizę naszego pytania, w którym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania łóżka o wymiarach podstawy 1783 mm x 778 mm – pyt. nr 2 (korespondencja z dnia 28.10.2020 r.) – dotyczy pkt. 4 opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, opublikowanym 30.09.2020 r. zawarł wymóg długości podstawy łóżka 1600 mm +/- 50 mm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu. W toku udzielanych wyjaśnień wymóg ten został skorygowany do 1600 mm +/- 100 mm dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu (uaktualniony opis przedmiotu zamówienia opublikowany w dniu 30.10.2020 r.).

Tymczasem łóżko, które chcemy zaoferować posiada podstawę o długości 1783 mm, a zatem zapewnia jeszcze większą stabilność leża, jest parametrem lepszym. Jednocześnie łóżko spełnia wszystkie inne wymagania Zamawiającego w zakresie wymiarów gabarytowych i wymiarów leża. Odpowiedź negatywna jest zatem dla nas niezrozumiała i może wskazywać na konkretnego wykonawcę.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

1. Składanie ofert elektronicznych na platformie <https://platformazakupowa.pl/pn/dcchp> do dnia 24.11.2020r. do godziny 09:30.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2020r. o godzinie 10:00.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

Lidia Malicka