

SPZZOZ.ZP/79/2018

Przasnysz, 08.02.2019 r

**Do wszystkich,
Którzy pobrali SIWZ**

Dotyczy: przetargu na Zakup sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Przasnyszu.

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu po ponownej analizie udzielonych odpowiedzi koryguje odpowiedzi na pytania zamieszczone poniżej:

Pyt.

Dotyczy pkt 64 pakiet IV poz.1

Czy Zamawiający dopuści stację lekarską w której system operacyjny jest w języku angielskim? Pragniemy zauważyć, że zainstalowany Windows 10 z perspektywy użytkownika służy tylko do uruchomienia aplikacji do przeglądania i opisu zdjęć mammograficznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pyt.

Dotyczy pkt 92 pakiet IV poz.1

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w intuicyjne menu obrazkowe wraz z angielską wersją językową? Na przestrzeni kilku lat udało nam się skutecznie zainstalować kilkadziesiąt aparatów i przeszkolić setki techników, również nieposługujących się językiem angielskim, a dzięki menu obrazkowemu i bardzo intuicyjnej obsłudze język nigdy nie stanowił przeszkody. Pragniemy również zapewnić, że z racji na częsty wymóg polskiego menu pojawiającego się w postępowaniach producent zaczął prace tłumaczeniowe celem stworzenia polskiej nakładki językowej, którą zobowiązujemy się wgrać na oferowaną stację po uzyskaniu przez producenta akceptacji jakości.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

Pyt. Pakiet 4 poz 1 i 3

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wymagając dostarczenia dwóch takich samych zestawów do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości? Jeden przy mammografie i jeden przy aparacie RTG typu telekomando. Z naszego doświadczenia wynika, że jeden zestaw jest w zupełności wystarczający do przeprowadzania testów na więcej niż dwóch aparatach. Prosimy o jednoznaczną informację ile zestawów do

wykonywania podstawowych testów kontroli jakości należy zaoferować i następnie dostarczyć?

Odp. Zamawiający dopuszcza jeden zestaw do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości. Wykonawca gwarantuje, że wykonanie testów z użyciem dostarczonego zestawu będzie możliwe do wykonania na aparacie telekomando i mmamografie.

Pyt.

Pakiet IV Mammograf, Stacja diagnostyczno-opisowa z oprogramowaniem pkt 110

Prosimy o informację z jakich systemów kasy HIS/PASC/RIS Zamawiający korzysta oraz czy ewentualne koszty integracji ponosić będzie Zamawiający czy Wykonawca? Jednocześnie zwracamy się z prośbą czy w ramach nowo dostarczanego systemu klasy PACS/RIS koszty integracji z systemem HIS ponosić będzie Zamawiający czy Wykonawca? Dodatkowo prosimy o informację czy Zamawiający będzie wymagał migracji danych z obecnego systemu PACS (ilość danych, źródło) czy Zamawiający posiada dostęp do zasobów znajdujących się na macierzy obrazowej (dane DICOM) oraz czy ewentualne koszty prac serwisowych związanych z migracją ponosić będzie Zamawiający czy Wykonawca?

Uzasadnienie:

Z doświadczenia rynkowego jakie posiada potencjalny Wykonawca migracja danych obrazowych jak i integracja systemowej aplikacji HIS mogą stanowić znaczny koszt i stać się elementem uniemożliwiającym złożenie konkurencyjnej oferty

Odp. Zamawiający posiada system HIS – Medicus on-line, system RIS – Jivex (firma obsługująca Medikon) oraz PACS – Medicon. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym dane z obecnego systemu nie są migrowane ale w takim przypadku musi pozostać możliwość przeszukania obecnego archiwum w celu przywołania obrazu badania.

Pyt.

Pakiet IV Aparat RTG System do nagrywania badań pkt 1.

Czy Zamawiający oczekuje w ramach dostawy urządzenia duplikatora płyt dostarczenia również oprogramowania i stacji sterującej umożliwiającej poprawne działanie systemu generowania płyt dla pacjentów? Czy Zamawiający będzie tym samym wymagał by oferowane rozwiązanie (duplikator, oprogramowanie sterujące) posiadało wpis/zgłoszenie do wyrobów medycznych w klasie min IIb?

Odp. Zamawiający oczekuje by dostarczone urządzenie było kompletne i działało poprawnie bez dokonywania dodatkowych zakupów.

Pyt.

Dot. Załącznika nr 2 do SIWZ, Pakiet 4 poz. 9 – USG - echo serca, pkt. 79

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 7.”

Pyt. 37

dotyczy załącznika nr 2, Pakiet IV, część 1, pkt. 136; część 2, pkt. 157; część 3, par. X, pkt. 6 oraz część 4, par. VI, pkt. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w następujący sposób: „Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat, z zastrzeżeniem, że dla sprzętu IT i dla oprogramowania okres ten wynosi lat 7.”

Pyt.

(dotyczy pakietu II – Oddział Dziecięcy pkt 1 Holter sercowy dziecięcy zestaw)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie holtera sercowego o małej i kompaktowej obudowie o wymiarach 87x55x22 mm. (pkt 6 tabeli)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pyt.

APARAT DO ELEKTROKOAGULACJI

Punkt 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą cięcia monopolarnego 350W z mocą maksymalną regulowaną z krokiem co 1W i możliwością nastawienia 9 efektów tkankowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością wyboru między co najmniej pięcioma rodzajami cięcia monopolarnego: monopolarne z regulacją hemostazy, precyzyjne, mieszane, specjalistyczne urologiczne i histeroskopowe do pracy w środowisku wodnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z mocą maksymalną koagulacji monopolarnej miękkiej, forsownej i uniwersalnej 200W oraz z mocą maksymalną koagulacji natryskowej 80W i regulacją mocy co 1W?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z koagulacją miękką, forsowną, uniwersalną, natryskową z mocą maksymalną koagulacji monopolarnej miękkiej, forsownej i uniwersalnej 200W oraz z mocą maksymalną koagulacji natryskowej 80W?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością uzyskania dziewięciu różnych efektów koagulacyjnych dla każdego z następujących trybów koagulacji monopolarnej: miękkiej, forsownej i uniwersalnej niezależnie od nastaw mocy oraz z regulacją efektu koagulacji natryskowej za pomocą nastawień mocy?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 13,14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością wyboru między co najmniej trybem koagulacji bipolarnej miękkiej, forsownej, urologicznej i histeroskopowej każdy z dziewięciostopniową regulacją efektu hemostatycznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością sterowania intensywnością cięcia i koagulacji oraz możliwością zmiany trybów pracy przy pomocy włącznika nożnego oraz z możliwością sterowania intensywnością cięcia i koagulacji przy pomocy włącznika nożnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 19, 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością automatycznej regulacji mocy wyjściowej w trakcie aktywacji funkcji bipolarnego zamykania naczyń o średnicy do 7mm polegającej na ustawieniu mocy maksymalnej i efektu i na automatycznym doborze mocy w ustalonym zakresie i automatycznej dezaktywacji aparatu po zakończeniu cyklu zamykania naczyń?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z możliwością pracy koagulacją bipolarną w trybie auto stop, wyłączającym aktywację po upływie nastawionego czasu bez funkcji autostop dla koagulacji monopolarnej?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z gniazdem elektrody neutralnej oraz czterema gniazdami uniwersalnymi gniazdami narzędzi wyposażonymi w system rozpoznawania podłączonych narzędzi, pozwalającymi na podłączenie zarówno akcesoriów monopolarnych, jak i bipolarnych, w tym specjalistycznych narzędzi do resekcji bipolarnej, zamykania naczyń i argonowych, bez konieczności wymiany gniazd przez użytkowników oraz płaskim gniazdem elektrody neutralnej?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 25. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie diatermii wyposażonej w system kontroli aplikacji elektrody neutralnej poprzez pomiar rezystancji, umożliwiający stałą kontrolę kontaktu elektrody z ciałem pacjenta podczas zabiegu? System ten umożliwia używanie elektrod neutralnych dzielonych jednorazowych wyposażonych w aktywny pas bezpieczeństwa powodujący równomierny rozkład prądu na całej powierzchni elektrody neutralnej bez konieczności kierunkowej aplikacji w stosunku do pola operacyjnego. Stan aplikacji elektrody jest wyświetlany na wyświetlaczu. Niewystarczający kontakt elektrody ze skórą pacjenta aparat sygnalizuje dźwiękowo i wizualnie, dalsza praca jest możliwa po poprawnej aplikacji elektrody.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia, w którym informacja o aktualnym stanie podłączenia elektrody ze skórą pacjenta przedstawiona jest w formie graficznej? Aparat na bieżąco kontroluje aplikację elektrody neutralnej dzielonej. Jeżeli kontakt jest zbyt słaby, komunikat graficzny informuje o tym użytkownika i aparat uniemożliwia aktywację prądu w trybie monopolarnym. Informacja o wartości oporności w formie cyfrowej nie jest potrzebna z punktu widzenia użytkownika.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie posiadające funkcję wykrywania nieprawidłowej pracy z sygnalizację wizualną i dźwiękową wraz z przerwaniem pracy aparatu?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek pod diatermię z szafką do transportu 2 butli 5l lub 10l, półką na aparat i koszykiem na akcesoria?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 34. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę monopolarną kulkową śr.4mm, prostą dł. robocza 100mm i dł. całkowitą 133mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 35. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, końcówki standardowe lekko zakrzywione, gładkie, dł. 18cm ze zintegrowanym kablem?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 36. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, końcówki standardowe lekko zakrzywione, gładkie, dł. 28cm ze zintegrowanym kablem?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Punkt 38. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe, z systemem rozpraszającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, niewymagające aplikacji w określonym kierunku w stosunku do pola operacyjnego, kompatybilne z systemem monitorowania aplikacji elektrody neutralnej, powierzchnia całkowita 170cm², powierzchnia aktywna 110cm², uniwersalna dla dzieci i dorosłych, z wyprowadzeniem na klips?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pyt.

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM UROLOGICZNYM

Poz. 3. Lamy operacyjne -2 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę z mocą pobieraną przez matrycę LED 110 W dla czaszy głównej oraz 80 W dla czaszy satelitarnej?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę z mocą pobieraną przez matrycę LED 110 W dla czaszy głównej oraz 110 W dla czaszy satelitarnej?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną w której obudowa kopuły wykonana jest ze stopów aluminium i tworzywa ABS z aluminiowymi segmentami wewnętrznymi odprowadzającymi ciepło oraz osłonę wykonaną ze szkła bezpiecznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną o konstrukcji kopuły zwartej na kształt wieloboku, w której kopuła główna składa się z 6 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości)?.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną o konstrukcji kopuły zwartej na kształt wieloboku, w której kopuła satelitarna składa się z 6 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy pięcioma

segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości)?.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o konstrukcji kopuły zwartej na kształt wieloboku, w której kopuła satelitarna składa się z 4 segmentów świetlnych wpisanych w okrąg z wolnymi przestrzeniami pomiędzy trzema segmentami ułatwiającymi pracę nawiewu laminarnego (konstrukcja łatwa do utrzymania w czystości)?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę o natężeniu oświetlenia w odległości 1m wynoszące dla lampy głównej 160 000 lux oraz dla lampy satelitarnej 120 000 lux?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę której kopuła główna ora satelitarna posiada regulację temperatury barwowej w zakresie 3 500 - 5 000 K regulowaną w 6 stopniach? Jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z możliwością obrotu kopuły głównej w zakresie 280° na przegubie łączącym kopułę z ramieniem uchylnym?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z możliwością regulowania natężenia światła za pomocą jednego sterownika mocowanego na ramieniu kopuły oraz z pilota bezprzewodowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z możliwością trybu Endo w kolorze białym z możliwością regulowania za pomocą jednego sterownika mocowanego na ramieniu kopuły oraz z pilota bezprzewodowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z kamerą spełniającą parametry opisane w tabeli technicznej z wyłączeniem pkt.25 „minimalne oświetlenie 1,4 lux ” ?

Odp. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pyt. Poz. 7. Stół operacyjny do zabiegów urologicznych i ginekologicznych – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner żelowy – Ochrona głowy o wymiarach 270x230x70mm wykonany z jednej warstwy żelu silikonowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza..

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner żelowy – krążek pod głowę dla dorosłych o wymiarach 200x75mm wykonany tylko z żelu silikonowego oraz podkładki pod piętę o wymiarach 170x105x50mm wykonane tylko z żelu silikonowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza..

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy i szyi z otworem w podstawie o wymiarach 280x230x145mm, wykonany tylko z żelu silikonowego, bez pianki wiskoelastycznej, bez membranowej powłoki ochronnej, bez uchwytów?

Odp. Zamawiający dopuszcza..

Pyt. ODDZIAŁ OITiA

Poz. 3 Łóżko do intensywnej terapii wielofunkcyjne z materacem przeciwoleżynowym
Czy Zamawiający dopuści pozycjoner żelowy – krążek pod głowę dla dorosłych o wymiarach 200x75mm wykonany tylko z żelu silikonowego oraz podkładki pod piętę o wymiarach 170x105x50mm wykonane tylko z żelu silikonowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza..

Czy Zamawiający dopuści pozycjoner głowy i szyi z otworem w podstawie o wymiarach 280x230x145mm, wykonany tylko z żelu silikonowego, bez pianki wiskoelastycznej, bez membranowej powłoki ochronnej, bez uchwytów?

Odp. Zamawiający dopuszcza..

Pyt.

Dotyczy rozdziału VI SIWZ warunki udziału w postępowaniu pkt. 1.1. ppkt c.2

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody, aby Wykonawca składając ofertę w pakiecie nr 2 mógł wykazać spełnienie w/w wymogu (tj. wykazanie wykonanych dostaw sprzętu medycznego o wartości co najmniej 6 500 000,00 zł) poprzez wykazanie dwóch dostaw z różnych dostaw obejmujących realizację dostawy sprzętu medycznego o łącznej wartości tych dwóch dostaw min. 6 500 000,00 zł ?

Uzasadnienie

Zamawiający określając warunek zdolności technicznej i zawodowej w postępowaniu musi przestrzegać zasady proporcjonalności oraz celu postępowania o udzielenie zamówienia, **którym jest wybór wykonawcy dającego rękojmię należytego wykonania przedmiotu zamówienia.**

Naszym zdaniem wymieniony warunek udziału w postępowaniu jest niczym nieuzasadniony, wartościowo zbyt wygórowany, nieproporcjonalny, bo nie powinien być tożsamy z zamówieniem tylko proporcjonalny w kontekście realizowanego przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może mieć bowiem doświadczenie w realizacji dostaw o wartości nawet kilkudziesięciu milionów ale w większej ilości postępowań, co logistycznie i organizacyjnie potwierdza tym bardziej jego rzetelność i wiarygodność - niż w przypadku tylko jednej dostawy o wartości 6 500 000,00 zł...

Jak obroni się przed takim zarzutem kontrolnym Instytucji Zarządzającej Beneficjent i korektą 25%, która grozi mu całkowitą pewnością w takim przypadku zgodnie z tzw. taryfikatorem kar za naruszenie przepisów Pzp. ?

Mając na względzie przedstawione argumenty wnoszę jak na wstępie o uzasadnioną zmianę SIWZ- z uwzględnieniem potrzeb Wykonawców, którzy chcą mieć jasną odpowiedź czy w ogóle wziąć udział w przedmiotowym postępowaniu i następnie jak wycenić ofertę: 1) racjonalnie w oparciu o racjonalne kary umowny ?

2) czy nieracjonalnie z uwzględnieniem ryzyk, z którymi jednak będą musieli się liczyć i tym samym ze szkodą dla budżetu Zamawiającego i tym samym budżetu UE ? -jeżeli Zamawiający nie doprowadzi do racjonalności i zgodności z zasadą proporcjonalności w ww. zakresie.

Zamawiający ma jeszcze możliwość poprawy zagwarantowaną w art. 38 ust.4 Pzp.- eliminując ryzyko korekty finansowej i poprawiając konkurencyjność doprowadzić do

zgodności z przepisami ustawy w szczególności z art. 7 ust.1 oraz art. 22 ust.1a ustawy Pzp.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że pozytywna reakcja Zamawiającego tylko zwiększy konkurencyjność w tym postępowaniu, spowoduje, że ceny oferty będą racjonalne, więc żaden argument, że ten wniosek jest tylko interesem pojedynczego Wykonawcy nie będzie tu przez organy kontrolne brane przez uwagę.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę zmieniając warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej Pakiet 2.:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie dostawy sprzętu medycznego o wartości co najmniej 6.500.000,00 zł brutto łącznie.

Pyt. 5

Ad. Pakiet IV poz 8 Aparat USG ginekologiczno – położniczy z funkcją Dopplera pkt 70
Czy Zamawiający dopuści aparat nie dający możliwości wsparcia serwisowego poprzez łącze zdalne, a jedyną możliwością zdalnego wsparcia serwisowego jest kontakt telefoniczny z serwisem autoryzowanym?

Wsparcie serwisowe poprzez łącze zdalne nie jest możliwe w przypadku gdy aparat nie uruchamia się do pracy. Nasz serwis ma duże doświadczenie w diagnozowaniu zdalnym i wiele usterek diagnozowanych jest skuteczne za pośrednictwem połączeń telefonicznych z Użytkownikiem.

Tylko pozytywna odpowiedź umożliwi nam złożenie oferty.

Odp. Zamawiający dopuszcza kontakt telefoniczny jednak wymaga łącza zdalnego.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania i otwarcia ofert:

Termin składania ofert: 25.02.2019 r. godz. 10:00.

Termin otwarcia ofert 25.022019 r godz. : 10:15.

Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 25.02.2019 r. do godz. 10.00

Dodatkowo Zamawiający wprowadza zmiany do Umowy. Poniżej zamieszczamy ujednolicony wzór umowy:

Dyrektor SPZZOZ

Jerzy Sadowski



Rzeczpospolita
Polska



WZÓR UMOWY

zawarta w Przasnyszu w dniur. pomiędzy

**Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej
06-300 Przasnysz ul. Sadowa 9**

reprezentowanym przez:

Dyrektora SP ZZOZ - lek. med. Jerzy Sadowski

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

reprezentowanym przez:

.....

zwanym w dalszej treści umowy „Dostawcą”

o treści następującej:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż na rzecz Zamawiającego:

-

zgodnie z postanowieniami SIWZ, oraz stosownie do oferty z dnia roku

2. Wykonawca niniejszą umową, zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania i przekazania Zamawiającemu w sposób określony umową przedmiotu umowy zgodnie z opisem zawartym w SIWZ stanowiącym integralną część umowy, zasadami wiedzy technicznej oraz do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne rzeczy.
3. Wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania umowy obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca oświadcza, że sprzęt nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, jest fabrycznie nowy i ma uregulowane opłaty celne.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy na własny koszt i ryzyko wraz z kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami, które dotyczą przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ.
6. Szczegółowy zakres rzeczowy, warunki techniczne wykonania oraz niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć przy realizacji poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
7. Wyroby będące przedmiotem Umowy muszą posiadać oznaczenia wymagane przepisami (CE). Ponadto powinny zawierać oznaczenia wynikające z aktualnie obowiązujących

przepisów o ile takie są wymagane

§ 2.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia

1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia:
.....

§ 3.

Realizacja przedmiotu umowy

1. Dostawa będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.
2. Odbiór towarów i robót odbywać się będzie w miejscu dostawy lub wykonania robót. Z odbioru towarów sporządza się protokół odbioru, który podpisują obie Strony.
3. Po wykonaniu czynności objętych przedmiotem niniejszej umowy przedstawiciel Wykonawcy oraz upoważniony przedstawiciel Zamawiającego podpiszą protokół odbioru.
4. Protokół odbioru zostanie podpisany po:
 - a) dostarczeniu przedmiotu umowy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego;
 - b) dokonaniu przez przedstawicieli Wykonawcy instalacji dostarczonych przedmiotów i konfiguracji na miejscu dostawy, dokonaniu adaptacji pomieszczeń jeżeli montaż urządzeń tego wymaga
 - c) sprawdzeniu przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego zgodności dostarczonych przedmiotów z ofertą (w tym kompletności oferowanego wyposażenia dodatkowego) oraz ich prawidłowego funkcjonowania;
 - d) wydaniu Zamawiającemu wypełnionych i podpisanych dokumentów gwarancyjnych (kart gwarancyjnych) dla każdego dostarczonego przedmiotu.
 - e) wykonaniu robót montażowych
5. W przypadku odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, w szczególności z powodu wad towarów, nie sporządza się protokołu odbioru, a przedstawiciele Zamawiającego przeکاżą Wykonawcy podpisane przez siebie oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do towarów lub robót i wezwaniu do usunięcia wad. Zaniechanie złożenia takiego oświadczenia przez Zamawiającego będzie uważane za dokonanie odbioru towarów lub robót bez zastrzeżeń.
6. Przez wady przedmiotu umowy uniemożliwiające podpisanie protokołu odbioru rozumie się także niekompletność dostarczonego sprzętu tj. niedostarczenie wszelkich materiałów i podzespołów dodatkowych (kable itp.), które wskazano w ofercie oraz nieprawidłowe funkcjonowanie zainstalowanego oprogramowania, niezgodności dostarczonego sprzętu, w stosunku do zapisów SIWZ i złożonej oferty jak również wykonanie prac montażowych które nie są zgodne z warunkami technicznymi ich wykonania, a które mają wpływ również na prawidłowe funkcjonowanie zakupionego sprzętu.
7. Zamawiający nie dopuszcza sprawdzenia towarów w celu oceny stanu wykonania umowy w siedzibie Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców).
8. Wszystkie niezbędne do sprawdzenia towarów urządzenia oraz opisy techniczne a także pomoc ze strony personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy (podwykonawców) niezbędna do dokonania sprawdzenia towarów, będą udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę, bez ponoszenia z tego tytułu przez Zamawiającego jakichkolwiek

- dodatkowych kosztów.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.
 2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:
 - a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,
 - b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się:
 - 1) wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym.
 - 2) skierowania do realizacji umowy pracowników posiadających niezbędne doświadczenie oraz wykorzystać zasoby niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
 - 3) wykonania niezbędnych pomiarów, testów itp. po zmontowaniu, zainstalowaniu uruchomienia dostarczonego sprzętu i oprogramowania.
 - 4) wykonania bieżących szkoleń pracowników Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu.
- 4) usuwać zauważone z uruchomienia - użytkowania usterki.
2. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:..... tel.....

§ 5.

Obowiązki Zamawiającego

1. Zamawiający zobowiązuje się do
 - 1) zapewnienia warunków organizacyjnych, technicznych i prawnych niezbędnych Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.
 - 2) Zapewnienia udziału w realizacji przedmiotu zamówienia personelu, który odbierać będzie dostarczony sprzęt.
 - 3) Dokonania odbioru prawidłowo zrealizowanego przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza:
.....

§ 6.

Warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie:
wartość netto: zł
(wartość netto słownie:)
wartość brutto: zł
(wartość brutto słownie:)
2. Zapłata zostanie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie zamówienia oraz

ewentualnie usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru.

3. Strony postanawiają, że podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za wykonanie dostawy jest wyłącznie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru stwierdzający wykonanie dostaw bez wad, albo potwierdzający usunięcie wad stwierdzonych w toku odbioru przedmiotu dostawy.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w ust. 1 przelewem w złotych polskich w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Przelew będzie dokonany na następujący rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank:

nr rachunku:

§ 7 Gwarancja

1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że towary dostarczone w ramach Umowy są wolne od wad fizycznych, oraz że dostarczony przedmiot umowy jest zgodny z wymogami technicznymi Polskich Norm, a także że spełnia wymagania normy CE.
2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne towarów.
3. Wykonawca wyda Zamawiającemu jednocześnie z przedmiotem zamówienia wypełniony i podpisany dokument gwarancyjny co do jakości każdego dostarczonego przedmiotu, wystawiony przez siebie lub osobę trzecią – producenta, jeżeli Wykonawca nie jest producentem danego urządzenia.
4. Na dostarczone przedmioty umowy Wykonawca udziela gwarancji w okresach wynikających z załącznika do SIWZ. Dokumenty gwarancyjne dostarczane będą wraz ze sprzętem, a gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru.
5. Postanowienia niniejszego paragrafu mają pierwszeństwo przed postanowieniami wskazanymi w dokumencie gwarancyjnym wystawionym przez Wykonawcę.
6. Wykonawca zwolni się od obowiązku udzielenia gwarancji określonej w załączniku do SIWZ tylko poprzez przedstawienie wypełnionej i podpisanej gwarancji producenta obejmującej ten sam albo dłuższy okres.
7. Obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez użytkownika zgłaszającego awarię, wadę lub usterkę, z możliwością naprawy w serwisie Wykonawcy, jeżeli naprawa użytkownika, tj. w danej lokalizacji okaże się niemożliwa.
8. Za okazaniem dokumentu gwarancyjnego Zamawiający może żądać od Wykonawcy lub innego gwaranta albo osób przez nich upoważnionych wymiany towarów na wolne od wad – w przypadku niemożliwości usunięcia usterki lub usunięcia wad w drodze naprawy towarów, w zależności od wyboru Zamawiającego.
9. Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia telefonicznego, potwierdzonego następnie za pomocą faksu, poczty elektronicznej, lub pisemnie, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin w dni robocze od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy.
10. Uprawnionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy są przedstawiciele Zamawiającego.
11. W przypadku nie przystąpienia do wymiany lub usuwania wad gwarancyjnych w terminie wskazanym w ust. 9 oraz z okresie rękojmi Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad gwarancyjnych osobie trzeciej posiadającej autoryzację serwisową producenta sprzętu na koszt Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania.

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady, usterki, awarii albo wymiany w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych (w przypadku braku konieczności sprowadzania części zamiennych) i 10 dni roboczych (w przypadku sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) bądź też do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego
13. Gwarancja obejmuje bezpłatne usunięcie usterek, wad, awarii sprzętu oraz oprogramowania łącznie z wymianą uszkodzonych części i podzespołów lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad. Przewóz do naprawy i zwrot naprawionego sprzętu odbędzie się na koszt Wykonawcy. Zamawiający może zażądać sprzętu medycznego na czas naprawy, a Wykonawca udostępni nieodpłatnie.

§ 8.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie:
 - b) Opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% kwoty brutto pakietu za każdy dzień opóźnienia.;
 - c) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku określonym w § 7 ust 1, w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.
 - d) odstąpienia od umowy z innych przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 1.
 - e) nie przystąpienia do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 7 w wysokości 0,5 % kwoty brutto dla danego elementu za każdy dzień opóźnienia.
 - f) w przypadku nie usunięcia zgłoszonych nieprawidłowości w przedmiocie umowy w terminie wskazanym w § 7 i niedostarczenia wymaganego sprzętu zamiennego bądź też niedostarczenia w sytuacji określonej w § 7 nowego dysku w miejsce uszkodzonego w wysokości 0,5% kwoty brutto naprawianego urządzenia za każdy dzień zwłoki
 - g) nieuzasadnionego odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy – w wysokości 50% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia.
3. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy.
4. W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
5. Strony wprowadzają zakaz przelewów wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym, że Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z ofertą, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu kiedy Wykonawca uzasadni zwłokę w realizacji umowy. Zgoda ta nie może stanowić zagrożenia dla realizacji

terminów wynikających z Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług do dnia odstąpienia od Umowy.
4. Niezależnie od wyżej określonych uprawnień Zamawiający może odstąpić od umowy za pisemnym powiadomieniem drugiej strony, gdy wobec Wykonawcy otwarta zostanie likwidacja lub złożony zostanie wniosek o ogłoszenie jego upadłości.

§ 10.

Aneksowanie umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie:
 - 1) okresu realizacji umowy w przypadku kiedy Wykonawca udowodni, że z przyczyn obiektywnych niezależnych od niego nie jest w stanie zrealizować zamówienia w określonym w umowie terminie np.: producent urządzeń wydłużył termin realizacji w stosunku do terminu wynikającego z umowy, wystąpiła przerwa w dostawach itp. Wydłużenie okresu realizacji zamówienia nie może być dłuższe niż 20 dni.
 - 2) terminu rozpoczęcia lub terminu zakończenia realizacji umowy – terminy te mogą ulec zmianie w sytuacji opisanej w pkt 2 tiret 1, ponadto kiedy w interesie Zamawiającego będzie dokonanie tych zmian
 - 3) zmiany wielkości ceny, jeżeli ta zmiana jest korzystna dla Zamawiającego.
 - 4) zmiany adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,
 - 5) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego / Wykonawcy,
 - 6) zmiany będącej skutkiem poprawy omyłki oczywistej
 - 7) zmiany przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian, a także zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku następujących okoliczności:
 - 1) zmiany umowy będą korzystne dla Zamawiającego,
 - 2) konieczność wprowadzenia zmian wyniknie z okoliczności obiektywnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od woli stron, bez względu na to czy ich skutki są korzystne dla Zamawiającego,
 - 3) Strony umowy uznają zasadność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te nie wywołają niekorzystnych skutków dla Zamawiającego i nie spowodują zmiany oferowanych warunków realizacji zamówienia będących podstawą oceny ofert.

§ 11.

Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459) i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.(t.j. j. Dz. U. z 2018 r.

poz. 1986)

§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany naruszające przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych są niedopuszczalne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1579ze zm.)”
3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca

Zamawiający