

Katowice, dn. 10.05.2024r.

WYJAŚNIENIA I ZMIANY DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w przetargu nieograniczonym na dostawę rękawic, masek, czepków, koszul, fartuchów, Nr sprawy: ZP-24-036UN

W związku z pytaniami Wykonawcy, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice na zewnątrz z wykończeniem mikroteksturowanym?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.

Pytanie 2, Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o typowej grubości na palcu $0,22 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,20 \pm 0,02$, mankiecie: $0,20 \pm 0,02$ mm?

Odp.: Zgodnie z art. 286 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający koryguje opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Było: Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) $0,22$ mm na palcu, $0,20$ mm na dłoni, $0,20$ mm ($\pm 0,02$ mm) na mankiecie.

Jest: Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) $0,22$ mm ($\pm 0,02$ mm) na palcu, $0,20$ mm ($\pm 0,02$ mm) na dłoni, $0,20$ mm ($\pm 0,02$ mm) na mankiecie.

Skorygowany Pakiet nr 2 w załączeniu.

UWAGA!!! Złożenie wraz z ofertą formularza asortymentowo – cenowego dla Pakietu numer 2 sprzed modyfikacji skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Pytanie 3, Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o typowej grubości na dłoni $0,18 \pm 0,02$ mm?

Odp.: Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ.