

Zamawiający – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie, u. Kościuszki 96, 64-700 Czarnków  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:  
„Sukcesywne dostawy materiałów medycznych – materiałów do sterylizatorów parowych i myjek”.  
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): **ZP/TP/4/2024**

Czarnków, data jak w podpisie

**Wszyscy zainteresowani Wykonawcy  
Strona internetowa prowadzonego  
postępowania**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Sukcesywne dostawy materiałów medycznych – materiałów do sterylizatorów parowych i myjek”.**

## **Pytania do treści SWZ i odpowiedzi Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wpłynęły dwa pytania. W związku z tym, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.) dalej: pzp, Zamawiający udostępnia treść tych pytań wraz z wyjaśnieniem (odповідzią) Zamawiającego:

### **Pytania:**

Dotyczy Parametry Techniczne:

1. Dotyczy formularz ofertowy poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękaw bez celulozy typu ULTRA w rozmiarze 28,5 cm x 70m?

2. Dotyczy formularz ofertowy poz. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 200 szt.?

### **Odpowiedzi Zamawiającego:**

ad. 1 i ad. 2. Tak, w obu przypadkach Zamawiający wyraża zgodę.

Dopuszcza się tym samym, aby Wykonawcy składali również oferty o treści jak wyżej.

**Dyrektor Szpitala**